

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

**Zkouška**

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
<b>(268) Bilirubin</b>				
A	Všechny výsledky (bez samostatných skupin)	1	Negativní	0,32 %
		> 6	1+, 2+	1,9 %
		>>> 278	3+, 4+	90 %
	(223) Iris iChem Velocity	± 9	Negativní	2,9 %
		± 14	1+, 2+	4,5 %
		± 2	3+, 4+	0,65 %
----- Celkem za vzorek: n = 310 ----- Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): 100 % -----				
B	Všechny výsledky	>>> 308	Negativní	99 %
		1	1+, 2+	0,32 %
		1	3+, 4+	0,32 %
----- Celkem za vzorek: n = 310 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
Celková úspěšnost (jen hodnocené zkoušky): 99 %				

**(264) Celková bílkovina**

A	Všechny výsledky	16	0,3 - 0,5 g/L	5,1 %
		> 74	0,51 - 2,5 g/L	24 %
		>>> 224	> 2,5 g/L	71 %
----- Celkem za vzorek: n = 314 ----- Úspěšnost: 95 % -----				
B	Všechny výsledky	15	Negativní, < 0,3 g/L	4,8 %
		>>> 155	0,3 - 0,5 g/L	49 %
		>>> 135	0,51 - 2,5 g/L	43 %
		> 9	> 2,5 g/L	2,9 %
----- Celkem za vzorek: n = 314 ----- Úspěšnost: 95 % -----				
Celková úspěšnost: 92 %				

**(261) Glukóza**

A	Všechny výsledky	3	2,81 - 11 mmol/L	0,96 %
		> 85	11,1 - 28 mmol/L	27 %
		>>> 226	> 28 mmol/L	72 %
----- Celkem za vzorek: n = 314 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
B	Všechny výsledky	1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,32 %
		> 38	2,81 - 11 mmol/L	12 %
		>>> 240	11,1 - 28 mmol/L	76 %
		> 35	> 28 mmol/L	11 %
----- Celkem za vzorek: n = 314 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
Celková úspěšnost: 99 %				

**(275) hCG**

A	Všechny výsledky	>>> 12	Pozitivní	100 %
----- Celkem za vzorek: n = 12 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
B	Všechny výsledky	>>> 12	Negativní	100 %
----- Celkem za vzorek: n = 12 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
Celková úspěšnost: 100 %				

**(263) Ketony**

A	Všechny výsledky	4	Negativní, <= 0,5 mmol/L	1,3 %
		> 160	1+, 2+	51 %
		>>> 149	3+, 4+	48 %
----- Celkem za vzorek: n = 313 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
B	Všechny výsledky	>>> 311	Negativní, <= 0,5 mmol/L	99 %
		2	3+, 4+	0,64 %
----- Celkem za vzorek: n = 313 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
Celková úspěšnost: 98 %				

**(272) Krev**

A	Všechny výsledky	1	Negativní	0,32 %
		9	5 - 12 ery/ $\mu$ L	2,9 %
		> 77	13 - 50 ery/ $\mu$ L	25 %
		>>> 227	> 50 ery/ $\mu$ L	72 %
----- Celkem za vzorek: n = 314 ----- Úspěšnost: 97 % -----				
B	Všechny výsledky	2	Negativní	0,64 %
		1	5 - 12 ery/ $\mu$ L	0,32 %
		> 28	13 - 50 ery/ $\mu$ L	8,9 %
		>>> 283	> 50 ery/ $\mu$ L	90 %
----- Celkem za vzorek: n = 314 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
Celková úspěšnost: 96 %				

**(270) Leukocyty**

A	Všechny výsledky	1	Negativní	0,36 %
		6	10 - 50 leu/ $\mu$ L	2,2 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
A	Všechny výsledky	> 88	51 - 250 leu/μL	32 %
		>>> 183	> 250 leu/μL	66 %
Celkem za vzorek: n = 278		Úspěšnost: 97 %		
B	Všechny výsledky	>>> 274	Negativní	99 %
		3	51 - 250 leu/μL	1,1 %
		1	> 250 leu/μL	0,36 %
Celkem za vzorek: n = 278		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 96 %				

**(274) Nitrity**

A	Všechny výsledky	3	Negativní	1,1 %
		>>> 280	Pozitivní	99 %
Celkem za vzorek: n = 283		Úspěšnost: 99 %		
B	Všechny výsledky	>>> 282	Negativní	100 %
		1	Pozitivní	0,35 %
Celkem za vzorek: n = 283		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

**(273) pH**

A	Všechny výsledky	1	5,5	0,32 %
		> 4	6,0	1,3 %
		> 52	6,5	17 %
		>>> 191	7,0	61 %
		> 59	7,5	19 %
		> 6	8,0	1,9 %
		1	9,0	0,32 %
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 99 %		
B	Všechny výsledky	3	5,0	0,96 %
		> 2	5,5	0,64 %
		> 63	6,0	20 %
		>>> 207	6,5	66 %
		> 38	7,0	12 %
		> 1	7,5	0,32 %
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

**(266) Urobilinogen**

A	Všechny výsledky	2	Negativní, < 17 μmol/L	0,64 %
		> 104	1+, 2+	33 %
		>>> 208	3+, 4+	66 %
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 99 %		
B	Všechny výsledky	>>> 313	Negativní, < 17 μmol/L	100 %
		1	1+, 2+	0,32 %
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 99 %				