

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(268) Bilirubin					
A	(1)	Vizuálně	>>> 29	3+, 4+	9,4 %
	(2)	Reflektanční hodnocení (reader)	1	Negativní	0,32 %
			> 6	1+, 2+	1,9 %
			>>> 249	3+, 4+	80 %
	(2)	Reflektanční hodnocení (reader); (223)	± 9	Negativní	2,9 %
		Iris iChem Velocity			
			± 14	1+, 2+	4,5 %
			± 2	3+, 4+	0,65 %
----- Celkem za vzorek: n = 310 ----- Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): 100 % -----					
B	(1)	Vizuálně	>>> 29	Negativní	9,4 %
	(2)	Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 279	Negativní	90 %
			1	1+, 2+	0,32 %
			1	3+, 4+	0,32 %
----- Celkem za vzorek: n = 310 ----- Úspěšnost: 99 % -----					
Celková úspěšnost (jen hodnocené zkoušky): 99 %					

(264) Celková bílkovina					
A	(1)	Vizuálně	1	0,3 - 0,5 g/L	0,32 %
			> 10	0,51 - 2,5 g/L	3,2 %
			>>> 21	> 2,5 g/L	6,7 %
	(2)	Reflektanční hodnocení (reader)	15	0,3 - 0,5 g/L	4,8 %
			> 64	0,51 - 2,5 g/L	20 %
			>>> 203	> 2,5 g/L	65 %
----- Celkem za vzorek: n = 314 ----- Úspěšnost: 95 % -----					
B	(1)	Vizuálně	4	Negativní, < 0,3 g/L	1,3 %
			>>> 19	0,3 - 0,5 g/L	6,1 %
			>>> 8	0,51 - 2,5 g/L	2,5 %
			> 1	> 2,5 g/L	0,32 %
	(2)	Reflektanční hodnocení (reader)	11	Negativní, < 0,3 g/L	3,5 %
			>>> 136	0,3 - 0,5 g/L	43 %
			>>> 127	0,51 - 2,5 g/L	40 %
			> 8	> 2,5 g/L	2,5 %
----- Celkem za vzorek: n = 314 ----- Úspěšnost: 95 % -----					
Celková úspěšnost: 92 %					

(261) Glukóza					
A	(1)	Vizuálně	> 4	11,1 - 28 mmol/L	1,3 %
			>>> 28	> 28 mmol/L	8,9 %
	(2)	Reflektanční hodnocení (reader)	3	2,81 - 11 mmol/L	0,96 %
			> 81	11,1 - 28 mmol/L	26 %
			>>> 198	> 28 mmol/L	63 %
----- Celkem za vzorek: n = 314 ----- Úspěšnost: 99 % -----					
B	(1)	Vizuálně	> 2	2,81 - 11 mmol/L	0,64 %
			>>> 22	11,1 - 28 mmol/L	7,0 %
			> 8	> 28 mmol/L	2,5 %
	(2)	Reflektanční hodnocení (reader)	1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,32 %
			> 36	2,81 - 11 mmol/L	11 %
			>>> 218	11,1 - 28 mmol/L	69 %
			> 27	> 28 mmol/L	8,6 %
----- Celkem za vzorek: n = 314 ----- Úspěšnost: 100 % -----					
Celková úspěšnost: 99 %					

(275) hCG					
A	(1)	Vizuálně	>>> 9	Pozitivní	75 %
	(2)	Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 3	Pozitivní	25 %
----- Celkem za vzorek: n = 12 ----- Úspěšnost: 100 % -----					
B	(1)	Vizuálně	>>> 9	Negativní	75 %
	(2)	Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 3	Negativní	25 %
----- Celkem za vzorek: n = 12 ----- Úspěšnost: 100 % -----					
Celková úspěšnost: 100 %					

(263) Ketony					
A	(1)	Vizuálně	> 22	1+, 2+	7,0 %
			>>> 10	3+, 4+	3,2 %
	(2)	Reflektanční hodnocení (reader)	4	Negativní, <= 0,5 mmol/L	1,3 %
			> 138	1+, 2+	44 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
A	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 139	3+, 4+	44 %
Celkem za vzorek: n = 313		Úspěšnost: 99 %		
B	(1) Vizually	>>> 32	Negativní, <= 0,5 mmol/L	10 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 279	Negativní, <= 0,5 mmol/L	89 %
		2	3+, 4+	0,64 %
Celkem za vzorek: n = 313		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(272) Krev		N	Výsledek	N _{rel}
A	(1) Vizually	> 11	13 - 50 ery/ μ L	3,5 %
		>>> 21	> 50 ery/ μ L	6,7 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	1	Negativní	0,32 %
		9	5 - 12 ery/ μ L	2,9 %
		> 66	13 - 50 ery/ μ L	21 %
		>>> 206	> 50 ery/ μ L	66 %
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 97 %		
B	(1) Vizually	> 4	13 - 50 ery/ μ L	1,3 %
		>>> 28	> 50 ery/ μ L	8,9 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	2	Negativní	0,64 %
		1	5 - 12 ery/ μ L	0,32 %
		> 24	13 - 50 ery/ μ L	7,6 %
		>>> 255	> 50 ery/ μ L	81 %
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 96 %				

(270) Leukocyty		N	Výsledek	N _{rel}
A	(1) Vizually	> 3	51 - 250 leu/ μ L	1,1 %
		>>> 3	> 250 leu/ μ L	1,1 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	1	Negativní	0,36 %
		6	10 - 50 leu/ μ L	2,2 %
		> 85	51 - 250 leu/ μ L	31 %
		>>> 180	> 250 leu/ μ L	65 %
Celkem za vzorek: n = 278		Úspěšnost: 97 %		
B	(1) Vizually	>>> 6	Negativní	2,2 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 268	Negativní	96 %
		3	51 - 250 leu/ μ L	1,1 %
		1	> 250 leu/ μ L	0,36 %
Celkem za vzorek: n = 278		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 96 %				

(274) Nitrity		N	Výsledek	N _{rel}
A	(1) Vizually	>>> 9	Pozitivní	3,2 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	3	Negativní	1,1 %
		>>> 271	Pozitivní	96 %
Celkem za vzorek: n = 283		Úspěšnost: 99 %		
B	(1) Vizually	>>> 9	Negativní	3,2 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 273	Negativní	96 %
		1	Pozitivní	0,35 %
Celkem za vzorek: n = 283		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(273) pH		N	Výsledek	N _{rel}
A	(1) Vizually	> 3	6,5	0,96 %
		>>> 27	7,0	8,6 %
		> 2	7,5	0,64 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	1	5,5	0,32 %
		> 4	6,0	1,3 %
		> 49	6,5	16 %
		>>> 164	7,0	52 %
		> 57	7,5	18 %
		> 6	8,0	1,9 %
		1	9,0	0,32 %
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 99 %		
B	(1) Vizually	> 1	5,5	0,32 %
		> 22	6,0	7,0 %
		>>> 6	6,5	1,9 %
		> 3	7,0	0,96 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	3	5,0	0,96 %
		> 1	5,5	0,32 %
		> 41	6,0	13 %
		>>> 201	6,5	64 %
		> 35	7,0	11 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
B	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	> 1	7,5	0,32 %
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(266) Urobilinogen

A	(1) Vizually	> 7	1+, 2+	2,2 %
		>>> 25	3+, 4+	8,0 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	2	Negativní, < 17 µmol/L	0,64 %
		> 97	1+, 2+	31 %
		>>> 183	3+, 4+	58 %
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 99 %		
B	(1) Vizually	>>> 32	Negativní, < 17 µmol/L	10 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 281	Negativní, < 17 µmol/L	89 %
		1	1+, 2+	0,32 %
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 99 %				