

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(268) Bilirubin				
A	(5) Dialab	>>> 2	3+, 4+	0,65 %
	(12) Beckman Coulter; (223) Iris iChem Velocity	± 2	Negativní	0,65 %
		± 7	1+, 2+	2,3 %
		± 2	3+, 4+	0,65 %
	(18) Cormay	>>> 4	3+, 4+	1,3 %
	(46) Erba Lachema	>>> 41	3+, 4+	13 %
	(49) BioVendor	>>> 4	3+, 4+	1,3 %
	(60) Roche	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 31	3+, 4+	10 %
	(63) Sysmex	>>> 13	3+, 4+	4,2 %
	(109) Axis-Shield	>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(150) Arkray	>>> 29	3+, 4+	9,4 %
	(161) YD Diagnostics	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>> 9	3+, 4+	2,9 %
	(179) Siemens		1 Negativní	0,32 %
		> 2	1+, 2+	0,65 %
		>>> 40	3+, 4+	13 %
	(197) Analyticon	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(201) Iris Diagnostics; (223) Iris iChem Velocity	± 7	Negativní	2,3 %
		± 7	1+, 2+	2,3 %
	(202) Dirui	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 70	3+, 4+	23 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 28	3+, 4+	9,0 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	3+, 4+	0,97 %
----- Celkem za vzorek: n = 310 ----- Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): 100 % -----				
B	(5) Dialab	>>> 2	Negativní	0,65 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 11	Negativní	3,5 %
	(18) Cormay	>>> 4	Negativní	1,3 %
	(46) Erba Lachema	>>> 41	Negativní	13 %
	(49) BioVendor	>>> 4	Negativní	1,3 %
	(60) Roche	>>> 32	Negativní	10 %
	(63) Sysmex	>>> 13	Negativní	4,2 %
	(109) Axis-Shield	>>> 1	Negativní	0,32 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní	0,32 %
	(150) Arkray	>>> 29	Negativní	9,4 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 2	Negativní	0,65 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>> 9	Negativní	2,9 %
	(179) Siemens	>>> 43	Negativní	14 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Negativní	0,65 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 14	Negativní	4,5 %
	(202) Dirui	>>> 69	Negativní	22 %
		1	1+, 2+	0,32 %
		1	3+, 4+	0,32 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 28	Negativní	9,0 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní	0,97 %
----- Celkem za vzorek: n = 310 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
Celková úspěšnost (jen hodnocené zkoušky): 99 %				

(264) Celková bílkovina

A	(5) Dialab	>>> 2	> 2,5 g/L	0,64 %
	(12) Beckman Coulter	> 6	0,51 - 2,5 g/L	1,9 %
		>>> 5	> 2,5 g/L	1,6 %
	(18) Cormay		1 0,3 - 0,5 g/L	0,32 %
		>>> 3	> 2,5 g/L	0,96 %
	(46) Erba Lachema		1 0,3 - 0,5 g/L	0,32 %
		> 18	0,51 - 2,5 g/L	5,7 %
		>>> 26	> 2,5 g/L	8,3 %
	(49) BioVendor	> 4	0,51 - 2,5 g/L	1,3 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
A	(60) Roche	> 1	0,51 - 2,5 g/L	0,32 %
		>>> 30	> 2,5 g/L	9,6 %
	(63) Sysmex	> 4	0,51 - 2,5 g/L	1,3 %
		>>> 10	> 2,5 g/L	3,2 %
	(109) Axis-Shield	> 1	0,51 - 2,5 g/L	0,32 %
	(125) DOT Diagnostics	1	0,3 - 0,5 g/L	0,32 %
	(150) Arkray	> 2	0,51 - 2,5 g/L	0,64 %
		>>> 27	> 2,5 g/L	8,6 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 2	> 2,5 g/L	0,64 %
	(162) Siemens (Atellica)	> 3	0,51 - 2,5 g/L	0,96 %
		>>> 7	> 2,5 g/L	2,2 %
	(179) Siemens	> 4	0,51 - 2,5 g/L	1,3 %
		>>> 38	> 2,5 g/L	12 %
	(197) Analyticon	> 1	0,51 - 2,5 g/L	0,32 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 1	> 2,5 g/L	0,32 %
		> 7	0,51 - 2,5 g/L	2,2 %
	(202) Dirui	>>> 7	> 2,5 g/L	2,2 %
		> 9	0,51 - 2,5 g/L	2,9 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 62	> 2,5 g/L	20 %
		13	0,3 - 0,5 g/L	4,1 %
> 12		0,51 - 2,5 g/L	3,8 %	
(999) jiný výrobce	>>> 3	> 2,5 g/L	0,96 %	
	> 2	0,51 - 2,5 g/L	0,64 %	
		>>> 1	> 2,5 g/L	0,32 %
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 95 %		
B	(5) Dialab	>>> 2	0,3 - 0,5 g/L	0,64 %
		(12) Beckman Coulter	2	Negativní, < 0,3 g/L
	(18) Cormay	>>> 7	0,3 - 0,5 g/L	2,2 %
		>>> 2	0,51 - 2,5 g/L	0,64 %
		2	Negativní, < 0,3 g/L	0,64 %
	(46) Erba Lachema	>>> 1	0,3 - 0,5 g/L	0,32 %
		>>> 1	0,51 - 2,5 g/L	0,32 %
		3	Negativní, < 0,3 g/L	0,96 %
	(49) BioVendor	>>> 28	0,3 - 0,5 g/L	8,9 %
		>>> 13	0,51 - 2,5 g/L	4,1 %
		> 1	> 2,5 g/L	0,32 %
	(60) Roche	>>> 4	0,3 - 0,5 g/L	1,3 %
		>>> 6	0,3 - 0,5 g/L	1,9 %
	(63) Sysmex	>>> 24	0,51 - 2,5 g/L	7,6 %
		> 1	> 2,5 g/L	0,32 %
		>>> 12	0,3 - 0,5 g/L	3,8 %
	(109) Axis-Shield	>>> 2	0,51 - 2,5 g/L	0,64 %
		>>> 1	0,3 - 0,5 g/L	0,32 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	0,3 - 0,5 g/L	0,32 %
	(150) Arkray	>>> 1	0,3 - 0,5 g/L	0,32 %
		>>> 20	0,3 - 0,5 g/L	6,4 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 9	0,51 - 2,5 g/L	2,9 %
		>>> 2	0,3 - 0,5 g/L	0,64 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>> 4	0,3 - 0,5 g/L	1,3 %
		>>> 6	0,51 - 2,5 g/L	1,9 %
	(179) Siemens	>>> 17	0,3 - 0,5 g/L	5,4 %
		>>> 24	0,51 - 2,5 g/L	7,6 %
		> 1	> 2,5 g/L	0,32 %
	(197) Analyticon	1	Negativní, < 0,3 g/L	0,32 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 1	0,3 - 0,5 g/L	0,32 %
		1	Negativní, < 0,3 g/L	0,32 %
	(202) Dirui	>>> 12	0,3 - 0,5 g/L	3,8 %
		>>> 1	0,51 - 2,5 g/L	0,32 %
		1	Negativní, < 0,3 g/L	0,32 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 17	0,3 - 0,5 g/L	5,4 %
		>>> 47	0,51 - 2,5 g/L	15 %
> 6		> 2,5 g/L	1,9 %	
(999) jiný výrobce	4	Negativní, < 0,3 g/L	1,3 %	
	>>> 19	0,3 - 0,5 g/L	6,1 %	
	>>> 5	0,51 - 2,5 g/L	1,6 %	
		1	Negativní, < 0,3 g/L	0,32 %
		>>> 1	0,3 - 0,5 g/L	0,32 %
		>>> 1	0,51 - 2,5 g/L	0,32 %
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 95 %		
Celková úspěšnost: 92 %				

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
(261) Glukóza				
A	(5) Dialab	>>> 2	> 28 mmol/L	0,64 %
	(12) Beckman Coulter	1	2,81 - 11 mmol/L	0,32 %
		> 2	11,1 - 28 mmol/L	0,64 %
		>>> 8	> 28 mmol/L	2,5 %
	(18) Cormay	> 3	11,1 - 28 mmol/L	0,96 %
		>>> 1	> 28 mmol/L	0,32 %
	(46) Erba Lachema	> 18	11,1 - 28 mmol/L	5,7 %
		>>> 26	> 28 mmol/L	8,3 %
	(49) BioVendor	>>> 4	> 28 mmol/L	1,3 %
	(60) Roche	> 1	11,1 - 28 mmol/L	0,32 %
		>>> 31	> 28 mmol/L	9,9 %
	(63) Sysmex	> 7	11,1 - 28 mmol/L	2,2 %
		>>> 7	> 28 mmol/L	2,2 %
	(109) Axis-Shield	>>> 1	> 28 mmol/L	0,32 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	> 28 mmol/L	0,32 %
	(150) Arkray	1	2,81 - 11 mmol/L	0,32 %
		> 8	11,1 - 28 mmol/L	2,5 %
		>>> 20	> 28 mmol/L	6,4 %
	(161) YD Diagnostics	> 1	11,1 - 28 mmol/L	0,32 %
		>>> 1	> 28 mmol/L	0,32 %
	(162) Siemens (Atellica)	> 4	11,1 - 28 mmol/L	1,3 %
		>>> 5	> 28 mmol/L	1,6 %
	(179) Siemens	> 19	11,1 - 28 mmol/L	6,1 %
		>>> 24	> 28 mmol/L	7,6 %
	(197) Analyticon	>>> 2	> 28 mmol/L	0,64 %
	(201) Iris Diagnostics	1	2,81 - 11 mmol/L	0,32 %
		>>> 13	> 28 mmol/L	4,1 %
	(202) Dirui	> 22	11,1 - 28 mmol/L	7,0 %
		>>> 49	> 28 mmol/L	16 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 28	> 28 mmol/L	8,9 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	> 28 mmol/L	0,96 %
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 99 %		
B	(5) Dialab	>>> 2	11,1 - 28 mmol/L	0,64 %
	(12) Beckman Coulter	> 3	2,81 - 11 mmol/L	0,96 %
		>>> 6	11,1 - 28 mmol/L	1,9 %
		> 2	> 28 mmol/L	0,64 %
	(18) Cormay	>>> 3	11,1 - 28 mmol/L	0,96 %
		> 1	> 28 mmol/L	0,32 %
	(46) Erba Lachema	> 3	2,81 - 11 mmol/L	0,96 %
		>>> 30	11,1 - 28 mmol/L	9,6 %
		> 11	> 28 mmol/L	3,5 %
	(49) BioVendor	> 2	2,81 - 11 mmol/L	0,64 %
		>>> 1	11,1 - 28 mmol/L	0,32 %
		> 1	> 28 mmol/L	0,32 %
	(60) Roche	> 3	2,81 - 11 mmol/L	0,96 %
		>>> 24	11,1 - 28 mmol/L	7,6 %
		> 5	> 28 mmol/L	1,6 %
	(63) Sysmex	> 1	2,81 - 11 mmol/L	0,32 %
		>>> 12	11,1 - 28 mmol/L	3,8 %
		> 1	> 28 mmol/L	0,32 %
	(109) Axis-Shield	>>> 1	11,1 - 28 mmol/L	0,32 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	11,1 - 28 mmol/L	0,32 %
	(150) Arkray	> 3	2,81 - 11 mmol/L	0,96 %
		>>> 24	11,1 - 28 mmol/L	7,6 %
		> 2	> 28 mmol/L	0,64 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 1	11,1 - 28 mmol/L	0,32 %
		> 1	> 28 mmol/L	0,32 %
	(162) Siemens (Atellica)	> 1	2,81 - 11 mmol/L	0,32 %
		>>> 7	11,1 - 28 mmol/L	2,2 %
		> 1	> 28 mmol/L	0,32 %
	(179) Siemens	> 10	2,81 - 11 mmol/L	3,2 %
		>>> 29	11,1 - 28 mmol/L	9,2 %
		> 4	> 28 mmol/L	1,3 %
	(197) Analyticon	>>> 2	11,1 - 28 mmol/L	0,64 %
	(201) Iris Diagnostics	1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,32 %
		> 3	2,81 - 11 mmol/L	0,96 %
		>>> 8	11,1 - 28 mmol/L	2,5 %
		> 2	> 28 mmol/L	0,64 %
	(202) Dirui	> 7	2,81 - 11 mmol/L	2,2 %
		>>> 63	11,1 - 28 mmol/L	20 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
B	(202) Dirui	> 1	> 28 mmol/L	0,32 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	> 2	2,81 - 11 mmol/L	0,64 %
		>>> 24	11,1 - 28 mmol/L	7,6 %
		> 2	> 28 mmol/L	0,64 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	11,1 - 28 mmol/L	0,64 %
		> 1	> 28 mmol/L	0,32 %
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(275) hCG		N	Výsledek	N _{rel}
A	(5) Dialab	>>> 2	Pozitivní	17 %
	(17) Biogema	>>> 3	Pozitivní	25 %
	(115) BioSystems	>>> 1	Pozitivní	8,3 %
	(179) Siemens	>>> 2	Pozitivní	17 %
	(999) jiný výrobce	>>> 4	Pozitivní	33 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 100 %		
B	(5) Dialab	>>> 2	Negativní	17 %
	(17) Biogema	>>> 3	Negativní	25 %
	(115) BioSystems	>>> 1	Negativní	8,3 %
	(179) Siemens	>>> 2	Negativní	17 %
	(999) jiný výrobce	>>> 4	Negativní	33 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(263) Ketony		N	Výsledek	N _{rel}
A	(5) Dialab	> 2	1+, 2+	0,64 %
	(12) Beckman Coulter	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 10	3+, 4+	3,2 %
	(18) Cormay	> 3	1+, 2+	0,96 %
		>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(46) Erba Lachema	> 36	1+, 2+	12 %
		>>> 9	3+, 4+	2,9 %
	(49) BioVendor	> 3	1+, 2+	0,96 %
		>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(60) Roche	> 2	1+, 2+	0,64 %
		>>> 29	3+, 4+	9,3 %
	(63) Sysmex	> 12	1+, 2+	3,8 %
		>>> 2	3+, 4+	0,64 %
	(109) Axis-Shield	> 1	1+, 2+	0,32 %
	(125) DOT Diagnostics	> 1	1+, 2+	0,32 %
	(150) Arkray	> 2	1+, 2+	0,64 %
		>>> 27	3+, 4+	8,6 %
	(161) YD Diagnostics	> 2	1+, 2+	0,64 %
	(162) Siemens (Atellica)	1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,32 %
		> 8	1+, 2+	2,6 %
	(179) Siemens	2	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,64 %
		> 32	1+, 2+	10 %
		>>> 8	3+, 4+	2,6 %
	(197) Analyticon	> 2	1+, 2+	0,64 %
	(201) Iris Diagnostics	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 13	3+, 4+	4,2 %
	(202) Dirui	1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,32 %
		> 25	1+, 2+	8,0 %
		>>> 45	3+, 4+	14 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	> 25	1+, 2+	8,0 %
		>>> 3	3+, 4+	0,96 %
	(999) jiný výrobce	> 2	1+, 2+	0,64 %
		>>> 1	3+, 4+	0,32 %
Celkem za vzorek: n = 313		Úspěšnost: 99 %		
B	(5) Dialab	>>> 2	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,64 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 11	Negativní, <= 0,5 mmol/L	3,5 %
	(18) Cormay	>>> 3	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,96 %
		1	3+, 4+	0,32 %
	(46) Erba Lachema	>>> 45	Negativní, <= 0,5 mmol/L	14 %
	(49) BioVendor	>>> 4	Negativní, <= 0,5 mmol/L	1,3 %
	(60) Roche	>>> 31	Negativní, <= 0,5 mmol/L	9,9 %
	(63) Sysmex	>>> 14	Negativní, <= 0,5 mmol/L	4,5 %
	(109) Axis-Shield	>>> 1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,32 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,32 %
	(150) Arkray	>>> 29	Negativní, <= 0,5 mmol/L	9,3 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
B	(161) YD Diagnostics	>>> 2	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,64 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>> 9	Negativní, <= 0,5 mmol/L	2,9 %
	(179) Siemens	>>> 42	Negativní, <= 0,5 mmol/L	13 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,64 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 14	Negativní, <= 0,5 mmol/L	4,5 %
	(202) Dirui	>>> 70	Negativní, <= 0,5 mmol/L	22 %
		1	3+, 4+	0,32 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 28	Negativní, <= 0,5 mmol/L	8,9 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,96 %
Celkem za vzorek: n = 313		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(272) Krev

A	(5) Dialab	>>> 2	> 50 ery/ μ L	0,64 %
	(12) Beckman Coulter	4	5 - 12 ery/ μ L	1,3 %
		> 6	13 - 50 ery/ μ L	1,9 %
		>>> 1	> 50 ery/ μ L	0,32 %
	(18) Cormay	1	Negativní	0,32 %
		>>> 3	> 50 ery/ μ L	0,96 %
	(46) Erba Lachema	> 21	13 - 50 ery/ μ L	6,7 %
		>>> 24	> 50 ery/ μ L	7,6 %
	(49) BioVendor	>>> 4	> 50 ery/ μ L	1,3 %
	(60) Roche	> 2	13 - 50 ery/ μ L	0,64 %
		>>> 29	> 50 ery/ μ L	9,2 %
	(63) Sysmex	> 11	13 - 50 ery/ μ L	3,5 %
		>>> 3	> 50 ery/ μ L	0,96 %
	(109) Axis-Shield	>>> 1	> 50 ery/ μ L	0,32 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	> 50 ery/ μ L	0,32 %
	(150) Arkray	> 10	13 - 50 ery/ μ L	3,2 %
		>>> 19	> 50 ery/ μ L	6,1 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 2	> 50 ery/ μ L	0,64 %
	(162) Siemens (Atellica)	1	5 - 12 ery/ μ L	0,32 %
		> 1	13 - 50 ery/ μ L	0,32 %
		>>> 7	> 50 ery/ μ L	2,2 %
	(179) Siemens	1	5 - 12 ery/ μ L	0,32 %
		> 10	13 - 50 ery/ μ L	3,2 %
		>>> 32	> 50 ery/ μ L	10 %
	(197) Analyticon	>>> 2	> 50 ery/ μ L	0,64 %
	(201) Iris Diagnostics	2	5 - 12 ery/ μ L	0,64 %
		> 7	13 - 50 ery/ μ L	2,2 %
		>>> 5	> 50 ery/ μ L	1,6 %
	(202) Dirui	1	5 - 12 ery/ μ L	0,32 %
		> 3	13 - 50 ery/ μ L	0,96 %
		>>> 67	> 50 ery/ μ L	21 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	> 5	13 - 50 ery/ μ L	1,6 %
		>>> 23	> 50 ery/ μ L	7,3 %
	(999) jiný výrobce	> 1	13 - 50 ery/ μ L	0,32 %
		>>> 2	> 50 ery/ μ L	0,64 %
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 97 %		
B	(5) Dialab	>>> 2	> 50 ery/ μ L	0,64 %
	(12) Beckman Coulter	> 2	13 - 50 ery/ μ L	0,64 %
		>>> 9	> 50 ery/ μ L	2,9 %
	(18) Cormay	1	Negativní	0,32 %
		>>> 3	> 50 ery/ μ L	0,96 %
	(46) Erba Lachema	> 4	13 - 50 ery/ μ L	1,3 %
		>>> 41	> 50 ery/ μ L	13 %
	(49) BioVendor	> 1	13 - 50 ery/ μ L	0,32 %
		>>> 3	> 50 ery/ μ L	0,96 %
	(60) Roche	> 1	13 - 50 ery/ μ L	0,32 %
		>>> 30	> 50 ery/ μ L	9,6 %
	(63) Sysmex	> 1	13 - 50 ery/ μ L	0,32 %
		>>> 13	> 50 ery/ μ L	4,1 %
	(109) Axis-Shield	>>> 1	> 50 ery/ μ L	0,32 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	> 50 ery/ μ L	0,32 %
	(150) Arkray	> 2	13 - 50 ery/ μ L	0,64 %
		>>> 27	> 50 ery/ μ L	8,6 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 2	> 50 ery/ μ L	0,64 %
	(162) Siemens (Atellica)	> 1	13 - 50 ery/ μ L	0,32 %
		>>> 8	> 50 ery/ μ L	2,5 %
	(179) Siemens	> 5	13 - 50 ery/ μ L	1,6 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
B	(179) Siemens	>>> 38	> 50 ery/ μ L	12 %
	(197) Analyticon	>>> 2	> 50 ery/ μ L	0,64 %
	(201) Iris Diagnostics	1	5 - 12 ery/ μ L	0,32 %
		> 1	13 - 50 ery/ μ L	0,32 %
		>>> 12	> 50 ery/ μ L	3,8 %
	(202) Dirui	1	Negativní	0,32 %
		> 7	13 - 50 ery/ μ L	2,2 %
		>>> 63	> 50 ery/ μ L	20 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	> 3	13 - 50 ery/ μ L	0,96 %
		>>> 25	> 50 ery/ μ L	8,0 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	> 50 ery/ μ L	0,96 %
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 96 %				

(270) Leukocyty

A	(5) Dialab	>>> 2	> 250 leu/ μ L	0,72 %
	(12) Beckman Coulter	> 5	51 - 250 leu/ μ L	1,8 %
		>>> 6	> 250 leu/ μ L	2,2 %
	(18) Cormay	> 4	51 - 250 leu/ μ L	1,4 %
	(46) Erba Lachema	> 1	51 - 250 leu/ μ L	0,36 %
		>>> 14	> 250 leu/ μ L	5,0 %
	(49) BioVendor	> 1	51 - 250 leu/ μ L	0,36 %
		>>> 3	> 250 leu/ μ L	1,1 %
	(60) Roche	> 5	51 - 250 leu/ μ L	1,8 %
		>>> 25	> 250 leu/ μ L	9,0 %
	(63) Sysmex	2	10 - 50 leu/ μ L	0,72 %
		> 9	51 - 250 leu/ μ L	3,2 %
		>>> 3	> 250 leu/ μ L	1,1 %
	(109) Axis-Shield	>>> 1	> 250 leu/ μ L	0,36 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	> 250 leu/ μ L	0,36 %
	(150) Arkray	> 1	51 - 250 leu/ μ L	0,36 %
		>>> 28	> 250 leu/ μ L	10 %
	(162) Siemens (Atellica)	> 3	51 - 250 leu/ μ L	1,1 %
		>>> 6	> 250 leu/ μ L	2,2 %
	(179) Siemens	1	Negativní	0,36 %
		> 17	51 - 250 leu/ μ L	6,1 %
		>>> 24	> 250 leu/ μ L	8,6 %
	(197) Analyticon	1	10 - 50 leu/ μ L	0,36 %
		> 1	51 - 250 leu/ μ L	0,36 %
	(201) Iris Diagnostics	1	10 - 50 leu/ μ L	0,36 %
		> 7	51 - 250 leu/ μ L	2,5 %
		>>> 4	> 250 leu/ μ L	1,4 %
	(202) Dirui	2	10 - 50 leu/ μ L	0,72 %
		> 26	51 - 250 leu/ μ L	9,4 %
		>>> 43	> 250 leu/ μ L	15 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	> 5	51 - 250 leu/ μ L	1,8 %
		>>> 23	> 250 leu/ μ L	8,3 %
	(999) jiný výrobce	> 3	51 - 250 leu/ μ L	1,1 %
Celkem za vzorek: n = 278		Úspěšnost: 97 %		
B	(5) Dialab	>>> 2	Negativní	0,72 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 10	Negativní	3,6 %
		1	> 250 leu/ μ L	0,36 %
	(18) Cormay	>>> 4	Negativní	1,4 %
	(46) Erba Lachema	>>> 15	Negativní	5,4 %
	(49) BioVendor	>>> 4	Negativní	1,4 %
	(60) Roche	>>> 30	Negativní	11 %
	(63) Sysmex	>>> 14	Negativní	5,0 %
	(109) Axis-Shield	>>> 1	Negativní	0,36 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní	0,36 %
	(150) Arkray	>>> 28	Negativní	10 %
		1	51 - 250 leu/ μ L	0,36 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>> 9	Negativní	3,2 %
	(179) Siemens	>>> 41	Negativní	15 %
		1	51 - 250 leu/ μ L	0,36 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Negativní	0,72 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 12	Negativní	4,3 %
	(202) Dirui	>>> 70	Negativní	25 %
		1	51 - 250 leu/ μ L	0,36 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 28	Negativní	10 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní	1,1 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
Celkem za vzorek: n = 278		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 96 %				

(274) Nitrity

A	(5) Dialab	>>>	2	Pozitivní	0,71 %
	(9) Bayer	>>>	1	Pozitivní	0,35 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	11	Pozitivní	3,9 %
	(18) Cormay	>>>	4	Pozitivní	1,4 %
	(46) Erba Lachema	>>>	18	Pozitivní	6,4 %
	(49) BioVendor	>>>	4	Pozitivní	1,4 %
	(60) Roche		2	Negativní	0,71 %
		>>>	27	Pozitivní	9,5 %
	(63) Sysmex	>>>	14	Pozitivní	4,9 %
	(109) Axis-Shield	>>>	1	Pozitivní	0,35 %
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1	Pozitivní	0,35 %
	(150) Arkray	>>>	29	Pozitivní	10 %
	(161) YD Diagnostics	>>>	1	Pozitivní	0,35 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>>	9	Pozitivní	3,2 %
	(179) Siemens	>>>	42	Pozitivní	15 %
	(197) Analyticon	>>>	2	Pozitivní	0,71 %
	(201) Iris Diagnostics	>>>	14	Pozitivní	4,9 %
	(202) Dirui		1	Negativní	0,35 %
		>>>	70	Pozitivní	25 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>>	27	Pozitivní	9,5 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3	Pozitivní	1,1 %
Celkem za vzorek: n = 283		Úspěšnost: 99 %			
B	(5) Dialab	>>>	2	Negativní	0,71 %
	(9) Bayer	>>>	1	Negativní	0,35 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	11	Negativní	3,9 %
	(18) Cormay	>>>	3	Negativní	1,1 %
			1	Pozitivní	0,35 %
	(46) Erba Lachema	>>>	18	Negativní	6,4 %
	(49) BioVendor	>>>	4	Negativní	1,4 %
	(60) Roche	>>>	29	Negativní	10 %
	(63) Sysmex	>>>	14	Negativní	4,9 %
	(109) Axis-Shield	>>>	1	Negativní	0,35 %
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1	Negativní	0,35 %
	(150) Arkray	>>>	29	Negativní	10 %
	(161) YD Diagnostics	>>>	1	Negativní	0,35 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>>	9	Negativní	3,2 %
	(179) Siemens	>>>	42	Negativní	15 %
	(197) Analyticon	>>>	2	Negativní	0,71 %
	(201) Iris Diagnostics	>>>	14	Negativní	4,9 %
	(202) Dirui	>>>	71	Negativní	25 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>>	27	Negativní	9,5 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3	Negativní	1,1 %
Celkem za vzorek: n = 283		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 99 %					

(273) pH

A	(5) Dialab	>>>	1	7,0	0,32 %
		>	1	7,5	0,32 %
	(12) Beckman Coulter		1	5,5	0,32 %
		>	4	6,5	1,3 %
		>>>	6	7,0	1,9 %
	(18) Cormay	>	2	6,5	0,64 %
		>>>	2	7,0	0,64 %
	(46) Erba Lachema	>	3	6,5	0,96 %
		>>>	36	7,0	11 %
		>	2	7,5	0,64 %
		>	3	8,0	0,96 %
			1	9,0	0,32 %
	(49) BioVendor	>	4	6,5	1,3 %
	(60) Roche	>>>	29	7,0	9,2 %
		>	1	7,5	0,32 %
		>	1	8,0	0,32 %
	(63) Sysmex	>>>	1	7,0	0,32 %
		>	13	7,5	4,1 %
	(109) Axis-Shield	>>>	1	7,0	0,32 %
	(125) DOT Diagnostics	>	1	6,5	0,32 %
	(150) Arkray	>	1	6,5	0,32 %

Zkouška			N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina				
A	(150) Arkray	>>>	3	7,0	0,96 %
		>	23	7,5	7,3 %
		>	2	8,0	0,64 %
	(161) YD Diagnostics	>	1	6,5	0,32 %
		>>>	1	7,0	0,32 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>>	9	7,0	2,9 %
	(179) Siemens	>>>	31	7,0	9,9 %
		>	11	7,5	3,5 %
	(197) Analyticon	>	1	6,0	0,32 %
		>	1	6,5	0,32 %
	(201) Iris Diagnostics	>	8	6,5	2,5 %
		>>>	6	7,0	1,9 %
	(202) Dirui	>	2	6,0	0,64 %
		>	4	6,5	1,3 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>>	58	7,0	18 %
		>	8	7,5	2,5 %
		>	1	6,0	0,32 %
	(999) jiný výrobce	>	23	6,5	7,3 %
		>>>	4	7,0	1,3 %
		>>>	3	7,0	0,96 %
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 99 %			
B	(5) Dialab	>	1	6,0	0,32 %
		>>>	1	6,5	0,32 %
	(12) Beckman Coulter	>	1	6,0	0,32 %
		>>>	6	6,5	1,9 %
	(18) Cormay	>	4	7,0	1,3 %
			3	5,0	0,96 %
	(46) Erba Lachema	>	1	6,0	0,32 %
		>	1	5,5	0,32 %
	(49) BioVendor	>	20	6,0	6,4 %
		>>>	20	6,5	6,4 %
		>	4	7,0	1,3 %
	(60) Roche	>>>	4	6,5	1,3 %
	(63) Sysmex	>>>	4	6,5	1,3 %
		>>>	13	6,5	4,1 %
	(109) Axis-Shield	>	16	7,0	5,1 %
	(125) DOT Diagnostics	>>>	14	6,5	4,5 %
	(150) Arkray	>	1	6,0	0,32 %
		>>>	1	6,5	0,32 %
	(161) YD Diagnostics	>>>	28	6,5	8,9 %
		>>>	2	6,5	0,64 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>>	8	6,5	2,5 %
		>	1	7,0	0,32 %
	(179) Siemens	>	2	6,0	0,64 %
		>>>	31	6,5	9,9 %
	(197) Analyticon	>	9	7,0	2,9 %
		>	1	6,0	0,32 %
	(201) Iris Diagnostics	>>>	1	6,5	0,32 %
		>>>	12	6,5	3,8 %
	(202) Dirui	>	2	7,0	0,64 %
>		1	5,5	0,32 %	
>		28	6,0	8,9 %	
(207) 77 Elektronika Kft.	>>>	41	6,5	13 %	
	>	1	7,0	0,32 %	
	>	1	7,5	0,32 %	
(999) jiný výrobce	>	3	6,0	0,96 %	
	>>>	25	6,5	8,0 %	
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 99 %			
Celková úspěšnost: 98 %					

(266) Urobilinogen

A	(5) Dialab	>>>	2	3+, 4+	0,64 %
		>	5	1+, 2+	1,6 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	6	3+, 4+	1,9 %
		>>>	4	3+, 4+	1,3 %
	(18) Cormay	>	21	1+, 2+	6,7 %
(46) Erba Lachema	>>>	24	3+, 4+	7,6 %	
	(49) BioVendor	>>>	4	3+, 4+	1,3 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
A	(60) Roche	> 2	1+, 2+	0,64 %
		>>> 29	3+, 4+	9,2 %
	(63) Sysmex	> 12	1+, 2+	3,8 %
		>>> 2	3+, 4+	0,64 %
	(109) Axis-Shield	>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(150) Arkray	> 3	1+, 2+	0,96 %
		>>> 26	3+, 4+	8,3 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 2	3+, 4+	0,64 %
	(162) Siemens (Atellica)		1 Negativní, < 17 µmol/L	0,32 %
		> 7	1+, 2+	2,2 %
		>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(179) Siemens	> 19	1+, 2+	6,1 %
		>>> 24	3+, 4+	7,6 %
	(197) Analyticon	>>> 2	3+, 4+	0,64 %
	(201) Iris Diagnostics		1 Negativní, < 17 µmol/L	0,32 %
		> 7	1+, 2+	2,2 %
		>>> 6	3+, 4+	1,9 %
	(202) Dirui	> 28	1+, 2+	8,9 %
		>>> 43	3+, 4+	14 %
(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 28	3+, 4+	8,9 %	
(999) jiný výrobce	>>> 3	3+, 4+	0,96 %	
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 99 %		
B	(5) Dialab	>>> 2	Negativní, < 17 µmol/L	0,64 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 11	Negativní, < 17 µmol/L	3,5 %
	(18) Cormay	>>> 4	Negativní, < 17 µmol/L	1,3 %
	(46) Erba Lachema	>>> 45	Negativní, < 17 µmol/L	14 %
	(49) BioVendor	>>> 4	Negativní, < 17 µmol/L	1,3 %
	(60) Roche	>>> 31	Negativní, < 17 µmol/L	9,9 %
	(63) Sysmex	>>> 14	Negativní, < 17 µmol/L	4,5 %
	(109) Axis-Shield	>>> 1	Negativní, < 17 µmol/L	0,32 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní, < 17 µmol/L	0,32 %
	(150) Arkray	>>> 28	Negativní, < 17 µmol/L	8,9 %
			1 1+, 2+	0,32 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 2	Negativní, < 17 µmol/L	0,64 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>> 9	Negativní, < 17 µmol/L	2,9 %
	(179) Siemens	>>> 43	Negativní, < 17 µmol/L	14 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Negativní, < 17 µmol/L	0,64 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 14	Negativní, < 17 µmol/L	4,5 %
	(202) Dirui	>>> 71	Negativní, < 17 µmol/L	23 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 28	Negativní, < 17 µmol/L	8,9 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní, < 17 µmol/L	0,96 %
	Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 99 %				