

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(268) Bilirubin				
A	(0) neuvedeno	>>> 4	3+, 4+	1,3 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 9	3+, 4+	2,9 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 20	3+, 4+	6,5 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	>>> 34	3+, 4+	11 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 8	3+, 4+	2,6 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>> 6	3+, 4+	1,9 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 9	3+, 4+	2,9 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	3+, 4+	0,65 %
	(211) Roche Miditron Junior II	>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 15	3+, 4+	4,8 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 13	3+, 4+	4,2 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	> 1	1+, 2+	0,32 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 14	3+, 4+	4,5 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 3	3+, 4+	0,97 %
	(223) Iris iChem Velocity	± 9	Negativní	2,9 %
		± 14	1+, 2+	4,5 %
		± 2	3+, 4+	0,65 %
	(225) Dirui H-series	>>> 10	3+, 4+	3,2 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	> 3	1+, 2+	0,97 %
		>>> 8	3+, 4+	2,6 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 22	3+, 4+	7,1 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 60	3+, 4+	19 %
	(998) Manuálně	>>> 27	3+, 4+	8,7 %
	(999) jiný systém	>>> 12	3+, 4+	3,9 %
----- Celkem za vzorek: n = 310 ----- Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): 100 % -----				
B	(0) neuvedeno	>>> 4	Negativní	1,3 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 9	Negativní	2,9 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 20	Negativní	6,5 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	>>> 34	Negativní	11 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>> 9	Negativní	2,9 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>> 6	Negativní	1,9 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 10	Negativní	3,2 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	Negativní	0,65 %
	(211) Roche Miditron Junior II	>>> 1	Negativní	0,32 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 15	Negativní	4,8 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 13	Negativní	4,2 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 1	Negativní	0,32 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 1	Negativní	0,32 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 14	Negativní	4,5 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 3	Negativní	0,97 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>> 25	Negativní	8,1 %
	(225) Dirui H-series	>>> 10	Negativní	3,2 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 12	Negativní	3,9 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 22	Negativní	7,1 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 58	Negativní	19 %
		1	1+, 2+	0,32 %
		1	3+, 4+	0,32 %
	(998) Manuálně	>>> 27	Negativní	8,7 %
	(999) jiný systém	>>> 12	Negativní	3,9 %
----- Celkem za vzorek: n = 310 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
Celková úspěšnost (jen hodnocené zkoušky): 99 %				

(264) Celková bílkovina

A	(0) neuvedeno	1	0,3 - 0,5 g/L	0,32 %
		> 2	0,51 - 2,5 g/L	0,64 %
		>>> 1	> 2,5 g/L	0,32 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 9	> 2,5 g/L	2,9 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	> 2	0,51 - 2,5 g/L	0,64 %
		>>> 19	> 2,5 g/L	6,1 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	> 5	0,51 - 2,5 g/L	1,6 %
		>>> 28	> 2,5 g/L	8,9 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
A	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>> 9	> 2,5 g/L	2,9 %
	(208) Siemens Clinitek Status	> 1	0,51 - 2,5 g/L	0,32 %
		>>> 5	> 2,5 g/L	1,6 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	5	0,3 - 0,5 g/L	1,6 %
		> 2	0,51 - 2,5 g/L	0,64 %
		>>> 3	> 2,5 g/L	0,96 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	> 2	0,51 - 2,5 g/L	0,64 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 15	> 2,5 g/L	4,8 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	> 4	0,51 - 2,5 g/L	1,3 %
		>>> 10	> 2,5 g/L	3,2 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 1	> 2,5 g/L	0,32 %
	(219) Roche Urisys 2400	> 1	0,51 - 2,5 g/L	0,32 %
	(221) Erba Lachema LAURA	> 7	0,51 - 2,5 g/L	2,2 %
		>>> 7	> 2,5 g/L	2,2 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 3	> 2,5 g/L	0,96 %
	(223) Iris iChem Velocity	> 13	0,51 - 2,5 g/L	4,1 %
		>>> 12	> 2,5 g/L	3,8 %
	(225) Dirui H-series	> 4	0,51 - 2,5 g/L	1,3 %
		>>> 5	> 2,5 g/L	1,6 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 12	> 2,5 g/L	3,8 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	8	0,3 - 0,5 g/L	2,5 %
		> 13	0,51 - 2,5 g/L	4,1 %
		>>> 1	> 2,5 g/L	0,32 %
	(230) Dirui FUS-series	> 5	0,51 - 2,5 g/L	1,6 %
		>>> 56	> 2,5 g/L	18 %
	(998) Manuálně	1	0,3 - 0,5 g/L	0,32 %
		> 9	0,51 - 2,5 g/L	2,9 %
		>>> 21	> 2,5 g/L	6,7 %
	(999) jiný systém	1	0,3 - 0,5 g/L	0,32 %
		> 4	0,51 - 2,5 g/L	1,3 %
		>>> 7	> 2,5 g/L	2,2 %
----- Celkem za vzorek: n = 314 ----- Úspěšnost: 95 % -----				
B	(0) neuvedeno	2	Negativní, < 0,3 g/L	0,64 %
		>>> 2	0,3 - 0,5 g/L	0,64 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 4	0,3 - 0,5 g/L	1,3 %
		>>> 5	0,51 - 2,5 g/L	1,6 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 16	0,3 - 0,5 g/L	5,1 %
		>>> 5	0,51 - 2,5 g/L	1,6 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	>>> 7	0,3 - 0,5 g/L	2,2 %
		>>> 25	0,51 - 2,5 g/L	8,0 %
		> 1	> 2,5 g/L	0,32 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>> 2	0,3 - 0,5 g/L	0,64 %
		>>> 7	0,51 - 2,5 g/L	2,2 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>> 2	0,3 - 0,5 g/L	0,64 %
		>>> 4	0,51 - 2,5 g/L	1,3 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	1	Negativní, < 0,3 g/L	0,32 %
		>>> 6	0,3 - 0,5 g/L	1,9 %
		>>> 3	0,51 - 2,5 g/L	0,96 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	1	Negativní, < 0,3 g/L	0,32 %
		>>> 1	0,3 - 0,5 g/L	0,32 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 2	0,3 - 0,5 g/L	0,64 %
		>>> 12	0,51 - 2,5 g/L	3,8 %
		> 1	> 2,5 g/L	0,32 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 12	0,3 - 0,5 g/L	3,8 %
		>>> 2	0,51 - 2,5 g/L	0,64 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 1	0,3 - 0,5 g/L	0,32 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 1	0,3 - 0,5 g/L	0,32 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 7	0,3 - 0,5 g/L	2,2 %
		>>> 7	0,51 - 2,5 g/L	2,2 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 1	0,3 - 0,5 g/L	0,32 %
		>>> 2	0,51 - 2,5 g/L	0,64 %
	(223) Iris iChem Velocity	3	Negativní, < 0,3 g/L	0,96 %
		>>> 19	0,3 - 0,5 g/L	6,1 %
		>>> 3	0,51 - 2,5 g/L	0,96 %
	(225) Dirui H-series	>>> 5	0,3 - 0,5 g/L	1,6 %
		>>> 3	0,51 - 2,5 g/L	0,96 %
		> 1	> 2,5 g/L	0,32 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 11	0,3 - 0,5 g/L	3,5 %
		>>> 1	0,51 - 2,5 g/L	0,32 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	2	Negativní, < 0,3 g/L	0,64 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}	
Vzorek	Skupina				
B	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>>	18 0,3 - 0,5 g/L	5,7 %	
		>>>	2 0,51 - 2,5 g/L	0,64 %	
	(230) Dirui FUS-series	>	1 Negativní, < 0,3 g/L	0,32 %	
		>>>	12 0,3 - 0,5 g/L	3,8 %	
		>>>	43 0,51 - 2,5 g/L	14 %	
		>	5 > 2,5 g/L	1,6 %	
	(998) Manuálně	>	3 Negativní, < 0,3 g/L	0,96 %	
		>>>	19 0,3 - 0,5 g/L	6,1 %	
		>>>	8 0,51 - 2,5 g/L	2,5 %	
		>	1 > 2,5 g/L	0,32 %	
	(999) jiný systém	>	2 Negativní, < 0,3 g/L	0,64 %	
		>>>	7 0,3 - 0,5 g/L	2,2 %	
		>>>	3 0,51 - 2,5 g/L	0,96 %	
	Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 95 %		
	Celková úspěšnost: 92 %				

(261) Glukóza

A	(0) neuvedeno	>	2 11,1 - 28 mmol/L	0,64 %
		>>>	2 > 28 mmol/L	0,64 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>	1 2,81 - 11 mmol/L	0,32 %
		>	2 11,1 - 28 mmol/L	0,64 %
		>>>	6 > 28 mmol/L	1,9 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>	6 11,1 - 28 mmol/L	1,9 %
		>>>	14 > 28 mmol/L	4,5 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	>	16 11,1 - 28 mmol/L	5,1 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>>	18 > 28 mmol/L	5,7 %
		>>>	9 > 28 mmol/L	2,9 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>	3 11,1 - 28 mmol/L	0,96 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>>	3 > 28 mmol/L	0,96 %
		>>>	10 > 28 mmol/L	3,2 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>	1 11,1 - 28 mmol/L	0,32 %
	(211) Roche Miditron Junior II	>>>	1 > 28 mmol/L	0,32 %
		>>>	1 > 28 mmol/L	0,32 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>>	15 > 28 mmol/L	4,8 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>	7 11,1 - 28 mmol/L	2,2 %
		>>>	7 > 28 mmol/L	2,2 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>	1 11,1 - 28 mmol/L	0,32 %
	(219) Roche Urisys 2400	>	1 11,1 - 28 mmol/L	0,32 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>	11 11,1 - 28 mmol/L	3,5 %
		>>>	3 > 28 mmol/L	0,96 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>>	3 > 28 mmol/L	0,96 %
	(223) Iris iChem Velocity	>	2 2,81 - 11 mmol/L	0,64 %
		>	2 11,1 - 28 mmol/L	0,64 %
		>>>	21 > 28 mmol/L	6,7 %
	(225) Dirui H-series	>	6 11,1 - 28 mmol/L	1,9 %
		>>>	3 > 28 mmol/L	0,96 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>	4 11,1 - 28 mmol/L	1,3 %
		>>>	8 > 28 mmol/L	2,5 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>>	22 > 28 mmol/L	7,0 %
	(230) Dirui FUS-series	>	16 11,1 - 28 mmol/L	5,1 %
		>>>	45 > 28 mmol/L	14 %
	(998) Manuálně	>	4 11,1 - 28 mmol/L	1,3 %
	(999) jiný systém	>>>	26 > 28 mmol/L	8,3 %
		>	3 11,1 - 28 mmol/L	0,96 %
>>>	9 > 28 mmol/L	2,9 %		
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 99 %		
B	(0) neuvedeno	>>>	4 11,1 - 28 mmol/L	1,3 %
		>	1 2,81 - 11 mmol/L	0,32 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>>	8 11,1 - 28 mmol/L	2,5 %
		>	2 2,81 - 11 mmol/L	0,64 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>>	16 11,1 - 28 mmol/L	5,1 %
		>	2 > 28 mmol/L	0,64 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	>	6 2,81 - 11 mmol/L	1,9 %
		>>>	25 11,1 - 28 mmol/L	8,0 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>	3 > 28 mmol/L	0,96 %
		>>>	7 11,1 - 28 mmol/L	2,2 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>	2 > 28 mmol/L	0,64 %
		>	2 2,81 - 11 mmol/L	0,64 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>>	4 11,1 - 28 mmol/L	1,3 %
		>>>	8 11,1 - 28 mmol/L	2,5 %
	>	2 > 28 mmol/L	0,64 %	

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
B	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	11,1 - 28 mmol/L	0,64 %
	(211) Roche Miditron Junior II	> 1	> 28 mmol/L	0,32 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	> 3	2,81 - 11 mmol/L	0,96 %
		>>> 11	11,1 - 28 mmol/L	3,5 %
		> 1	> 28 mmol/L	0,32 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	> 1	2,81 - 11 mmol/L	0,32 %
		>>> 12	11,1 - 28 mmol/L	3,8 %
		> 1	> 28 mmol/L	0,32 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 1	11,1 - 28 mmol/L	0,32 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 1	11,1 - 28 mmol/L	0,32 %
	(221) Erba Lachema LAURA	> 1	2,81 - 11 mmol/L	0,32 %
		>>> 9	11,1 - 28 mmol/L	2,9 %
		> 4	> 28 mmol/L	1,3 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 3	11,1 - 28 mmol/L	0,96 %
	(223) Iris iChem Velocity	1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,32 %
		> 6	2,81 - 11 mmol/L	1,9 %
		>>> 14	11,1 - 28 mmol/L	4,5 %
		> 4	> 28 mmol/L	1,3 %
	(225) Dirui H-series	> 2	2,81 - 11 mmol/L	0,64 %
		>>> 7	11,1 - 28 mmol/L	2,2 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	> 3	2,81 - 11 mmol/L	0,96 %
		>>> 7	11,1 - 28 mmol/L	2,2 %
		> 2	> 28 mmol/L	0,64 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	> 4	2,81 - 11 mmol/L	1,3 %
		>>> 17	11,1 - 28 mmol/L	5,4 %
		> 1	> 28 mmol/L	0,32 %
	(230) Dirui FUS-series	> 5	2,81 - 11 mmol/L	1,6 %
		>>> 55	11,1 - 28 mmol/L	18 %
		> 1	> 28 mmol/L	0,32 %
	(998) Manuálně	> 2	2,81 - 11 mmol/L	0,64 %
		>>> 21	11,1 - 28 mmol/L	6,7 %
		> 7	> 28 mmol/L	2,2 %
	(999) jiný systém	>>> 8	11,1 - 28 mmol/L	2,5 %
		> 4	> 28 mmol/L	1,3 %
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(275) hCG

A	(208) Siemens Clinitek Status	>>> 2	Pozitivní	17 %
	(998) Manuálně	>>> 9	Pozitivní	75 %
	(999) jiný systém	>>> 1	Pozitivní	8,3 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 100 %		
B	(208) Siemens Clinitek Status	>>> 2	Negativní	17 %
	(998) Manuálně	>>> 9	Negativní	75 %
	(999) jiný systém	>>> 1	Negativní	8,3 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(263) Ketony

A	(0) neuvedeno	> 3	1+, 2+	0,96 %
		>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 9	3+, 4+	2,9 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	> 2	1+, 2+	0,64 %
		>>> 18	3+, 4+	5,8 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	3	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,96 %
		> 29	1+, 2+	9,3 %
		>>> 2	3+, 4+	0,64 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>> 9	3+, 4+	2,9 %
	(208) Siemens Clinitek Status	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 5	3+, 4+	1,6 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	> 8	1+, 2+	2,6 %
		>>> 2	3+, 4+	0,64 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	> 2	1+, 2+	0,64 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 14	3+, 4+	4,5 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	> 12	1+, 2+	3,8 %
		>>> 2	3+, 4+	0,64 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	> 1	1+, 2+	0,32 %
	(219) Roche Urisys 2400	> 1	1+, 2+	0,32 %
	(221) Erba Lachema LAURA	> 12	1+, 2+	3,8 %
		>>> 2	3+, 4+	0,64 %

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
A	(222)	Roche Urisys 1100	>>> 3	3+, 4+	0,96 %
	(223)	Iris iChem Velocity	> 2	1+, 2+	0,64 %
			>>> 23	3+, 4+	7,3 %
	(225)	Dirui H-series	> 8	1+, 2+	2,6 %
			>>> 2	3+, 4+	0,64 %
	(228)	Siemens Clinitek Advantus	> 9	1+, 2+	2,9 %
			>>> 2	3+, 4+	0,64 %
	(229)	77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	> 20	1+, 2+	6,4 %
			>>> 2	3+, 4+	0,64 %
	(230)	Dirui FUS-series	1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,32 %
			> 17	1+, 2+	5,4 %
			>>> 42	3+, 4+	13 %
	(998)	Manuálně	> 21	1+, 2+	6,7 %
			>>> 10	3+, 4+	3,2 %
	(999)	jiný systém	> 11	1+, 2+	3,5 %
		>>> 1	3+, 4+	0,32 %	
Celkem za vzorek: n = 313			Úspěšnost: 99 %		
B	(0)	neuveдено	>>> 3	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,96 %
			1	3+, 4+	0,32 %
	(201)	Arkray Aution JET / Eleven	>>> 9	Negativní, <= 0,5 mmol/L	2,9 %
	(202)	Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 20	Negativní, <= 0,5 mmol/L	6,4 %
	(204)	Siemens Clinitek Novus	>>> 34	Negativní, <= 0,5 mmol/L	11 %
	(205)	Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>> 9	Negativní, <= 0,5 mmol/L	2,9 %
	(208)	Siemens Clinitek Status	>>> 6	Negativní, <= 0,5 mmol/L	1,9 %
	(209)	77 Elektronika LabUreader	>>> 10	Negativní, <= 0,5 mmol/L	3,2 %
	(210)	Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,64 %
	(215)	Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 15	Negativní, <= 0,5 mmol/L	4,8 %
	(216)	Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 14	Negativní, <= 0,5 mmol/L	4,5 %
	(218)	YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,32 %
	(219)	Roche Urisys 2400	>>> 1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,32 %
	(221)	Erba Lachema LAURA	>>> 14	Negativní, <= 0,5 mmol/L	4,5 %
	(222)	Roche Urisys 1100	>>> 3	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,96 %
	(223)	Iris iChem Velocity	>>> 25	Negativní, <= 0,5 mmol/L	8,0 %
	(225)	Dirui H-series	>>> 10	Negativní, <= 0,5 mmol/L	3,2 %
	(228)	Siemens Clinitek Advantus	>>> 11	Negativní, <= 0,5 mmol/L	3,5 %
	(229)	77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 22	Negativní, <= 0,5 mmol/L	7,0 %
	(230)	Dirui FUS-series	>>> 59	Negativní, <= 0,5 mmol/L	19 %
			1	3+, 4+	0,32 %
(998)	Manuálně	>>> 31	Negativní, <= 0,5 mmol/L	9,9 %	
(999)	jiný systém	>>> 12	Negativní, <= 0,5 mmol/L	3,8 %	
Celkem za vzorek: n = 313			Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 98 %					

(272) Krev

A	(0)	neuveдено	1	Negativní	0,32 %
			> 1	13 - 50 ery/ μ L	0,32 %
			>>> 2	> 50 ery/ μ L	0,64 %
	(201)	Arkray Aution JET / Eleven	> 1	13 - 50 ery/ μ L	0,32 %
			>>> 8	> 50 ery/ μ L	2,5 %
	(202)	Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	> 9	13 - 50 ery/ μ L	2,9 %
			>>> 11	> 50 ery/ μ L	3,5 %
	(204)	Siemens Clinitek Novus	2	5 - 12 ery/ μ L	0,64 %
			> 8	13 - 50 ery/ μ L	2,5 %
			>>> 24	> 50 ery/ μ L	7,6 %
	(205)	Roche cobas u 601 (cobas 6500)	> 1	13 - 50 ery/ μ L	0,32 %
			>>> 8	> 50 ery/ μ L	2,5 %
	(208)	Siemens Clinitek Status	>>> 6	> 50 ery/ μ L	1,9 %
	(209)	77 Elektronika LabUreader	> 2	13 - 50 ery/ μ L	0,64 %
			>>> 8	> 50 ery/ μ L	2,5 %
	(210)	Erba Lachema UriPHAN	> 1	13 - 50 ery/ μ L	0,32 %
			>>> 2	> 50 ery/ μ L	0,64 %
	(215)	Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 15	> 50 ery/ μ L	4,8 %
	(216)	Sysmex UC-1000, UC-3500	> 11	13 - 50 ery/ μ L	3,5 %
			>>> 3	> 50 ery/ μ L	0,96 %
	(218)	YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 1	> 50 ery/ μ L	0,32 %
(219)	Roche Urisys 2400	> 1	13 - 50 ery/ μ L	0,32 %	
(221)	Erba Lachema LAURA	> 9	13 - 50 ery/ μ L	2,9 %	
		>>> 5	> 50 ery/ μ L	1,6 %	
(222)	Roche Urisys 1100	>>> 3	> 50 ery/ μ L	0,96 %	
(223)	Iris iChem Velocity	6	5 - 12 ery/ μ L	1,9 %	

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
A	(223) Iris iChem Velocity	> 12	13 - 50 ery/ μ L	3,8 %
		>>> 6	> 50 ery/ μ L	1,9 %
	(225) Dirui H-series	> 1	13 - 50 ery/ μ L	0,32 %
		>>> 8	> 50 ery/ μ L	2,5 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	> 2	13 - 50 ery/ μ L	0,64 %
		>>> 10	> 50 ery/ μ L	3,2 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	> 2	13 - 50 ery/ μ L	0,64 %
		>>> 20	> 50 ery/ μ L	6,4 %
	(230) Dirui FUS-series	1	5 - 12 ery/ μ L	0,32 %
		> 2	13 - 50 ery/ μ L	0,64 %
		>>> 58	> 50 ery/ μ L	18 %
	(998) Manuálně	> 11	13 - 50 ery/ μ L	3,5 %
		>>> 20	> 50 ery/ μ L	6,4 %
	(999) jiný systém	> 3	13 - 50 ery/ μ L	0,96 %
	>>> 9	> 50 ery/ μ L	2,9 %	
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 97 %		
B	(0) neuvedeno	1	Negativní	0,32 %
		>>> 3	> 50 ery/ μ L	0,96 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 9	> 50 ery/ μ L	2,9 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	> 2	13 - 50 ery/ μ L	0,64 %
		>>> 18	> 50 ery/ μ L	5,7 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	> 6	13 - 50 ery/ μ L	1,9 %
		>>> 28	> 50 ery/ μ L	8,9 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	> 1	13 - 50 ery/ μ L	0,32 %
		>>> 8	> 50 ery/ μ L	2,5 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>> 6	> 50 ery/ μ L	1,9 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	> 2	13 - 50 ery/ μ L	0,64 %
		>>> 8	> 50 ery/ μ L	2,5 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 3	> 50 ery/ μ L	0,96 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 15	> 50 ery/ μ L	4,8 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	> 1	13 - 50 ery/ μ L	0,32 %
		>>> 13	> 50 ery/ μ L	4,1 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 1	> 50 ery/ μ L	0,32 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 1	> 50 ery/ μ L	0,32 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 14	> 50 ery/ μ L	4,5 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 3	> 50 ery/ μ L	0,96 %
	(223) Iris iChem Velocity	1	5 - 12 ery/ μ L	0,32 %
		> 3	13 - 50 ery/ μ L	0,96 %
		>>> 20	> 50 ery/ μ L	6,4 %
	(225) Dirui H-series	> 1	13 - 50 ery/ μ L	0,32 %
		>>> 8	> 50 ery/ μ L	2,5 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 12	> 50 ery/ μ L	3,8 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	> 1	13 - 50 ery/ μ L	0,32 %
		>>> 21	> 50 ery/ μ L	6,7 %
	(230) Dirui FUS-series	1	Negativní	0,32 %
		> 6	13 - 50 ery/ μ L	1,9 %
		>>> 54	> 50 ery/ μ L	17 %
(998) Manuálně	> 4	13 - 50 ery/ μ L	1,3 %	
	>>> 27	> 50 ery/ μ L	8,6 %	
(999) jiný systém	> 1	13 - 50 ery/ μ L	0,32 %	
	>>> 11	> 50 ery/ μ L	3,5 %	
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 96 %				

(270) Leukocyty

A	(0) neuvedeno	> 2	51 - 250 leu/ μ L	0,72 %
		>>> 2	> 250 leu/ μ L	0,72 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 9	> 250 leu/ μ L	3,2 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	> 1	51 - 250 leu/ μ L	0,36 %
		>>> 19	> 250 leu/ μ L	6,8 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	> 12	51 - 250 leu/ μ L	4,3 %
		>>> 20	> 250 leu/ μ L	7,2 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	> 1	51 - 250 leu/ μ L	0,36 %
		>>> 7	> 250 leu/ μ L	2,5 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>> 6	> 250 leu/ μ L	2,2 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	1	10 - 50 leu/ μ L	0,36 %
		> 2	51 - 250 leu/ μ L	0,72 %
		>>> 7	> 250 leu/ μ L	2,5 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	> 1	51 - 250 leu/ μ L	0,36 %
		>>> 1	> 250 leu/ μ L	0,36 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
A	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>	2 51 - 250 leu/μL	0,72 %
		>>>	13 > 250 leu/μL	4,7 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500		2 10 - 50 leu/μL	0,72 %
		>	9 51 - 250 leu/μL	3,2 %
		>>>	3 > 250 leu/μL	1,1 %
	(219) Roche Urisys 2400	>	1 51 - 250 leu/μL	0,36 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>>	11 > 250 leu/μL	4,0 %
	(222) Roche Urisys 1100	>	1 51 - 250 leu/μL	0,36 %
		>>>	2 > 250 leu/μL	0,72 %
	(223) Iris iChem Velocity		1 10 - 50 leu/μL	0,36 %
		>	12 51 - 250 leu/μL	4,3 %
		>>>	10 > 250 leu/μL	3,6 %
	(225) Dirui H-series	>	6 51 - 250 leu/μL	2,2 %
		>>>	3 > 250 leu/μL	1,1 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus		1 Negativní	0,36 %
		>	7 51 - 250 leu/μL	2,5 %
		>>>	5 > 250 leu/μL	1,8 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>	3 51 - 250 leu/μL	1,1 %
		>>>	19 > 250 leu/μL	6,8 %
	(230) Dirui FUS-series		2 10 - 50 leu/μL	0,72 %
		>	20 51 - 250 leu/μL	7,2 %
		>>>	39 > 250 leu/μL	14 %
	(998) Manuálně	>	2 51 - 250 leu/μL	0,72 %
	>>>	3 > 250 leu/μL	1,1 %	
(999) jiný systém	>	6 51 - 250 leu/μL	2,2 %	
	>>>	4 > 250 leu/μL	1,4 %	
Celkem za vzorek: n = 278		Úspěšnost: 97 %		
B	(0) nevedeno	>>>	4 Negativní	1,4 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>>	8 Negativní	2,9 %
			1 51 - 250 leu/μL	0,36 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>>	20 Negativní	7,2 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	>>>	32 Negativní	12 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>>	8 Negativní	2,9 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>>	6 Negativní	2,2 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>>	10 Negativní	3,6 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>>	2 Negativní	0,72 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>>	15 Negativní	5,4 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>>	14 Negativní	5,0 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>>	1 Negativní	0,36 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>>	11 Negativní	4,0 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>>	3 Negativní	1,1 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>>	22 Negativní	7,9 %
			1 > 250 leu/μL	0,36 %
	(225) Dirui H-series	>>>	9 Negativní	3,2 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>>	12 Negativní	4,3 %
			1 51 - 250 leu/μL	0,36 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>>	22 Negativní	7,9 %
	(230) Dirui FUS-series	>>>	60 Negativní	22 %
			1 51 - 250 leu/μL	0,36 %
	(998) Manuálně	>>>	5 Negativní	1,8 %
(999) jiný systém	>>>	10 Negativní	3,6 %	
Celkem za vzorek: n = 278		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 96 %				

(274) Nitrity

A	(0) nevedeno	>>>	4 Pozitivní	1,4 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>>	9 Pozitivní	3,2 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>>	20 Pozitivní	7,1 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	>>>	33 Pozitivní	12 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)		2 Negativní	0,71 %
		>>>	7 Pozitivní	2,5 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>>	6 Pozitivní	2,1 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>>	10 Pozitivní	3,5 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>>	2 Pozitivní	0,71 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>>	15 Pozitivní	5,3 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>>	14 Pozitivní	4,9 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>>	1 Pozitivní	0,35 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>>	11 Pozitivní	3,9 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>>	2 Pozitivní	0,71 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>>	25 Pozitivní	8,8 %

Zkouška						
Vzorek	Skupina	N	Výsledek		N _{rel}	
A	(225) Dirui H-series	>>>	9	Pozitivní	3,2 %	
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>>	12	Pozitivní	4,2 %	
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>>	21	Pozitivní	7,4 %	
	(230) Dirui FUS-series		1	Negativní	0,35 %	
		>>>	60	Pozitivní	21 %	
	(998) Manuálně	>>>	7	Pozitivní	2,5 %	
	(999) jiný systém	>>>	12	Pozitivní	4,2 %	
	----- Celkem za vzorek: n = 283 ----- Úspěšnost: 99 % -----					
	B	(0) neuvedeno	>>>	3	Negativní	1,1 %
				1	Pozitivní	0,35 %
(201) Arkray Aution JET / Eleven		>>>	9	Negativní	3,2 %	
(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000		>>>	20	Negativní	7,1 %	
(204) Siemens Clinitek Novus		>>>	33	Negativní	12 %	
(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)		>>>	9	Negativní	3,2 %	
(208) Siemens Clinitek Status		>>>	6	Negativní	2,1 %	
(209) 77 Elektronika LabUreader		>>>	10	Negativní	3,5 %	
(210) Erba Lachema UriPHAN		>>>	2	Negativní	0,71 %	
(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411		>>>	15	Negativní	5,3 %	
(216) Sysmex UC-1000, UC-3500		>>>	14	Negativní	4,9 %	
(219) Roche Urisys 2400		>>>	1	Negativní	0,35 %	
(221) Erba Lachema LAURA		>>>	11	Negativní	3,9 %	
(222) Roche Urisys 1100		>>>	2	Negativní	0,71 %	
(223) Iris iChem Velocity		>>>	25	Negativní	8,8 %	
(225) Dirui H-series		>>>	9	Negativní	3,2 %	
(228) Siemens Clinitek Advantus		>>>	12	Negativní	4,2 %	
(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2		>>>	21	Negativní	7,4 %	
(230) Dirui FUS-series		>>>	61	Negativní	22 %	
(998) Manuálně		>>>	7	Negativní	2,5 %	
(999) jiný systém		>>>	12	Negativní	4,2 %	
----- Celkem za vzorek: n = 283 ----- Úspěšnost: 100 % -----						
Celková úspěšnost: 99 %						

(273) pH

A	(0) neuvedeno	>	3	6,5	0,96 %
		>	1	8,0	0,32 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>	7	7,5	2,2 %
		>	2	8,0	0,64 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>	1	6,5	0,32 %
		>>>	3	7,0	0,96 %
		>	16	7,5	5,1 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	>>>	33	7,0	11 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>>	9	7,0	2,9 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>>	5	7,0	1,6 %
		>	1	7,5	0,32 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>	2	6,0	0,64 %
		>	7	6,5	2,2 %
		>>>	1	7,0	0,32 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>>	2	7,0	0,64 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>>	15	7,0	4,8 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>>	1	7,0	0,32 %
		>	13	7,5	4,1 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>>	1	7,0	0,32 %
	(219) Roche Urisys 2400	>	1	7,5	0,32 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>>	11	7,0	3,5 %
		>	2	8,0	0,64 %
			1	9,0	0,32 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>>	2	7,0	0,64 %
		>	1	8,0	0,32 %
	(223) Iris iChem Velocity		1	5,5	0,32 %
		>	12	6,5	3,8 %
		>>>	12	7,0	3,8 %
	(225) Dirui H-series	>	2	6,0	0,64 %
		>	3	6,5	0,96 %
		>>>	3	7,0	0,96 %
		>	1	7,5	0,32 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>>	2	7,0	0,64 %
		>	10	7,5	3,2 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>	19	6,5	6,1 %
		>>>	3	7,0	0,96 %
	(230) Dirui FUS-series	>	1	6,5	0,32 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}	
Vzorek	Skupina				
A	(230) Dirui FUS-series	>>>	54 7,0	17 %	
		>	7 7,5	2,2 %	
	(998) Manuálně	>	3 6,5	0,96 %	
		>>>	26 7,0	8,3 %	
		>	2 7,5	0,64 %	
	(999) jiný systém	>	3 6,5	0,96 %	
		>>>	8 7,0	2,5 %	
		>	1 7,5	0,32 %	
	----- Celkem za vzorek: n = 314 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
	B	(0) neuvedeno	>>>	2 5,0	0,64 %
		>>>	2 6,5	0,64 %	
(201) Arkray Aution JET / Eleven		>>>	9 6,5	2,9 %	
(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000		>	1 6,0	0,32 %	
(204) Siemens Clinitek Novus		>>>	19 6,5	6,1 %	
		>>>	28 6,5	8,9 %	
		>	5 7,0	1,6 %	
(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)		>	9 7,0	2,9 %	
(208) Siemens Clinitek Status		>	1 6,0	0,32 %	
		>>>	1 6,5	0,32 %	
		>	4 7,0	1,3 %	
(209) 77 Elektronika LabUreader		>	2 6,0	0,64 %	
		>>>	8 6,5	2,5 %	
(210) Erba Lachema UriPHAN		>	1 6,0	0,32 %	
		>>>	1 6,5	0,32 %	
(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411		>>>	10 6,5	3,2 %	
		>	5 7,0	1,6 %	
(216) Sysmex UC-1000, UC-3500		>>>	14 6,5	4,5 %	
(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+		>>>	1 6,5	0,32 %	
(219) Roche Urisys 2400		>>>	1 6,5	0,32 %	
(221) Erba Lachema LAURA		>	2 6,0	0,64 %	
		>>>	11 6,5	3,5 %	
		>	1 7,0	0,32 %	
(222) Roche Urisys 1100		>>>	2 6,5	0,64 %	
		>	1 7,0	0,32 %	
(223) Iris iChem Velocity		>	1 6,0	0,32 %	
		>>>	18 6,5	5,7 %	
		>	6 7,0	1,9 %	
(225) Dirui H-series		>	1 5,5	0,32 %	
		>	6 6,0	1,9 %	
		>	1 7,0	0,32 %	
		>	1 7,5	0,32 %	
(228) Siemens Clinitek Advantus		>	1 6,0	0,32 %	
		>>>	10 6,5	3,2 %	
		>	1 7,0	0,32 %	
(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2		>	1 6,0	0,32 %	
		>>>	21 6,5	6,7 %	
(230) Dirui FUS-series		>	22 6,0	7,0 %	
		>>>	40 6,5	13 %	
(998) Manuálně		>	1 5,5	0,32 %	
	>	21 6,0	6,7 %		
	>>>	6 6,5	1,9 %		
	>	3 7,0	0,96 %		
(999) jiný systém		1 5,0	0,32 %		
	>	4 6,0	1,3 %		
	>>>	5 6,5	1,6 %		
	>	2 7,0	0,64 %		
----- Celkem za vzorek: n = 314 ----- Úspěšnost: 99 % -----					
Celková úspěšnost: 98 %					

(266) Urobilinogen

A	(0) neuvedeno	>	1 1+, 2+	0,32 %
		>>>	3 3+, 4+	0,96 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>	1 1+, 2+	0,32 %
		>>>	8 3+, 4+	2,5 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>	2 1+, 2+	0,64 %
		>>>	18 3+, 4+	5,7 %
	(204) Siemens Clinitek Novus		1 Negativní, < 17 µmol/L	0,32 %
		>	26 1+, 2+	8,3 %
		>>>	7 3+, 4+	2,2 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>	1 1+, 2+	0,32 %
		>>>	8 3+, 4+	2,5 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
A	(208) Siemens Clinitek Status	>>> 6	3+, 4+	1,9 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 10	3+, 4+	3,2 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 15	3+, 4+	4,8 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	> 12	1+, 2+	3,8 %
		>>> 2	3+, 4+	0,64 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(219) Roche Urisys 2400	> 1	1+, 2+	0,32 %
	(221) Erba Lachema LAURA	> 11	1+, 2+	3,5 %
		>>> 3	3+, 4+	0,96 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 3	3+, 4+	0,96 %
	(223) Iris iChem Velocity	1	Negativní, < 17 µmol/L	0,32 %
		> 12	1+, 2+	3,8 %
		>>> 12	3+, 4+	3,8 %
	(225) Dirui H-series	>>> 9	3+, 4+	2,9 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 12	3+, 4+	3,8 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 22	3+, 4+	7,0 %
	(230) Dirui FUS-series	> 28	1+, 2+	8,9 %
		>>> 33	3+, 4+	11 %
	(998) Manuálně	> 7	1+, 2+	2,2 %
		>>> 24	3+, 4+	7,6 %
	(999) jiný systém	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 11	3+, 4+	3,5 %
----- Celkem za vzorek: n = 314 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
B	(0) neuvedeno	>>> 4	Negativní, < 17 µmol/L	1,3 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 8	Negativní, < 17 µmol/L	2,5 %
		1	1+, 2+	0,32 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 20	Negativní, < 17 µmol/L	6,4 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	>>> 34	Negativní, < 17 µmol/L	11 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>> 9	Negativní, < 17 µmol/L	2,9 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>> 6	Negativní, < 17 µmol/L	1,9 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 10	Negativní, < 17 µmol/L	3,2 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	Negativní, < 17 µmol/L	0,64 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 15	Negativní, < 17 µmol/L	4,8 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 14	Negativní, < 17 µmol/L	4,5 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 1	Negativní, < 17 µmol/L	0,32 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 1	Negativní, < 17 µmol/L	0,32 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 14	Negativní, < 17 µmol/L	4,5 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 3	Negativní, < 17 µmol/L	0,96 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>> 25	Negativní, < 17 µmol/L	8,0 %
	(225) Dirui H-series	>>> 9	Negativní, < 17 µmol/L	2,9 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 12	Negativní, < 17 µmol/L	3,8 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 22	Negativní, < 17 µmol/L	7,0 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 61	Negativní, < 17 µmol/L	19 %
	(998) Manuálně	>>> 31	Negativní, < 17 µmol/L	9,9 %
	(999) jiný systém	>>> 12	Negativní, < 17 µmol/L	3,8 %
----- Celkem za vzorek: n = 314 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
Celková úspěšnost: 99 %				