

Cyklus EHK: GP2/22 - Gamapatie

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(247) Gamapatie (kvantita 1) (plazma)	[g/L]				90							90	76	84%
Vzorky a skupiny														
Vzorek A		14,1	2,9	20	90	CVP	14,1	0,74	33%	9,44	18,8	90	76	84%
Všechny výsledky		14,1	2,9	20	90	0						90		
(279) Celková bílkovina (plazma)	[g/L]				85							85	83	98%
Vzorky a skupiny														
Vzorek A		62,5	1,8	2,9	85	CVP	62,5	0,48	8%	57,5	67,5	85	83	98%
Všechny výsledky		62,5	1,8	2,9	85	0						85		
(314) FLC kappa (plazma)	[mg/L]				58							58	51	88%
Vzorky a skupiny														
Vzorek A		154	32	21	58	CVP	154	10	50%	77	231	58	51	88%
Všechny výsledky		154	32	21	58	0						58		
(315) FLC lambda (plazma)	[mg/L]				58							58	55	95%
Vzorky a skupiny														
Vzorek A		4,24	0,82	19	58	CVP	4,24	0,26	±3	1,24	7,24	58	55	95%
Všechny výsledky		4,24	0,82	19	58	0						58		
(545) Gamapatie (kvantita 1) (moč)	[g/L]				28							28	15	54%
Vzorky a skupiny														
Vzorek B		0,068	0,063	93	28	CVP	0,068	0,029	66%	0,023	0,113	28	15	54%
Všechny výsledky		0,068	0,063	93	28	0						28		
(546) Gamapatie (kvantita 2) (moč)	[g/L]				10							10	8	80%
Vzorky a skupiny														
Vzorek B		0,212	0,073	34	10	CVP	0,212	0,057	66%	0,072	0,352	10	8	80%
Všechny výsledky		0,212	0,073	34	10	0						10		
(547) Gamapatie (kvantita 3) (moč)	[g/L]				36							36	31	86%
Vzorky a skupiny														
Vzorek B		0,161	0,072	45	36	CVP	0,161	0,030	66%	0,054	0,268	36	31	86%
Všechny výsledky		0,161	0,072	45	36	0						36		
(550) Celková bílkovina (moč)	[g/L]				81							81	71	88%
Vzorky a skupiny														
Vzorek B		0,385	0,091	24	81	CVP	0,385	0,025	30%	0,269	0,501	81	71	88%
Všechny výsledky		0,385	0,091	24	81	0						81		

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 07.10.2022