

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U <sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>
<b>(247) Gamapatie (kvantita 1) (plazma)</b>					15							15	13	87%
Vzorky a skupiny	[g/L]													
<b>Vzorek A</b>		12,6	2,2	17	15	CVP	14,1	0,74	33%	9,44	18,8	15	13	87%
Všechny výsledky		12,6	2,2	17	15	0						15		
<b>(279) Celková bílkovina (plazma)</b>					15							15	15	100%
Vzorky a skupiny	[g/L]													
<b>Vzorek A</b>		62,1	2,0	3,3	15	CVP	62,5	0,48	8%	57,5	67,5	15	15	100%
Všechny výsledky		62,1	2,0	3,3	15	0						15		
<b>(314) FLC kappa (plazma)</b>					13							13	11	85%
Vzorky a skupiny	[mg/L]													
<b>Vzorek A</b>		161	21	13	13	CVP	154	10	50%	77	231	13	11	85%
Všechny výsledky		161	21	13	13	0						13		
<b>(315) FLC lambda (plazma)</b>					13							13	13	100%
Vzorky a skupiny	[mg/L]													
<b>Vzorek A</b>		3,86	0,34	8,9	13	CVP	4,24	0,26	±3	1,24	7,24	13	13	100%
Všechny výsledky		3,86	0,34	8,9	13	0						13		
<b>(545) Gamapatie (kvantita 1) (moč)</b>					6							6	6	100%
Vzorky a skupiny	[g/L]													
<b>Vzorek B</b>		0,065	0,053	82	6	CVP	0,068	0,029	66%	0,023	0,113	6	6	100%
Všechny výsledky		0,065	0,053	82	6	0						6		
<b>(546) Gamapatie (kvantita 2) (moč)</b>					1							1	1	100%
Vzorky a skupiny	[g/L]													
<b>Vzorek B</b>		0,275			1	CVP	0,212	0,057	66%	0,072	0,352	1	1	100%
Všechny výsledky		0,275			1	0						1		
<b>(547) Gamapatie (kvantita 3) (moč)</b>					10							10	7	70%
Vzorky a skupiny	[g/L]													
<b>Vzorek B</b>		0,158	0,12	76	10	CVP	0,161	0,030	66%	0,054	0,268	10	7	70%
Všechny výsledky		0,158	0,12	76	10	0						10		
<b>(550) Celková bílkovina (moč)</b>					15							15	13	87%
Vzorky a skupiny	[g/L]													
<b>Vzorek B</b>		0,413	0,12	28	15	CVP	0,385	0,025	30%	0,269	0,501	15	13	87%
Všechny výsledky		0,413	0,12	28	15	0						15		