

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(1111) Vzorek A - histologické barvení				
Sklo	(1) HE	>	1 3 body (akceptovatelný výsledek)	1,2 %
		>	2 4 body (akceptovatelný výsledek)	2,3 %
		>>>	3 5 bodů (výborný výsledek)	3,5 %
		>>>	80 6 bodů (výborný výsledek)	93 %
Celkem za vzorek: n = 86		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(1112) Vzorek B - histologické barvení

Sklo	(1) Grocott		2 0 bodů (nevyhovující výsledek)	2,4 %
		>	4 3 body (akceptovatelný výsledek)	4,7 %
		>>>	45 6 bodů (výborný výsledek)	53 %
	(2) PAS	>	1 3 body (akceptovatelný výsledek)	1,2 %
		>>>	33 6 bodů (výborný výsledek)	39 %
Celkem za vzorek: n = 85		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(1113) Vzorek C - cytologické barvení

Sklo	(1) MGG	>	4 3 body (akceptovatelný výsledek)	4,9 %
		>	1 4 body (akceptovatelný výsledek)	1,2 %
		>>>	4 5 bodů (výborný výsledek)	4,9 %
		>>>	60 6 bodů (výborný výsledek)	73 %
	(2) HE	>	1 3 body (akceptovatelný výsledek)	1,2 %
		>	1 4 body (akceptovatelný výsledek)	1,2 %
		>>>	11 6 bodů (výborný výsledek)	13 %
Celkem za vzorek: n = 82		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(1114) Vzorek D - cytologické barvení

Sklo	(1) MGG	>	3 3 body (akceptovatelný výsledek)	3,6 %
		>	1 4 body (akceptovatelný výsledek)	1,2 %
		>>>	1 5 bodů (výborný výsledek)	1,2 %
		>>>	66 6 bodů (výborný výsledek)	80 %
	(2) HE	>	2 3 body (akceptovatelný výsledek)	2,4 %
		>>>	10 6 bodů (výborný výsledek)	12 %
Celkem za vzorek: n = 83		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				