

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(472) anti-GAD				
A	(0) Neuvedeno	>>>	1 Pozitivní	2,9 %
	(2) EIA metody	>>>	27 Pozitivní	77 %
	(3) RIA, IRMA	>>>	3 Pozitivní	8,6 %
	(99) Jiný princip měření	>>>	4 Pozitivní	11 %
	Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 100 %	
B	(0) Neuvedeno	>>>	1 Pozitivní	2,9 %
	(2) EIA metody	>>>	27 Pozitivní	77 %
	(3) RIA, IRMA		1 Negativní	2,9 %
		>>>	2 Pozitivní	5,7 %
	(99) Jiný princip měření		4 Negativní	11 %
Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 86 %		
Celková úspěšnost: 86 %				

(474) anti-IA-2

A	(0) Neuvedeno		1 Negativní	3,1 %
	(2) EIA metody	>>>	26 Pozitivní	81 %
	(3) RIA, IRMA		1 Negativní	3,1 %
	(99) Jiný princip měření		3 Negativní	9,4 %
			1 Neprůkazný výsledek (hraniční)	3,1 %
Celkem za vzorek: n = 32		Úspěšnost: 81 %		
B	(0) Neuvedeno		1 Neprůkazný výsledek (hraniční)	3,1 %
	(2) EIA metody	>>>	26 Pozitivní	81 %
	(3) RIA, IRMA		1 Negativní	3,1 %
	(99) Jiný princip měření		4 Negativní	13 %
	Celkem za vzorek: n = 32		Úspěšnost: 81 %	
Celková úspěšnost: 81 %				