

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(472) anti-GAD				
A	(0) neuvedeno	>>>	1 Pozitivní	2,9 %
	(36) Immunotech	>>>	1 Pozitivní	2,9 %
	(49) BioVendor	>>>	3 Pozitivní	8,6 %
	(52) Dynex	>>>	1 Pozitivní	2,9 %
	(66) DRG	>>>	5 Pozitivní	14 %
	(87) Euroimmun	>>>	15 Pozitivní	43 %
	(146) MEDIPAN Diagnostica	>>>	3 Pozitivní	8,6 %
	(999) jiný výrobce	>>>	6 Pozitivní	17 %
----- Celkem za vzorek: n = 35		----- Úspěšnost: 100 %	-----	
B	(0) neuvedeno	>>>	1 Pozitivní	2,9 %
	(36) Immunotech	>>>	1 Pozitivní	2,9 %
	(49) BioVendor	>>>	3 Pozitivní	8,6 %
	(52) Dynex	>>>	1 Pozitivní	2,9 %
	(66) DRG	>>>	5 Pozitivní	14 %
	(87) Euroimmun	>>>	15 Pozitivní	43 %
	(146) MEDIPAN Diagnostica	>>>	3 Pozitivní	8,6 %
	(999) jiný výrobce	>>>	5 Negativní	14 %
		>>>	1 Pozitivní	2,9 %
----- Celkem za vzorek: n = 35		----- Úspěšnost: 86 %	-----	
Celková úspěšnost: 86 %				

(474) anti-IA-2

A	(0) neuvedeno		1 Negativní	3,1 %
	(36) Immunotech	>>>	1 Pozitivní	3,1 %
	(49) BioVendor	>>>	3 Pozitivní	9,4 %
	(52) Dynex	>>>	1 Pozitivní	3,1 %
	(66) DRG	>>>	4 Pozitivní	13 %
	(87) Euroimmun	>>>	13 Pozitivní	41 %
	(146) MEDIPAN Diagnostica	>>>	2 Pozitivní	6,3 %
	(999) jiný výrobce		4 Negativní	13 %
			1 Neprůkazný výsledek (hraniční)	3,1 %
		>>>	2 Pozitivní	6,3 %
----- Celkem za vzorek: n = 32		----- Úspěšnost: 81 %	-----	
B	(0) neuvedeno		1 Neprůkazný výsledek (hraniční)	3,1 %
	(36) Immunotech	>>>	1 Pozitivní	3,1 %
	(49) BioVendor	>>>	3 Pozitivní	9,4 %
	(52) Dynex	>>>	1 Pozitivní	3,1 %
	(66) DRG	>>>	4 Pozitivní	13 %
	(87) Euroimmun	>>>	13 Pozitivní	41 %
	(146) MEDIPAN Diagnostica	>>>	2 Pozitivní	6,3 %
	(999) jiný výrobce		5 Negativní	16 %
		>>>	2 Pozitivní	6,3 %
----- Celkem za vzorek: n = 32		----- Úspěšnost: 81 %	-----	
Celková úspěšnost: 81 %				