

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
--------	---------	---	----------	------------------

## Sada 1 a 2

## (700) AB0 skupina

E1 a S1	(6) APR	>>>	1 Krevní skupina: B	0,52 %
	(14) Bio-Rad	>>>	63 Krevní skupina: B	32 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	2 Krevní skupina: B	1,0 %
	(52) Dynex	>>>	3 Krevní skupina: B	1,5 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	8 Krevní skupina: B	4,1 %
	(80) DiaMed	>>>	14 Krevní skupina: B	7,2 %
	(159) Grifols	>>>	57 Krevní skupina: B	29 %
	(171) Diagast	>>>	2 Krevní skupina: B	1,0 %
	(172) Immucor	>>>	26 Krevní skupina: B	13 %
	(173) Sanguin	>>>	5 Krevní skupina: B	2,6 %
	(174) IVT Imuno	>>>	5 Krevní skupina: B	2,6 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	2 Krevní skupina: B	1,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1 Krevní skupina: B	0,52 %
	(999) jiný výrobce	>>>	5 Krevní skupina: B	2,6 %
Celkem za vzorek: n = 194		Úspěšnost: 100 %		

E2 a S2	(6) APR	>>>	1 Krevní skupina: A	0,52 %
	(14) Bio-Rad	>>>	63 Krevní skupina: A	32 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	2 Krevní skupina: A	1,0 %
	(52) Dynex	>>>	3 Krevní skupina: A	1,5 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	8 Krevní skupina: A	4,1 %
	(80) DiaMed	>>>	14 Krevní skupina: A	7,2 %
	(159) Grifols	>>>	57 Krevní skupina: A	29 %
	(171) Diagast	>>>	2 Krevní skupina: A	1,0 %
	(172) Immucor	>>>	26 Krevní skupina: A	13 %
	(173) Sanguin	>>>	5 Krevní skupina: A	2,6 %
	(174) IVT Imuno	>>>	5 Krevní skupina: A	2,6 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	2 Krevní skupina: A	1,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1 Krevní skupina: A	0,52 %
	(999) jiný výrobce	>>>	5 Krevní skupina: A	2,6 %
Celkem za vzorek: n = 194		Úspěšnost: 100 %		

Celková úspěšnost: 100 %

## (703) A podskupina

E1 a S1	(0) neuvedeno	>>>	52 Neuvedeno	100 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) neuvedeno	>>>	1 A podskupina A1	1,9 %
		>>>	51 A podskupina A2	98 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 98 %		

Celková úspěšnost: 98 %

## (705) Rh D antigen (dárce)

E1 a S1	(0) neuvedeno	>>>	1 Negativní (RhD-)	0,82 %
	(14) Bio-Rad	>>>	43 Negativní (RhD-)	35 %
	(52) Dynex	>>>	3 Negativní (RhD-)	2,5 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Negativní (RhD-)	2,5 %
	(80) DiaMed	>>>	7 Negativní (RhD-)	5,7 %
	(159) Grifols	>>>	29 Negativní (RhD-)	24 %
	(171) Diagast	>>>	2 Negativní (RhD-)	1,6 %
	(172) Immucor	>>>	24 Negativní (RhD-)	20 %
	(173) Sanguin	>>>	2 Negativní (RhD-)	1,6 %
	(174) IVT Imuno	>>>	2 Negativní (RhD-)	1,6 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1 Negativní (RhD-)	0,82 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3 Negativní (RhD-)	2,5 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2 Negativní (RhD-)	1,6 %
Celkem za vzorek: n = 122		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) neuvedeno	>>>	1 Negativní (RhD-)	0,82 %
	(14) Bio-Rad	>>>	43 Negativní (RhD-)	35 %
	(52) Dynex	>>>	3 Negativní (RhD-)	2,5 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Negativní (RhD-)	2,5 %
	(80) DiaMed	>>>	7 Negativní (RhD-)	5,7 %
	(159) Grifols	>>>	28 Negativní (RhD-)	23 %
		>>>	1 Pozitivní (RhD+)	0,82 %
	(171) Diagast	>>>	2 Negativní (RhD-)	1,6 %
	(172) Immucor	>>>	24 Negativní (RhD-)	20 %

## Cyklus EHK: IH1/22 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(173) Sanguin	>>> 2	Negativní (RhD-)	1,6 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Negativní (RhD-)	1,6 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní (RhD-)	0,82 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Negativní (RhD-)	2,5 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní (RhD-)	1,6 %
Celkem za vzorek: n = 122		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

## (709) Rh D antigen (příjemce)

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 62	Negativní (RhD-)	34 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 2	Negativní (RhD-)	1,1 %
	(52) Dynex	>>> 2	Negativní (RhD-)	1,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 10	Negativní (RhD-)	5,4 %
	(80) DiaMed	>>> 11	Negativní (RhD-)	6,0 %
	(159) Grifols	>>> 54	Negativní (RhD-)	29 %
	(171) Diagast	>>> 2	Negativní (RhD-)	1,1 %
	(172) Immucor	>>> 26	Negativní (RhD-)	14 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Negativní (RhD-)	2,7 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Negativní (RhD-)	1,1 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní (RhD-)	0,54 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Negativní (RhD-)	1,6 %
	(999) jiný výrobce	>>> 4	Negativní (RhD-)	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 184		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 62	Negativní (RhD-)	34 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 2	Negativní (RhD-)	1,1 %
	(52) Dynex	>>> 2	Negativní (RhD-)	1,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 10	Negativní (RhD-)	5,4 %
	(80) DiaMed	>>> 11	Negativní (RhD-)	6,0 %
	(159) Grifols	>>> 54	Negativní (RhD-)	29 %
	(171) Diagast	>>> 2	Negativní (RhD-)	1,1 %
	(172) Immucor	>>> 26	Negativní (RhD-)	14 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Negativní (RhD-)	2,7 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Negativní (RhD-)	1,1 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní (RhD-)	0,54 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Negativní (RhD-)	1,6 %
	(999) jiný výrobce	>>> 4	Negativní (RhD-)	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 184		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

## (715) Antigen C

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 43	Negativní	42 %
	(50) Merck	>>> 1	Negativní	0,98 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	0,98 %
	(80) DiaMed	>>> 8	Negativní	7,8 %
	(159) Grifols	>>> 28	Negativní	27 %
	(171) Diagast	>>> 1	Negativní	0,98 %
	(172) Immucor	>>> 10	Negativní	9,8 %
	(173) Sanguin	>>> 1	Negativní	0,98 %
	(174) IVT Imuno	>>> 3	Negativní	2,9 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní	0,98 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Negativní	2,9 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 102		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 43	Negativní	42 %
	(50) Merck	>>> 1	Negativní	0,98 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	0,98 %
	(80) DiaMed	>>> 8	Negativní	7,8 %
	(159) Grifols	>>> 28	Negativní	27 %
	(171) Diagast	>>> 1	Negativní	0,98 %
	(172) Immucor	>>> 10	Negativní	9,8 %
	(173) Sanguin	>>> 1	Negativní	0,98 %
	(174) IVT Imuno	>>> 3	Negativní	2,9 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní	0,98 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Negativní	2,9 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 102		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

## (716) Antigen c

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 43	Pozitivní	42 %
---------	--------------	--------	-----------	------

## Cyklus EHK: IH1/22 - Imunohematologie

Stop termín: 11.03.2022

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
E1 a S1	(50) Merck	>>> 1	Pozitivní	0,98 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	0,98 %
	(80) DiaMed	>>> 8	Pozitivní	7,8 %
	(159) Grifols	>>> 28	Pozitivní	27 %
	(171) Diagast	>>> 1	Pozitivní	0,98 %
	(172) Immucor	>>> 10	Pozitivní	9,8 %
	(173) Sanguin	>>> 1	Pozitivní	0,98 %
	(174) IVT Imuno	>>> 3	Pozitivní	2,9 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Pozitivní	0,98 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Pozitivní	2,9 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Pozitivní	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 102		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 43	Pozitivní	42 %
	(50) Merck	>>> 1	Pozitivní	0,98 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	0,98 %
	(80) DiaMed	>>> 8	Pozitivní	7,8 %
	(159) Grifols	>>> 28	Pozitivní	27 %
	(171) Diagast	>>> 1	Pozitivní	0,98 %
	(172) Immucor	>>> 10	Pozitivní	9,8 %
	(173) Sanguin	>>> 1	Pozitivní	0,98 %
	(174) IVT Imuno	>>> 3	Pozitivní	2,9 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Pozitivní	0,98 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Pozitivní	2,9 %
(999) jiný výrobce	>>> 2	Pozitivní	2,0 %	
Celkem za vzorek: n = 102		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

## (717) Antigen Cw

E1 a S1	(0) neuvedeno	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(14) Bio-Rad	>>> 28	Negativní	35 %
	(50) Merck	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Negativní	2,5 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Negativní	2,5 %
	(159) Grifols	>>> 29	Negativní	36 %
	(170) Biotest	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(172) Immucor	>>> 8	Negativní	10 %
	(173) Sanguin	>>> 4	Negativní	5,0 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Negativní	2,5 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 1	Negativní	1,3 %
(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní	1,3 %	
Celkem za vzorek: n = 80		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) neuvedeno	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(14) Bio-Rad	>>> 28	Negativní	35 %
	(50) Merck	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Negativní	2,5 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Negativní	2,5 %
	(159) Grifols	>>> 28	Negativní	35 %
	(170) Biotest	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(172) Immucor	>>> 8	Negativní	10 %
	(173) Sanguin	>>> 4	Negativní	5,0 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Negativní	2,5 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 1	Negativní	1,3 %
(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní	1,3 %	
Celkem za vzorek: n = 80		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

## (718) Antigen E

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 43	Negativní	42 %
	(50) Merck	>>> 1	Negativní	0,98 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	0,98 %
	(80) DiaMed	>>> 8	Negativní	7,8 %
	(159) Grifols	>>> 27	Negativní	26 %
	(171) Diagast	>>> 1	Negativní	0,98 %
	(172) Immucor	>>> 11	Negativní	11 %
	(173) Sanguin	>>> 1	Negativní	0,98 %
	(174) IVT Imuno	>>> 3	Negativní	2,9 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní	0,98 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Negativní	2,9 %
(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	2,0 %	

## Cyklus EHK: IH1/22 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
Celkem za vzorek: n = 102		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 43	Negativní	42 %
	(50) Merck	>>> 1	Negativní	0,98 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	0,98 %
	(80) DiaMed	>>> 8	Negativní	7,8 %
	(159) Grifols	>>> 27	Negativní	26 %
	(171) Diagast	>>> 1	Negativní	0,98 %
	(172) Immucor	>>> 11	Negativní	11 %
	(173) Sanguin	>>> 1	Negativní	0,98 %
	(174) IVT Imuno	>>> 3	Negativní	2,9 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní	0,98 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Negativní	2,9 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 102		Úspěšnost: 100 %		

Celková úspěšnost: 100 %

## (719) Antigen e

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 43	Pozitivní	42 %
	(50) Merck	>>> 1	Pozitivní	0,98 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	0,98 %
	(80) DiaMed	>>> 8	Pozitivní	7,8 %
	(159) Grifols	>>> 28	Pozitivní	27 %
	(171) Diagast	>>> 1	Pozitivní	0,98 %
	(172) Immucor	>>> 10	Pozitivní	9,8 %
	(173) Sanguin	>>> 1	Pozitivní	0,98 %
	(174) IVT Imuno	>>> 3	Pozitivní	2,9 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Pozitivní	0,98 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Pozitivní	2,9 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Pozitivní	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 102		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 43	Pozitivní	42 %
	(50) Merck	>>> 1	Pozitivní	0,98 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	0,98 %
	(80) DiaMed	>>> 8	Pozitivní	7,8 %
	(159) Grifols	>>> 28	Pozitivní	27 %
	(171) Diagast	>>> 1	Pozitivní	0,98 %
	(172) Immucor	>>> 10	Pozitivní	9,8 %
	(173) Sanguin	>>> 1	Pozitivní	0,98 %
	(174) IVT Imuno	>>> 3	Pozitivní	2,9 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Pozitivní	0,98 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Pozitivní	2,9 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Pozitivní	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 102		Úspěšnost: 100 %		

Celková úspěšnost: 100 %

## (720) Antigen K

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 42	Negativní	39 %
	(50) Merck	>>> 1	Negativní	0,92 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	0,92 %
	(80) DiaMed	>>> 9	Negativní	8,3 %
	(159) Grifols	>>> 35	Negativní	32 %
	(171) Diagast	>>> 1	Negativní	0,92 %
	(172) Immucor	>>> 10	Negativní	9,2 %
	(173) Sanguin	>>> 1	Negativní	0,92 %
	(174) IVT Imuno	>>> 3	Negativní	2,8 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní	0,92 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Negativní	1,8 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní	2,8 %
Celkem za vzorek: n = 109		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 41	Negativní	38 %
		1	Pozitivní	0,92 %
	(50) Merck	>>> 1	Negativní	0,92 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	0,92 %
	(80) DiaMed	>>> 9	Negativní	8,3 %
	(159) Grifols	>>> 1	Neuvedeno	0,92 %
		34	Negativní	31 %
	(171) Diagast	>>> 1	Negativní	0,92 %
	(172) Immucor	>>> 10	Negativní	9,2 %
	(173) Sanguin	>>> 1	Negativní	0,92 %
	(174) IVT Imuno	>>> 3	Negativní	2,8 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní	0,92 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Negativní	1,8 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní	2,8 %
Celkem za vzorek: n = 109		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

**(721) Antigen k**

E1 a S1	(0) neuvedeno	>>> 1	Pozitivní	2,3 %
	(14) Bio-Rad	>>> 9	Pozitivní	20 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Pozitivní	6,8 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Pozitivní	4,5 %
	(159) Grifols	>>> 11	Pozitivní	25 %
	(172) Immucor	>>> 9	Pozitivní	20 %
	(173) Sanguin	>>> 7	Pozitivní	16 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Pozitivní	2,3 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Pozitivní	2,3 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
E2 a S2	(0) neuvedeno	>>> 1	Pozitivní	2,3 %
	(14) Bio-Rad	>>> 9	Pozitivní	20 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Pozitivní	6,8 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Pozitivní	4,5 %
	(159) Grifols	>>> 11	Pozitivní	25 %
	(172) Immucor	>>> 9	Pozitivní	20 %
	(173) Sanguin	>>> 7	Pozitivní	16 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Pozitivní	2,3 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Pozitivní	2,3 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(722) Antigen M**

E1 a S1	(6) APR	>>> 1	Negativní	2,0 %
	(14) Bio-Rad	>>> 13	Negativní	27 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Negativní	4,1 %
	(80) DiaMed	>>> 5	Negativní	10 %
	(159) Grifols	>>> 11	Negativní	22 %
	(172) Immucor	>>> 9	Negativní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 4	Negativní	8,2 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní	2,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Negativní	6,1 %
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
E2 a S2	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(14) Bio-Rad	>>> 13	Pozitivní	27 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	4,1 %
	(80) DiaMed	>>> 5	Pozitivní	10 %
	(159) Grifols	>>> 11	Pozitivní	22 %
	(172) Immucor	>>> 9	Pozitivní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 4	Pozitivní	8,2 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Pozitivní	6,1 %
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(723) Antigen N**

E1 a S1	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	2,2 %
	(14) Bio-Rad	>>> 12	Pozitivní	26 %
	(52) Dynex	>>> 1	Pozitivní	2,2 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	2,2 %
	(80) DiaMed	>>> 5	Pozitivní	11 %
	(159) Grifols	>>> 11	Pozitivní	24 %
	(171) Diagast	>>> 1	Pozitivní	2,2 %
	(172) Immucor	>>> 8	Pozitivní	17 %
	(173) Sanguin	>>> 3	Pozitivní	6,5 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Pozitivní	2,2 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	4,3 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
E2 a S2	(6) APR	>>> 1	Negativní	2,2 %
	(14) Bio-Rad	>>> 12	Negativní	26 %
	(52) Dynex	>>> 1	Negativní	2,2 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	2,2 %
	(80) DiaMed	>>> 5	Negativní	11 %
	(159) Grifols	>>> 10	Negativní	22 %

## Cyklus EHK: IH1/22 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(159) Grifols	1	Pozitivní	2,2 %
	(171) Diagast	>>>	Negativní	2,2 %
	(172) Immucor	>>>	Negativní	17 %
	(173) Sanguin	>>>	Negativní	6,5 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	Negativní	2,2 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	Negativní	4,3 %
Celkem za vzorek: n = 46			Úspěšnost: 98 %	

Celková úspěšnost: 98 %

**(724) Antigen S**

E1 a S1	(6) APR	>>>	1 Negativní	2,0 %
	(14) Bio-Rad	>>>	12 Negativní	24 %
	(50) Merck	>>>	1 Negativní	2,0 %
	(52) Dynex	>>>	1 Negativní	2,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Negativní	4,0 %
	(80) DiaMed	>>>	5 Negativní	10 %
	(159) Grifols	>>>	14 Negativní	28 %
	(172) Immucor	>>>	7 Negativní	14 %
	(173) Sanguin	>>>	4 Negativní	8,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3 Negativní	6,0 %
Celkem za vzorek: n = 50			Úspěšnost: 100 %	

E2 a S2	(6) APR	>>>	1 Pozitivní	2,0 %
	(14) Bio-Rad	>>>	12 Pozitivní	24 %
	(50) Merck	>>>	1 Pozitivní	2,0 %
	(52) Dynex	>>>	1 Pozitivní	2,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Pozitivní	4,0 %
	(80) DiaMed	>>>	5 Pozitivní	10 %
	(159) Grifols	>>>	14 Pozitivní	28 %
	(172) Immucor	>>>	7 Pozitivní	14 %
	(173) Sanguin	>>>	4 Pozitivní	8,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3 Pozitivní	6,0 %
Celkem za vzorek: n = 50			Úspěšnost: 100 %	

Celková úspěšnost: 100 %

**(725) Antigen s**

E1 a S1	(6) APR	>>>	1 Pozitivní	2,0 %
	(14) Bio-Rad	>>>	11 Pozitivní	22 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Pozitivní	6,1 %
	(80) DiaMed	>>>	5 Pozitivní	10 %
	(159) Grifols	>>>	14 Pozitivní	29 %
	(172) Immucor	>>>	6 Pozitivní	12 %
	(173) Sanguin	>>>	6 Pozitivní	12 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2 Pozitivní	4,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Pozitivní	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 49			Úspěšnost: 100 %	

E2 a S2	(6) APR	>>>	1 Pozitivní	2,0 %
	(14) Bio-Rad	>>>	11 Pozitivní	22 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Pozitivní	6,1 %
	(80) DiaMed	>>>	5 Pozitivní	10 %
	(159) Grifols	>>>	14 Pozitivní	29 %
	(172) Immucor	>>>	6 Pozitivní	12 %
	(173) Sanguin	>>>	6 Pozitivní	12 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2 Pozitivní	4,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Pozitivní	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 49			Úspěšnost: 100 %	

Celková úspěšnost: 100 %

**(726) Antigen P1**

E1 a S1	(6) APR	>>>	1 Negativní	2,7 %
	(14) Bio-Rad	>>>	10 Negativní	27 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Negativní	8,1 %
	(80) DiaMed	>>>	2 Negativní	5,4 %
	(159) Grifols	>>>	9 Negativní	24 %
	(172) Immucor	>>>	4 Negativní	11 %
	(173) Sanguin	>>>	5 Negativní	14 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1 Negativní	2,7 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1 Negativní	2,7 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1 Negativní	2,7 %
Celkem za vzorek: n = 37			Úspěšnost: 100 %	

E2 a S2	(6) APR	>>>	1 Pozitivní	2,7 %
---------	---------	-----	-------------	-------

Zkouška			N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina				
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	10	Pozitivní	27 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3	Pozitivní	8,1 %
	(80) DiaMed	>>>	2	Pozitivní	5,4 %
	(159) Grifols	>>>	9	Pozitivní	24 %
	(172) Immucor	>>>	4	Pozitivní	11 %
	(173) Sanguin	>>>	5	Pozitivní	14 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Pozitivní	2,7 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	2,7 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1	Pozitivní	2,7 %
Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

**(727) Antigen Fya**

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	14	Negativní	28 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Negativní	4,0 %
	(80) DiaMed	>>>	4	Negativní	8,0 %
	(159) Grifols	>>>	15	Negativní	30 %
	(172) Immucor	>>>	7	Negativní	14 %
	(173) Sanguin	>>>	6	Negativní	12 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Negativní	2,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1	Negativní	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 50		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	14	Pozitivní	28 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Pozitivní	4,0 %
	(80) DiaMed	>>>	4	Pozitivní	8,0 %
	(159) Grifols	>>>	1	Negativní	2,0 %
		>>>	14	Pozitivní	28 %
	(172) Immucor	>>>	7	Pozitivní	14 %
	(173) Sanguin	>>>	6	Pozitivní	12 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Pozitivní	2,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1	Pozitivní	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 50		Úspěšnost: 98 %			
Celková úspěšnost: 98 %					

**(728) Antigen Fyb**

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	14	Pozitivní	28 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Pozitivní	4,0 %
	(80) DiaMed	>>>	4	Pozitivní	8,0 %
	(159) Grifols	>>>	1	Negativní	2,0 %
		>>>	13	Pozitivní	26 %
	(172) Immucor	>>>	7	Pozitivní	14 %
	(173) Sanguin	>>>	6	Pozitivní	12 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Pozitivní	2,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Pozitivní	4,0 %
Celkem za vzorek: n = 50		Úspěšnost: 98 %			
Celková úspěšnost: 98 %					
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	14	Negativní	28 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Negativní	4,0 %
	(80) DiaMed	>>>	4	Negativní	8,0 %
	(159) Grifols	>>>	14	Negativní	28 %
	(172) Immucor	>>>	7	Negativní	14 %
	(173) Sanguin	>>>	6	Negativní	12 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Negativní	2,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Negativní	4,0 %
Celkem za vzorek: n = 50		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 98 %					

**(729) Antigen Jka**

E1 a S1	(0) neuvedeno	>>>	1	Negativní	2,0 %
	(6) APR	>>>	1	Negativní	2,0 %
	(14) Bio-Rad	>>>	13	Negativní	25 %
	(50) Merck	>>>	1	Negativní	2,0 %
	(52) Dynex	>>>	2	Negativní	3,9 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Negativní	3,9 %
	(80) DiaMed	>>>	3	Negativní	5,9 %
	(159) Grifols	>>>	14	Negativní	27 %
	(172) Immucor	>>>	7	Negativní	14 %
	(173) Sanguin	>>>	6	Negativní	12 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1	Negativní	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
E2 a S2	(0) neuvedeno	>>>	1	Negativní	2,0 %

## Cyklus EHK: IH1/22 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(6) APR	>>> 1	Negativní	2,0 %
	(14) Bio-Rad	>>> 13	Negativní	25 %
	(50) Merck	>>> 1	Negativní	2,0 %
	(52) Dynex	>>> 2	Negativní	3,9 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Negativní	3,9 %
	(80) DiaMed	>>> 3	Negativní	5,9 %
	(159) Grifols	>>> 14	Negativní	27 %
	(172) Immucor	>>> 7	Negativní	14 %
	(173) Sanguin	>>> 6	Negativní	12 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 1	Negativní	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

## (730) Antigen Jkb

E1 a S1	(0) neuvedeno	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(14) Bio-Rad	>>> 12	Pozitivní	24 %
	(50) Merck	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(52) Dynex	>>> 2	Pozitivní	4,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	4,1 %
	(80) DiaMed	>>> 3	Pozitivní	6,1 %
	(159) Grifols	>>> 14	Pozitivní	29 %
	(172) Immucor	>>> 7	Pozitivní	14 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní	10 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) neuvedeno	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(14) Bio-Rad	>>> 12	Pozitivní	24 %
	(50) Merck	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(52) Dynex	>>> 2	Pozitivní	4,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	4,1 %
	(80) DiaMed	>>> 3	Pozitivní	6,1 %
	(159) Grifols	>>> 14	Pozitivní	29 %
	(172) Immucor	>>> 7	Pozitivní	14 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní	10 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

## (731) Antigen Lua

E1 a S1	(0) neuvedeno	>>> 1	Negativní	2,9 %	
			1	Pozitivní	2,9 %
	(14) Bio-Rad	>>> 11	Negativní	32 %	
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Negativní	5,9 %	
	(80) DiaMed	>>> 1	Negativní	2,9 %	
	(159) Grifols	>>> 14	Negativní	41 %	
	(172) Immucor	>>> 1	Negativní	2,9 %	
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 2	Negativní	5,9 %	
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní	2,9 %	
Celkem za vzorek: n = 34		Úspěšnost: 97 %			
E2 a S2	(0) neuvedeno	>>> 1	Negativní	2,9 %	
			1	Pozitivní	2,9 %
	(14) Bio-Rad	>>> 11	Negativní	32 %	
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Negativní	5,9 %	
	(80) DiaMed	>>> 1	Negativní	2,9 %	
	(159) Grifols	>>> 14	Negativní	41 %	
	(172) Immucor	>>> 1	Negativní	2,9 %	
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 2	Negativní	5,9 %	
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní	2,9 %	
Celkem za vzorek: n = 34		Úspěšnost: 97 %			
Celková úspěšnost: 97 %					

## (732) Antigen Lub

E1 a S1	(0) neuvedeno	1	Negativní	3,0 %
	(14) Bio-Rad	>>> 10	Pozitivní	30 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	6,1 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Pozitivní	3,0 %
	(159) Grifols	>>> 13	Pozitivní	39 %
	(172) Immucor	>>> 1	Pozitivní	3,0 %



## Cyklus EHK: IH1/22 - Imunohematologie

Zkouška			N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina				
E1 a S1	(173) Sanguin	>>>	1	Pozitivní	3,0 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	3,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1	Pozitivní	3,0 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2	Pozitivní	6,1 %
Celkem za vzorek: n = 33		Úspěšnost: 97 %			
E2 a S2	(0) neuvedeno		1	Negativní	3,0 %
	(14) Bio-Rad	>>>	10	Pozitivní	30 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Pozitivní	6,1 %
	(80) DiaMed	>>>	1	Pozitivní	3,0 %
	(159) Grifols	>>>	13	Pozitivní	39 %
	(172) Immucor	>>>	1	Pozitivní	3,0 %
	(173) Sanguin	>>>	1	Pozitivní	3,0 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Pozitivní	3,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1	Pozitivní	3,0 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2	Pozitivní	6,1 %
Celkem za vzorek: n = 33		Úspěšnost: 97 %			

Celková úspěšnost: 97 %

## (733) Antigen Lea

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	10	Pozitivní	27 %	
	(50) Merck	>>>	1	Pozitivní	2,7 %	
	(52) Dynex	>>>	2	Pozitivní	5,4 %	
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	2,7 %	
	(80) DiaMed	>>>	1	Pozitivní	2,7 %	
	(159) Grifols		1	Negativní	2,7 %	
			>>>	9	Pozitivní	24 %
	(172) Immucor	>>>	6	Pozitivní	16 %	
	(173) Sanguin	>>>	1	Pozitivní	2,7 %	
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Pozitivní	2,7 %	
	(183) Immunodiagnostic Systems		1	Negativní	2,7 %	
	(203) ANTITOXIN		1	Negativní	2,7 %	
		>>>	2	Pozitivní	5,4 %	
Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 92 %				
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	10	Pozitivní	27 %	
	(50) Merck	>>>	1	Pozitivní	2,7 %	
	(52) Dynex	>>>	2	Pozitivní	5,4 %	
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	2,7 %	
	(80) DiaMed	>>>	1	Pozitivní	2,7 %	
	(159) Grifols	>>>	10	Pozitivní	27 %	
	(172) Immucor	>>>	6	Pozitivní	16 %	
	(173) Sanguin	>>>	1	Pozitivní	2,7 %	
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Pozitivní	2,7 %	
	(183) Immunodiagnostic Systems		1	Negativní	2,7 %	
(203) ANTITOXIN	>>>	3	Pozitivní	8,1 %		
Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 97 %				

Celková úspěšnost: 92 %

## (734) Antigen Leb

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	10	Negativní	27 %
	(50) Merck	>>>	1	Negativní	2,7 %
	(52) Dynex	>>>	2	Negativní	5,4 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Negativní	2,7 %
	(80) DiaMed	>>>	1	Negativní	2,7 %
	(159) Grifols	>>>	11	Negativní	30 %
	(172) Immucor	>>>	6	Negativní	16 %
	(173) Sanguin	>>>	1	Negativní	2,7 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1	Negativní	2,7 %
	(183) Immunodiagnostic Systems		1	Pozitivní	2,7 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Negativní	5,4 %
	Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 97 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	9	Negativní	24 %
			1	Pozitivní	2,7 %
	(50) Merck	>>>	1	Negativní	2,7 %
	(52) Dynex	>>>	2	Negativní	5,4 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Negativní	2,7 %
	(80) DiaMed	>>>	1	Negativní	2,7 %
	(159) Grifols	>>>	10	Negativní	27 %
			1	Pozitivní	2,7 %
(172) Immucor	>>>	6	Negativní	16 %	
(173) Sanguin	>>>	1	Negativní	2,7 %	

## Cyklus EHK: IH1/22 - Imunohematologie

Zkouška			N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina				
E2 a S2	(174) IVT Imuno	>>>	1	Negativní	2,7 %
	(183) Immunodiagnostic Systems		1	Pozitivní	2,7 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Negativní	5,4 %
Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 92 %			
Celková úspěšnost: 92 %					

## (737) Přímý Coombsův test

E1 a S1	(0) neuvedeno	>>>	1	Negativní	0,66 %
	(14) Bio-Rad	>>>	75	Negativní	50 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	2	Negativní	1,3 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Negativní	1,3 %
	(80) DiaMed	>>>	21	Negativní	14 %
	(159) Grifols	>>>	47	Negativní	31 %
	(172) Immucor	>>>	2	Negativní	1,3 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1	Negativní	0,66 %
Celkem za vzorek: n = 151		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(0) neuvedeno	>>>	1	Negativní	0,66 %
	(14) Bio-Rad	>>>	75	Negativní	50 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	2	Negativní	1,3 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Negativní	1,3 %
	(80) DiaMed	>>>	20	Negativní	13 %
			1	Pozitivní	0,66 %
	(159) Grifols	>>>	47	Negativní	31 %
	(172) Immucor	>>>	2	Negativní	1,3 %
	(203) ANTITOXIN		1	Pozitivní	0,66 %
Celkem za vzorek: n = 151		Úspěšnost: 99 %			
Celková úspěšnost: 99 %					

## (741) Screening protilátek (NAT, dárce)

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	50	Pozitivní	49 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	0,97 %
	(80) DiaMed	>>>	15	Pozitivní	15 %
	(159) Grifols	>>>	24	Pozitivní	23 %
	(171) Diagast	>>>	2	Pozitivní	1,9 %
	(172) Immucor	>>>	11	Pozitivní	11 %
Celkem za vzorek: n = 103		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	50	Pozitivní	49 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	0,97 %
	(80) DiaMed	>>>	15	Pozitivní	15 %
	(159) Grifols	>>>	24	Pozitivní	23 %
	(171) Diagast	>>>	2	Pozitivní	1,9 %
	(172) Immucor	>>>	11	Pozitivní	11 %
Celkem za vzorek: n = 103		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

## (743) Screening protilátek (NAT, příjemce)

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	82	Pozitivní	48 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	2	Pozitivní	1,2 %
	(80) DiaMed	>>>	22	Pozitivní	13 %
	(159) Grifols	>>>	58	Pozitivní	34 %
	(172) Immucor	>>>	6	Pozitivní	3,5 %
Celkem za vzorek: n = 170		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	82	Pozitivní	48 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	2	Pozitivní	1,2 %
	(80) DiaMed	>>>	22	Pozitivní	13 %
	(159) Grifols	>>>	58	Pozitivní	34 %
	(172) Immucor	>>>	6	Pozitivní	3,5 %
Celkem za vzorek: n = 170		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

## (745) Screening protilátek (NAT, těhotná)

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	63	Pozitivní	45 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	2	Pozitivní	1,4 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	0,71 %
	(80) DiaMed	>>>	19	Pozitivní	14 %
	(159) Grifols	>>>	50	Pozitivní	36 %
	(172) Immucor	>>>	5	Pozitivní	3,6 %
Celkem za vzorek: n = 140		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	63	Pozitivní	45 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	2	Pozitivní	1,4 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1	Pozitivní	0,71 %

## Cyklus EHK: IH1/22 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(80) DiaMed	>>> 19	Pozitivní	14 %
	(159) Grifols	>>> 50	Pozitivní	36 %
	(172) Immucor	>>> 5	Pozitivní	3,6 %
Celkem za vzorek: n = 140		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

## (747) Screening protilátek (enzymový test)

E1 a S1	(0) neuvedeno	1	Pozitivní	0,93 %
	(14) Bio-Rad	>>> 49	Negativní	45 %
		1	Pozitivní	0,93 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 2	Negativní	1,9 %
	(80) DiaMed	>>> 15	Negativní	14 %
		1	Pozitivní	0,93 %
	(159) Grifols	>>> 37	Negativní	34 %
	(172) Immucor	>>> 2	Negativní	1,9 %
Celkem za vzorek: n = 108		Úspěšnost: 97 %		
E2 a S2	(0) neuvedeno	>>> 1	Pozitivní	0,93 %
	(14) Bio-Rad	>>> 50	Pozitivní	46 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 2	Pozitivní	1,9 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Negativní	0,93 %
		>>> 15	Pozitivní	14 %
	(159) Grifols	>>> 37	Pozitivní	34 %
	(172) Immucor	>>> 2	Pozitivní	1,9 %
Celkem za vzorek: n = 108		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 96 %				

## (750) Identifikace protilátek

E1 a S1	(0) neuvedeno	1	anti-Fya	1,9 %
		>>> 47	anti-Fya; anti-M	90 %
		4	anti-M	7,7 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 90 %		
E2 a S2	(0) neuvedeno	>	anti-D	7,7 %
		>>> 46	anti-D; anti-Jka	88 %
		1	anti-D; anti-Jka; anti-Cw	1,9 %
		1	anti-Jka; anti-N	1,9 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 96 %		
Celková úspěšnost: 87 %				

## (752) Titrace prot., Vzorek 1: 1. protilátka

E1 a S1	(0) neuvedeno	± 2	titr 0 (neměřitelný)	5,3 %
		± 11	titr 1	29 %
		± 19	titr 2	50 %
		± 4	titr 4	11 %
		± 1	titr 8	2,6 %
		± 1	titr 16	2,6 %
Celkem za vzorek: n = 38		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

## (753) Titrace prot., Vzorek 1: 2. protilátka

E1 a S1	(0) neuvedeno	± 2	titr 0 (neměřitelný)	4,9 %
		± 9	titr 1	22 %
		± 9	titr 2	22 %
		± 13	titr 4	32 %
		± 6	titr 8	15 %
		± 1	titr 16	2,4 %
		± 1	titr 32	2,4 %
Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

## (756) Titrace prot., Vzorek 2: 1. protilátka

E2 a S2	(0) neuvedeno	± 1	titr 256	2,4 %
		± 1	titr 512	2,4 %
		± 4	titr 8	9,5 %
		± 6	titr 16	14 %
		± 12	titr 32	29 %
		± 8	titr 64	19 %
		± 10	titr 128	24 %
Celkem za vzorek: n = 42		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

## (757) Titrace prot., Vzorek 2: 2. protilátka

E2 a S2	(0) neuvedeno	± 5	titr 0 (neměřitelný)	15 %
		± 9	titr 1	27 %
		± 16	titr 2	48 %
		± 2	titr 4	6,1 %
		± 1	titr 32	3,0 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
Celkem za vzorek: n = 33			Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit	

**Sada 3****(760) Zkouška kompatibility**

S1	Všechny výsledky	33	Zkouška kompatibility provedena neúspěšně	24 %
		>>> 106	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	76 %
Celkem za vzorek: n = 139			Úspěšnost: 76 %	
S2	Všechny výsledky	1	Zkouška kompatibility provedena neúspěšně	0,72 %
		>>> 138	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	99 %
Celkem za vzorek: n = 139			Úspěšnost: 99 %	
Celková úspěšnost: 76 %				

**(761) Zkouška kompatibility (segment K1)**

S1	(0) neuvedeno	33	Negativní zkouška	24 %
		>>> 106	Pozitivní zkouška	76 %
Celkem za vzorek: n = 139			Úspěšnost: 76 %	
S2	(0) neuvedeno	>>> 115	Negativní zkouška	83 %
		> 24	Pozitivní zkouška	17 %
Celkem za vzorek: n = 139			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 76 %				

**(762) Podat transfuzní přípravek (segment K1)**

S1	(0) neuvedeno	± 109	Nelze podat, riziko hemolýzy	78 %
		± 22	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	16 %
		± 5	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	3,6 %
		± 3	Lze podat	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 139			Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit	
S2	(0) neuvedeno	± 58	Nelze podat, riziko hemolýzy	42 %
		± 68	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	49 %
		± 6	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	4,3 %
		± 7	Lze podat	5,0 %
Celkem za vzorek: n = 139			Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit	

**(764) Zkouška kompatibility (segment K2)**

S1	(0) neuvedeno	5	Negativní zkouška	3,6 %
		>>> 134	Pozitivní zkouška	96 %
Celkem za vzorek: n = 139			Úspěšnost: 96 %	
S2	(0) neuvedeno	1	Negativní zkouška	0,72 %
		>>> 138	Pozitivní zkouška	99 %
Celkem za vzorek: n = 139			Úspěšnost: 99 %	
Celková úspěšnost: 96 %				

**(765) Podat transfuzní přípravek (segment K2)**

S1	(0) neuvedeno	± 133	Nelze podat, riziko hemolýzy	96 %
		± 4	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	2,9 %
		± 2	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 139			Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit	
S2	(0) neuvedeno	± 136	Nelze podat, riziko hemolýzy	98 %
		± 2	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	1,4 %
		± 1	Lze podat	0,72 %
Celkem za vzorek: n = 139			Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit	