

Cyklus EHK: IH2/22 - Imunohematologie

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada 1 a 2

(700) AB0 skupina

E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 145	Krevní skupina: B	100 %
Celkem za vzorek: n = 145		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	0,69 %
Celkem za vzorek: n = 145		>>> 144	Krevní skupina: A	99 %
Celková úspěšnost: 99 %		Úspěšnost: 99 %		

(703) A podskupina

E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 49	Neuvedeno	98 %
Celkem za vzorek: n = 50		1	A podskupina A1	2,0 %
Celková úspěšnost: 98 %		Úspěšnost: 98 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 50		>>> 49	A podskupina A1	98 %
Celková úspěšnost: 98 %		Úspěšnost: 98 %		

(705) Rh D antigen (dárce)

E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 85	Pozitivní (RhD+)	100 %
Celkem za vzorek: n = 85		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	1,2 %
Celkem za vzorek: n = 85		>>> 84	Pozitivní (RhD+)	99 %
Celková úspěšnost: 99 %		Úspěšnost: 99 %		

(709) Rh D antigen (příjemce)

E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 134	Pozitivní (RhD+)	100 %
Celkem za vzorek: n = 134		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	0,75 %
Celkem za vzorek: n = 134		>>> 133	Pozitivní (RhD+)	99 %
Celková úspěšnost: 99 %		Úspěšnost: 99 %		

(715) Antigen C

E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 73	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 73		>>> 72	Pozitivní	99 %
Celková úspěšnost: 99 %		Úspěšnost: 99 %		

(716) Antigen c

E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 73	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 73		>>> 72	Pozitivní	99 %
Celková úspěšnost: 99 %		Úspěšnost: 99 %		

(717) Antigen Cw

E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 60	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 60		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	1,7 %
Celkem za vzorek: n = 60		>>> 59	Negativní	98 %
Celková úspěšnost: 98 %		Úspěšnost: 98 %		

(718) Antigen E

E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 73	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 73		>>> 72	Negativní	99 %
Celková úspěšnost: 99 %		Úspěšnost: 99 %		

(719) Antigen e

E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 73	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 73		>>> 72	Pozitivní	99 %

Cyklus EHK: IH2/22 - Imunohematologie

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
Celková úspěšnost: 99 %					
(720) Antigen K					
E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	75	Negativní	99 %
			1	Pozitivní	1,3 %
Celkem za vzorek: n = 76 Úspěšnost: 99 %					
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	75	Negativní	99 %
			1	Neuvedeno	1,3 %
Celkem za vzorek: n = 76 Úspěšnost: 99 %					
Celková úspěšnost: 97 %					
(721) Antigen k					
E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	41	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 41 Úspěšnost: 100 %					
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	41	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 41 Úspěšnost: 100 %					
Celková úspěšnost: 100 %					
(722) Antigen M					
E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	36	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 36 Úspěšnost: 100 %					
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	36	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 36 Úspěšnost: 100 %					
Celková úspěšnost: 100 %					
(723) Antigen N					
E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	33	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 33 Úspěšnost: 100 %					
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	33	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 33 Úspěšnost: 100 %					
Celková úspěšnost: 100 %					
(724) Antigen S					
E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	39	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 39 Úspěšnost: 100 %					
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	39	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 39 Úspěšnost: 100 %					
Celková úspěšnost: 100 %					
(725) Antigen s					
E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	38	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 38 Úspěšnost: 100 %					
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	38	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 38 Úspěšnost: 100 %					
Celková úspěšnost: 100 %					
(726) Antigen P1					
E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	26	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 26 Úspěšnost: 100 %					
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	26	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 26 Úspěšnost: 100 %					
Celková úspěšnost: 100 %					
(727) Antigen Fya					
E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	39	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 39 Úspěšnost: 100 %					
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	39	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 39 Úspěšnost: 100 %					
Celková úspěšnost: 100 %					
(728) Antigen Fyb					
E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	39	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 39 Úspěšnost: 100 %					
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	39	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 39 Úspěšnost: 100 %					
Celková úspěšnost: 100 %					
(729) Antigen Jka					
E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	39	Negativní	98 %
			1	Pozitivní	2,5 %
Celkem za vzorek: n = 40 Úspěšnost: 98 %					
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	39	Negativní	98 %
			1	Pozitivní	2,5 %
Celkem za vzorek: n = 40 Úspěšnost: 98 %					
Celková úspěšnost: 98 %					

Cyklus EHK: IH2/22 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
(730) Antigen Jkb				
E1 a S1	Všechny výsledky	1	Negativní	2,5 %
		>>> 39	Pozitivní	98 %
	Celkem za vzorek: n = 40		Úspěšnost: 98 %	
E2 a S2	Všechny výsledky	1	Negativní	2,5 %
		>>> 39	Pozitivní	98 %
	Celkem za vzorek: n = 40		Úspěšnost: 98 %	
Celková úspěšnost: 98 %				
(731) Antigen Lua				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 25	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 25	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				
(732) Antigen Lub				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 26	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 26		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 26	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 26		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				
(733) Antigen Lea				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 29	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 29		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 29	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 29		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				
(734) Antigen Leb				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 29	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 29		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	Všechny výsledky	1	Negativní	3,4 %
		>>> 28	Pozitivní	97 %
	Celkem za vzorek: n = 29		Úspěšnost: 97 %	
Celková úspěšnost: 97 %				
(737) Přímý Coombsův test				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 119	Negativní	99 %
		1	Pozitivní	0,83 %
	Celkem za vzorek: n = 120		Úspěšnost: 99 %	
E2 a S2	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	0,83 %
		>>> 118	Negativní	98 %
		1	Pozitivní	0,83 %
	Celkem za vzorek: n = 120		Úspěšnost: 98 %	
Celková úspěšnost: 98 %				
(741) Screening protilátek (NAT, dárce)				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 80	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 80		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	1,3 %
		>>> 79	Pozitivní	99 %
	Celkem za vzorek: n = 80		Úspěšnost: 99 %	
Celková úspěšnost: 99 %				
(743) Screening protilátek (NAT, příjemce)				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 125	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 125		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	0,80 %
		>>> 124	Pozitivní	99 %
	Celkem za vzorek: n = 125		Úspěšnost: 99 %	
Celková úspěšnost: 99 %				
(745) Screening protilátek (NAT, těhotná)				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 107	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 107		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	0,93 %
		>>> 106	Pozitivní	99 %
	Celkem za vzorek: n = 107		Úspěšnost: 99 %	
Celková úspěšnost: 99 %				
(747) Screening protilátek (enzymový test)				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 98	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 98		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	1,0 %

Cyklus EHK: IH2/22 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	Všechny výsledky	> 24	Negativní	24 %
		>>> 73	Pozitivní	74 %
Celkem za vzorek: n = 98		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(750) Identifikace protilátek

E1 a S1	Všechny výsledky	3	anti-c	6,4 %
		> 42	anti-c; anti-E	89 %
		>>> 2	anti-c; anti-E; anti-Wra	4,3 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 94 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	> 41	anti-K; anti-S	87 %
		>>> 3	anti-K; anti-S; anti-Wra	6,4 %
		3	anti-S	6,4 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 94 %		
Celková úspěšnost: 91 %				

(752) Titrace prot., Vzorek 1: 1. protilátka

E1 a S1	Všechny výsledky	± 1	titr 4	2,9 %
		± 8	titr 8	24 %
		± 10	titr 16	29 %
		± 3	titr 32	8,8 %
		± 8	titr 64	24 %
		± 4	titr 128	12 %
Celkem za vzorek: n = 34		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(753) Titrace prot., Vzorek 1: 2. protilátka

E1 a S1	Všechny výsledky	± 1	titr 0 (neměřitelný)	4,5 %
		± 4	titr 256	18 %
		± 3	titr 512	14 %
		± 4	titr 32	18 %
		± 7	titr 64	32 %
		± 3	titr 128	14 %
Celkem za vzorek: n = 22		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(754) Titrace prot., Vzorek 1: 3. protilátka

E1 a S1	Všechny výsledky	± 1	titr 8	50 %
		± 1	titr 32	50 %
Celkem za vzorek: n = 2		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(756) Titrace prot., Vzorek 2: 1. protilátka

E2 a S2	Všechny výsledky	± 1	titr 0 (neměřitelný)	3,6 %
		± 1	titr 1	3,6 %
		± 12	titr 8	43 %
		± 11	titr 16	39 %
		± 3	titr 32	11 %
Celkem za vzorek: n = 28		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(757) Titrace prot., Vzorek 2: 2. protilátka

E2 a S2	Všechny výsledky	± 6	titr 1	18 %
		± 6	titr 2	18 %
		± 8	titr 4	24 %
		± 10	titr 8	29 %
		± 3	titr 32	8,8 %
		± 1	titr 128	2,9 %
Celkem za vzorek: n = 34		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(758) Titrace prot., Vzorek 2: 3. protilátka

E2 a S2	Všechny výsledky	± 1	titr 1	33 %
		± 1	titr 4	33 %
		± 1	titr 8	33 %
Celkem za vzorek: n = 3		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

Sada 3

(760) Zkouška kompatibility

S1	Všechny výsledky	>>> 117	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	100 %
Celkem za vzorek: n = 117		Úspěšnost: 100 %		
S2	Všechny výsledky	>>> 117	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	100 %
Celkem za vzorek: n = 117		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(761) Zkouška kompatibility (segment K1)

S1	Všechny výsledky	>>> 117	Pozitivní zkouška	100 %
Celkem za vzorek: n = 117		Úspěšnost: 100 %		
S2	Všechny výsledky	> 36	Negativní zkouška	31 %
		>>> 81	Pozitivní zkouška	69 %

Cyklus EHK: IH2/22 - Imunohematologie

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
Celkem za vzorek: n = 117		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(762) Podat transfuzní přípravek (segment K1)

S1	Všechny výsledky	± 114	Nelze podat, riziko hemolýzy	97 %
		± 3	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	2,6 %
Celkem za vzorek: n = 117		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	Všechny výsledky	± 83	Nelze podat, riziko hemolýzy	71 %
		± 30	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	26 %
		± 3	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	2,6 %
		± 1	Lze podat	0,85 %
Celkem za vzorek: n = 117		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(764) Zkouška kompatibility (segment K2)

S1	Všechny výsledky	>>> 117	Negativní zkouška	100 %
Celkem za vzorek: n = 117		Úspěšnost: 100 %		
S2	Všechny výsledky	>>> 117	Pozitivní zkouška	100 %
Celkem za vzorek: n = 117		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(765) Podat transfuzní přípravek (segment K2)

S1	Všechny výsledky	± 63	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	54 %
		± 40	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	34 %
		± 14	Lze podat	12 %
Celkem za vzorek: n = 117		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	Všechny výsledky	± 114	Nelze podat, riziko hemolýzy	97 %
		± 3	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	2,6 %
Celkem za vzorek: n = 117		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		