

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(601) A1 exprese HER-2/neu	Sklo	Všechny výsledky	>>> 11	Slabě pozitivní (2+)	100 %
	Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
	Celková úspěšnost: 100 %				
(602) A2 exprese HER-2/neu	Sklo	Všechny výsledky	> 4	Negativní (0)	36 %
			>>> 7	Negativní (1+)	64 %
	Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
	Celková úspěšnost: 100 %				
(603) A3 exprese HER-2/neu	Sklo	Všechny výsledky	± 2	Negativní (0)	33 %
			± 3	Negativní (1+)	50 %
			± 1	Slabě pozitivní (2+)	17 %
	Celkem za vzorek: n = 6		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
(606) B1 exprese HER-2/neu	Sklo	Všechny výsledky	>>> 11	Silně pozitivní (3+)	100 %
	Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
	Celková úspěšnost: 100 %				
(607) B2 exprese HER-2/neu	Sklo	Všechny výsledky	>>> 9	Negativní (0)	82 %
			> 1	Negativní (1+)	9,1 %
			1	Slabě pozitivní (2+)	9,1 %
	Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 91 %		
	Celková úspěšnost: 91 %				
(608) B3 exprese HER-2/neu	Sklo	Všechny výsledky	>>> 8	Negativní (0)	100 %
	Celkem za vzorek: n = 8		Úspěšnost: 100 %		
	Celková úspěšnost: 100 %				
(611) C1 exprese HER-2/neu	Sklo	Všechny výsledky	>>> 11	Silně pozitivní (3+)	100 %
	Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
	Celková úspěšnost: 100 %				
(612) C2 exprese HER-2/neu	Sklo	Všechny výsledky	>>> 11	Silně pozitivní (3+)	100 %
	Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
	Celková úspěšnost: 100 %				
(613) C3 exprese HER-2/neu	Sklo	Všechny výsledky	>>> 11	Silně pozitivní (3+)	100 %
	Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
	Celková úspěšnost: 100 %				
(616) D1 exprese HER-2/neu	Sklo	Všechny výsledky	>>> 10	Slabě pozitivní (2+)	91 %
			> 1	Silně pozitivní (3+)	9,1 %
	Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
	Celková úspěšnost: 100 %				
(617) D2 exprese HER-2/neu	Sklo	Všechny výsledky	>>> 9	Slabě pozitivní (2+)	82 %
			> 2	Silně pozitivní (3+)	18 %
	Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
	Celková úspěšnost: 100 %				
(618) D3 exprese HER-2/neu	Sklo	Všechny výsledky	>>> 11	Slabě pozitivní (2+)	100 %
	Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
	Celková úspěšnost: 100 %				
(621) E1 exprese HER-2/neu	Sklo	Všechny výsledky	> 3	Negativní (0)	27 %
			>>> 7	Negativní (1+)	64 %
			1	Slabě pozitivní (2+)	9,1 %
	Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 91 %		
	Celková úspěšnost: 91 %				

Zkouška			N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina				
(622) E2 exprese HER-2/neu					
Sklo	Všechny výsledky	>>>	6	Negativní (0)	55 %
		>>>	4	Negativní (1+)	36 %
			1	Slabě pozitivní (2+)	9,1 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 91 %			
Celková úspěšnost: 91 %					
(623) E3 exprese HER-2/neu					
Sklo	Všechny výsledky	>	3	Negativní (0)	27 %
		>>>	7	Negativní (1+)	64 %
			1	Slabě pozitivní (2+)	9,1 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 91 %			
Celková úspěšnost: 91 %					
(651) A1 barvení vzorku					
Sklo	Všechny výsledky	>	3	3 body	27 %
		>>>	8	6 bodů	73 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(652) A2 barvení vzorku					
Sklo	Všechny výsledky	>>>	11	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(656) B1 barvení vzorku					
Sklo	Všechny výsledky	>	3	3 body	27 %
		>>>	8	6 bodů	73 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(657) B2 barvení vzorku					
Sklo	Všechny výsledky	>>>	11	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(658) B3 barvení vzorku					
Sklo	Všechny výsledky	>>>	9	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 9		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(661) C1 barvení vzorku					
Sklo	Všechny výsledky	>>>	11	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(662) C2 barvení vzorku					
Sklo	Všechny výsledky	>	2	3 body	18 %
		>>>	9	6 bodů	82 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(663) C3 barvení vzorku					
Sklo	Všechny výsledky	>	1	3 body	9,1 %
		>>>	10	6 bodů	91 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(666) D1 barvení vzorku					
Sklo	Všechny výsledky	>	1	3 body	9,1 %
		>>>	10	6 bodů	91 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(667) D2 barvení vzorku					
Sklo	Všechny výsledky	>	1	3 body	9,1 %
		>>>	10	6 bodů	91 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(668) D3 barvení vzorku					
Sklo	Všechny výsledky	>	2	3 body	18 %
		>>>	9	6 bodů	82 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

(671) E1 barvení vzorku

Sklo	Všechny výsledky	>>> 11	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(672) E2 barvení vzorku

Sklo	Všechny výsledky	>>> 11	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(673) E3 barvení vzorku

Sklo	Všechny výsledky	>>> 11	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(681) VKK

Sklo	Všechny výsledky	5	0 bodů	45 %
		>	3 3 body	27 %
		>>>	1 5 bodů	9,1 %
		>>>	2 6 bodů	18 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 55 %		
Celková úspěšnost: 55 %				