

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(601) A1 exprese HER-2/neu					
Sklo	(802)	Dako HercepTest	>>> 6	Silně pozitivní (3+)	12 %
	(803)	Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 13	Silně pozitivní (3+)	27 %
	(804)	Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 25	Silně pozitivní (3+)	51 %
	(999)	jiný výrobce	>>> 5	Silně pozitivní (3+)	10 %
Celkem za vzorek: n = 49			Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					
(602) A2 exprese HER-2/neu					
Sklo	(802)	Dako HercepTest	>>> 6	Negativní (0)	12 %
	(803)	Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 13	Negativní (0)	27 %
	(804)	Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 25	Negativní (0)	51 %
	(999)	jiný výrobce	>>> 4	Negativní (0)	8,2 %
			>	Negativní (1+)	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 49			Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					
(603) A3 exprese HER-2/neu					
Sklo	(802)	Dako HercepTest	1	Negativní (1+)	2,0 %
			>>> 5	Slabě pozitivní (2+)	10 %
	(803)	Dako c-erbB-2 Onkoprotein	1	Negativní (1+)	2,0 %
			>>> 11	Slabě pozitivní (2+)	22 %
			>	Silně pozitivní (3+)	2,0 %
	(804)	Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	3	Negativní (1+)	6,1 %
			>>> 22	Slabě pozitivní (2+)	45 %
	(999)	jiný výrobce	2	Negativní (1+)	4,1 %
			>>> 3	Slabě pozitivní (2+)	6,1 %
Celkem za vzorek: n = 49			Úspěšnost: 86 %		
Celková úspěšnost: 86 %					
(606) B1 exprese HER-2/neu					
Sklo	(802)	Dako HercepTest	>>> 6	Negativní (0)	13 %
	(803)	Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 11	Negativní (0)	23 %
			>	Negativní (1+)	4,2 %
	(804)	Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 24	Negativní (0)	50 %
			>	Negativní (1+)	2,1 %
	(999)	jiný výrobce	>>> 4	Negativní (0)	8,3 %
Celkem za vzorek: n = 48			Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					
(607) B2 exprese HER-2/neu					
Sklo	(802)	Dako HercepTest	>>> 6	Slabě pozitivní (2+)	12 %
	(803)	Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 11	Slabě pozitivní (2+)	22 %
			>	Silně pozitivní (3+)	4,1 %
	(804)	Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 22	Slabě pozitivní (2+)	45 %
			>	Silně pozitivní (3+)	6,1 %
	(999)	jiný výrobce	1	Negativní (0)	2,0 %
			>>> 3	Slabě pozitivní (2+)	6,1 %
			>	Silně pozitivní (3+)	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 49			Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %					
(608) B3 exprese HER-2/neu					
Sklo	(802)	Dako HercepTest	± 1	Negativní (0)	2,0 %
			± 3	Negativní (1+)	6,1 %
			± 2	Slabě pozitivní (2+)	4,1 %
	(803)	Dako c-erbB-2 Onkoprotein	± 2	Negativní (1+)	4,1 %
			± 10	Slabě pozitivní (2+)	20 %
			± 1	Silně pozitivní (3+)	2,0 %
	(804)	Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	± 1	Negativní (0)	2,0 %
			± 9	Negativní (1+)	18 %
			± 15	Slabě pozitivní (2+)	31 %
	(999)	jiný výrobce	± 2	Negativní (0)	4,1 %
			± 2	Negativní (1+)	4,1 %
			± 1	Silně pozitivní (3+)	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 49			Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
(611) C1 exprese HER-2/neu					
Sklo	(802)	Dako HercepTest	± 2	Negativní (0)	4,2 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
Sklo	(802) Dako HercepTest	± 3	Negativní (1+)	6,3 %
		± 1	Slabě pozitivní (2+)	2,1 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	± 1	Negativní (0)	2,1 %
		± 3	Negativní (1+)	6,3 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	± 9	Slabě pozitivní (2+)	19 %
		± 9	Negativní (1+)	19 %
	(999) jiný výrobce	± 16	Slabě pozitivní (2+)	33 %
		± 1	Negativní (0)	2,1 %
		± 3	Negativní (1+)	6,3 %
	Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit	

(612) C2 exprese HER-2/neu

Sklo	(802) Dako HercepTest	>>> 6	Silně pozitivní (3+)	12 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 13	Silně pozitivní (3+)	27 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 25	Silně pozitivní (3+)	51 %
	(999) jiný výrobce	>>> 5	Silně pozitivní (3+)	10 %
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 100 %		

Celková úspěšnost: 100 %

(613) C3 exprese HER-2/neu

Sklo	(802) Dako HercepTest	>>> 6	Negativní (0)	12 %
		>>> 2	Negativní (0)	4,1 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 8	Negativní (1+)	16 %
		2	Slabě pozitivní (2+)	4,1 %
		1	Silně pozitivní (3+)	2,0 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 5	Negativní (0)	10 %
		>>> 17	Negativní (1+)	35 %
		3	Slabě pozitivní (2+)	6,1 %
	(999) jiný výrobce	>>> 4	Negativní (0)	8,2 %
		1	Slabě pozitivní (2+)	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 86 %		

Celková úspěšnost: 86 %

(616) D1 exprese HER-2/neu

Sklo	(802) Dako HercepTest	2	Negativní (1+)	4,1 %
		>>> 4	Slabě pozitivní (2+)	8,2 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	2	Negativní (1+)	4,1 %
		>>> 10	Slabě pozitivní (2+)	20 %
		> 1	Silně pozitivní (3+)	2,0 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	3	Negativní (1+)	6,1 %
		>>> 22	Slabě pozitivní (2+)	45 %
		1	Negativní (0)	2,0 %
	(999) jiný výrobce	1	Negativní (1+)	2,0 %
		>>> 2	Slabě pozitivní (2+)	4,1 %
> 1		Silně pozitivní (3+)	2,0 %	
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 82 %		

Celková úspěšnost: 82 %

(617) D2 exprese HER-2/neu

Sklo	(802) Dako HercepTest	>>> 5	Negativní (0)	10 %
		> 1	Negativní (1+)	2,1 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 13	Negativní (0)	27 %
		>>> 24	Negativní (0)	50 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	> 1	Negativní (1+)	2,1 %
		>>> 4	Negativní (0)	8,3 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 100 %		

Celková úspěšnost: 100 %

(618) D3 exprese HER-2/neu

Sklo	(802) Dako HercepTest	>>> 6	Silně pozitivní (3+)	12 %
		>>> 1	Slabě pozitivní (2+)	2,0 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 12	Silně pozitivní (3+)	24 %
		1	Negativní (1+)	2,0 %
		>>> 6	Slabě pozitivní (2+)	12 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 18	Silně pozitivní (3+)	37 %
		>>> 2	Slabě pozitivní (2+)	4,1 %
(999) jiný výrobce	>>> 3	Silně pozitivní (3+)	6,1 %	
	Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 98 %	

Celková úspěšnost: 98 %

(621) E1 exprese HER-2/neu

Sklo	(802) Dako HercepTest	1	Negativní (1+)	2,0 %
		>>> 5	Slabě pozitivní (2+)	10 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
Sklo	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	2	Negativní (1+)	4,1 %
		>>> 11	Slabě pozitivní (2+)	22 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	3	Negativní (1+)	6,1 %
		>>> 22	Slabě pozitivní (2+)	45 %
	(999) jiný výrobce	1	Negativní (0)	2,0 %
		2	Negativní (1+)	4,1 %
		>>> 2	Slabě pozitivní (2+)	4,1 %
Celkem za vzorek: n = 49			Úspěšnost: 82 %	
Celková úspěšnost: 82 %				

(622) E2 exprese HER-2/neu

Sklo	(802) Dako HercepTest	>	1 Negativní (0)	2,1 %
		>>> 3	Negativní (1+)	6,3 %
			1 Slabě pozitivní (2+)	2,1 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>	1 Negativní (0)	2,1 %
		>>> 11	Negativní (1+)	23 %
			1 Slabě pozitivní (2+)	2,1 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>	1 Negativní (0)	2,1 %
		>>> 15	Negativní (1+)	31 %
			9 Slabě pozitivní (2+)	19 %
	(999) jiný výrobce	>	2 Negativní (0)	4,2 %
		>>> 2	Negativní (1+)	4,2 %
			1 Slabě pozitivní (2+)	2,1 %
Celkem za vzorek: n = 48			Úspěšnost: 75 %	
Celková úspěšnost: 75 %				

(623) E3 exprese HER-2/neu

Sklo	(802) Dako HercepTest	>>> 6	Silně pozitivní (3+)	12 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 13	Silně pozitivní (3+)	27 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 25	Silně pozitivní (3+)	51 %
	(999) jiný výrobce	>>> 5	Silně pozitivní (3+)	10 %
Celkem za vzorek: n = 49			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				

(651) A1 barvení vzorku

Sklo	(0) neuvedeno	1	0 bodů	2,0 %
		>	2 3 body	4,1 %
		>>> 46	6 bodů	94 %
Celkem za vzorek: n = 49			Úspěšnost: 98 %	
Celková úspěšnost: 98 %				

(652) A2 barvení vzorku

Sklo	(0) neuvedeno	>>> 49	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 49			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				

(653) A3 barvení vzorku

Sklo	(0) neuvedeno	1	0 bodů	2,0 %
		>	5 3 body	10 %
		>>> 43	6 bodů	88 %
Celkem za vzorek: n = 49			Úspěšnost: 98 %	
Celková úspěšnost: 98 %				

(656) B1 barvení vzorku

Sklo	(0) neuvedeno	>>> 48	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 48			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				

(657) B2 barvení vzorku

Sklo	(0) neuvedeno	1	0 bodů	2,1 %
		>	4 3 body	8,3 %
		>>> 43	6 bodů	90 %
Celkem za vzorek: n = 48			Úspěšnost: 98 %	
Celková úspěšnost: 98 %				

(658) B3 barvení vzorku

Sklo	(0) neuvedeno	± 49	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 49			Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit	

(661) C1 barvení vzorku

Sklo	(0) neuvedeno	± 49	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 49			Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit	

(662) C2 barvení vzorku

Sklo	(0) neuvedeno	>	5 3 body	10 %
------	---------------	---	----------	------

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
Sklo	(0) neuvedeno	>>> 44	6 bodů	90 %
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(663) C3 barvení vzorku

Sklo	(0) neuvedeno	> 2	3 body	4,1 %
		>>> 47	6 bodů	96 %
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(666) D1 barvení vzorku

Sklo	(0) neuvedeno	2	0 bodů	4,1 %
		> 10	3 body	20 %
		>>> 37	6 bodů	76 %
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 96 %		
Celková úspěšnost: 96 %				

(667) D2 barvení vzorku

Sklo	(0) neuvedeno	>>> 48	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(668) D3 barvení vzorku

Sklo	(0) neuvedeno	>>> 49	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(671) E1 barvení vzorku

Sklo	(0) neuvedeno	1	0 bodů	2,0 %
		> 9	3 body	18 %
		>>> 39	6 bodů	80 %
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(672) E2 barvení vzorku

Sklo	(0) neuvedeno	1	0 bodů	2,0 %
		> 1	3 body	2,0 %
		>>> 47	6 bodů	96 %
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(673) E3 barvení vzorku

Sklo	(0) neuvedeno	> 2	3 body	4,1 %
		>>> 1	5 bodů	2,0 %
		>>> 46	6 bodů	94 %
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(681) VKK

Sklo	(0) neuvedeno	4	0 bodů	8,2 %
		1	1 bod	2,0 %
		> 12	3 body	24 %
		> 1	4 body	2,0 %
		>>> 1	5 bodů	2,0 %
		>>> 30	6 bodů	61 %
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 90 %		
Celková úspěšnost: 90 %				