

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
<b>(601) A1 exprese HER-2/neu</b>				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 12	Silně pozitivní (3+)	100 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(602) A2 exprese HER-2/neu</b>				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 12	Negativní (0)	100 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(603) A3 exprese HER-2/neu</b>				
Sklo	Všechny výsledky	5	Negativní (1+)	42 %
		>>> 6	Slabě pozitivní (2+)	50 %
		> 1	Silně pozitivní (3+)	8,3 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 58 %		
Celková úspěšnost: 58 %				
<b>(606) B1 exprese HER-2/neu</b>				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 10	Negativní (0)	83 %
		> 2	Negativní (1+)	17 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(607) B2 exprese HER-2/neu</b>				
Sklo	Všechny výsledky	1	Negativní (0)	8,3 %
		>>> 10	Slabě pozitivní (2+)	83 %
		> 1	Silně pozitivní (3+)	8,3 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 92 %		
Celková úspěšnost: 92 %				
<b>(608) B3 exprese HER-2/neu</b>				
Sklo	Všechny výsledky	± 3	Negativní (0)	25 %
		± 6	Negativní (1+)	50 %
		± 2	Slabě pozitivní (2+)	17 %
		± 1	Silně pozitivní (3+)	8,3 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
Celková úspěšnost: 92 %				
<b>(611) C1 exprese HER-2/neu</b>				
Sklo	Všechny výsledky	± 1	Negativní (0)	8,3 %
		± 8	Negativní (1+)	67 %
		± 3	Slabě pozitivní (2+)	25 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
Celková úspěšnost: 92 %				
<b>(612) C2 exprese HER-2/neu</b>				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 12	Silně pozitivní (3+)	100 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(613) C3 exprese HER-2/neu</b>				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 8	Negativní (0)	67 %
		>>> 3	Negativní (1+)	25 %
		1	Slabě pozitivní (2+)	8,3 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 92 %		
Celková úspěšnost: 92 %				
<b>(616) D1 exprese HER-2/neu</b>				
Sklo	Všechny výsledky	1	Negativní (0)	8,3 %
		3	Negativní (1+)	25 %
		>>> 7	Slabě pozitivní (2+)	58 %
		> 1	Silně pozitivní (3+)	8,3 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 67 %		
Celková úspěšnost: 67 %				
<b>(617) D2 exprese HER-2/neu</b>				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 10	Negativní (0)	83 %
		> 2	Negativní (1+)	17 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(618) D3 exprese HER-2/neu</b>				
Sklo	Všechny výsledky	1	Negativní (1+)	8,3 %
		>>> 2	Slabě pozitivní (2+)	17 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
Sklo	Všechny výsledky	>>> 9	Silně pozitivní (3+)	75 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 92 %		
Celková úspěšnost: 92 %				
<b>(621) E1 exprese HER-2/neu</b>				
Sklo	Všechny výsledky	1	Negativní (0)	8,3 %
		4	Negativní (1+)	33 %
		>>> 7	Slabě pozitivní (2+)	58 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 58 %		
Celková úspěšnost: 58 %				
<b>(622) E2 exprese HER-2/neu</b>				
Sklo	Všechny výsledky	> 2	Negativní (0)	18 %
		>>> 6	Negativní (1+)	55 %
		3	Slabě pozitivní (2+)	27 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 73 %		
Celková úspěšnost: 73 %				
<b>(623) E3 exprese HER-2/neu</b>				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 12	Silně pozitivní (3+)	100 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(651) A1 barvení vzorku</b>				
Sklo	Všechny výsledky	> 1	3 body	8,3 %
		>>> 11	6 bodů	92 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(652) A2 barvení vzorku</b>				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 12	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(653) A3 barvení vzorku</b>				
Sklo	Všechny výsledky	1	0 bodů	8,3 %
		> 1	3 body	8,3 %
		>>> 10	6 bodů	83 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 92 %		
Celková úspěšnost: 92 %				
<b>(656) B1 barvení vzorku</b>				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 12	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(657) B2 barvení vzorku</b>				
Sklo	Všechny výsledky	1	0 bodů	8,3 %
		> 1	3 body	8,3 %
		>>> 10	6 bodů	83 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 92 %		
Celková úspěšnost: 92 %				
<b>(658) B3 barvení vzorku</b>				
Sklo	Všechny výsledky	± 12	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
<b>(661) C1 barvení vzorku</b>				
Sklo	Všechny výsledky	± 12	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
<b>(662) C2 barvení vzorku</b>				
Sklo	Všechny výsledky	> 2	3 body	17 %
		>>> 10	6 bodů	83 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(663) C3 barvení vzorku</b>				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 12	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(666) D1 barvení vzorku</b>				
Sklo	Všechny výsledky	1	0 bodů	8,3 %
		> 3	3 body	25 %
		>>> 8	6 bodů	67 %

**Zkouška**

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 92 %		
Celková úspěšnost: 92 %				

**(667) D2 barvení vzorku**

Sklo	Všechny výsledky	>>> 12	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(668) D3 barvení vzorku**

Sklo	Všechny výsledky	>>> 12	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(671) E1 barvení vzorku**

Sklo	Všechny výsledky	1	0 bodů	8,3 %
		>	2 3 body	17 %
		>>>	9 6 bodů	75 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 92 %		
Celková úspěšnost: 92 %				

**(672) E2 barvení vzorku**

Sklo	Všechny výsledky	>>> 12	6 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(673) E3 barvení vzorku**

Sklo	Všechny výsledky	>	1 3 body	8,3 %
		>>>	11 6 bodů	92 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(681) VKK**

Sklo	Všechny výsledky	1	0 bodů	8,3 %
		1	1 bod	8,3 %
		>	4 3 body	33 %
		>>>	1 5 bodů	8,3 %
		>>>	5 6 bodů	42 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 83 %		
Celková úspěšnost: 83 %				