Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: výrobce reagencie)

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: KD2/22 - Glykovaný hemoglobin

Stop termín: 08.04.2022

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N_{tot}	N_{out}	Srovnatelnost	AV	U_{AV}	D_{max}	LL	UL	N_{eva}	N_{suc}	S_{rel}
(220) Hemoglobin A1c	[mmol/mol]				131								131	129	98%
Vzorky a skupiny															
Vzorek A		62,5	3,4	5,4	131		CVP	62,5	0,72	12%	55	70	131	130	99%
(14) Bio-Rad		64,5	1,9	3,0	40	0							40		
(25) TOSOH		62,9	2,9	4,5	43	0							43		
(60) Roche		62,9	1,3	2,1	7	0							7		
(150) Arkray		58,9	1,8	3,1	34	0							34		
Ostatní					7	0	1x 1, 2x 34, 2x 46, 1x 149, 1x 177						7		
Vzorek B		46,3	3,0	6,6	131		CVP	46,3	0,65	12%	40,7	51,9	131	129	98%
(14) Bio-Rad		48,5	1,7	3,5	40	0							40		
(25) TOSOH		46,6	2,4	5,1	43	0							43		
(60) Roche		45,6	2,0	4,5	7	0							7		
(150) Arkray		43,1	1,5	3,5	34	0							34		
Ostatní					7	0	1x 1, 2x 34, 2x 46, 1x 149, 1x 177						7		

st_kn_p

Konec sestavy

Vytištěno: 12.04.2022