Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: výrobce reagencie)

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: KD4/22 - Glykovaný hemoglobin

Stop termín: 14.10.2022

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N_{tot}	N_{out}	Srovnatelnost AV	U_{AV}	D_{max}	LL	UL	N_{eva}	N_{suc}	S_{rel}	Návaznost	AV	U_{AV}	D_{max}	LL	UL	N_{eva}	N_{suc}	S_{rel}
(220) Hemoglobin A1c	[mmol/mol]				160							0									160	153	96%
Vzorky a skupiny																							
Vzorek A		65,0	3,3	5,1	160							0			CRV	65,9	1,0	13%	57,3	74,5	160	156	98%
(14) Bio-Rad		65,2	1,9	3,0	47	0															47		
(25) TOSOH		66,3	2,5	3,7	47	0															47		
(60) Roche		69,5	1,8	2,5	12	0															12		
(150) Arkray		61,8	2,1	3,4	43	0															43		
Ostatní					11	0															11		
															1x 1, 2x 34, 2x 46, 3x 58, 1x 149, 1x 177, 1x 196								
Vzorek B		45,4	2,8	6,3	160							0			CRV	45,5	1,0	13%	39,5	51,5	160	155	97%
(14) Bio-Rad		47,3	1,9	4,0	47	0															47		
(25) TOSOH		45,8	2,2	4,8	47	0															47		
(60) Roche		46,4	1,8	4,0	12	0															12		
(150) Arkray		42,6	1,7	4,0	43	0															43		
Ostatní					11	0															11		
															1x 1, 2x 34, 2x 46, 3x 58, 1x 149, 1x 177, 1x 196								