

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

## Cyklus EHK: LMWH1/22 - Nízkomolekulární heparin

Stop termín: 01.04.2022

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U <sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>
<b>(103) Nízkomolekulární heparin</b>					135							135	128	95%
Vzorok A	[IU/mL]													
Vzorky a skupiny														
<b>Vzorek A</b>		0,474	0,054	11	135	CVP	0,474	0,011	25%	0,355	0,593	135	132	98%
(38) IL		0,419	0,032	7,7	27	0						27		
(63) Sysmex		0,500	0,039	7,8	79	0						79		
(94) Stago		0,443	0,037	8,2	17	0						17		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		0,490	0,015	3,0	5	0						5		
Ostatní					7	0						7		
							1x 0, 1x 12, 1x 162, 1x 175, 3x 179							
<b>Vzorek B</b>		0,248	0,043	17	135	CVP	0,248	,0091	34%	0,163	0,333	135	129	96%
(38) IL		0,213	0,027	13	27	0						27		
(63) Sysmex		0,267	0,034	13	79	0						79		
(94) Stago		0,212	0,018	8,6	17	0						17		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		0,255	0,022	8,7	5	0						5		
Ostatní					7	0						7		
							1x 0, 1x 12, 1x 162, 1x 175, 3x 179							

st\_kn\_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 11.04.2022