

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: LMWH1/22 - Nízkomolekulární heparin

Stop termín: 01.04.2022

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(103) Nízkomolekulární heparin					135							135	128	95%
Vzorky a skupiny	[IU/mL]													
Vzorek A		0,474	0,054	11	135	CVP	0,474	0,011	25%	0,355	0,593	135	132	98%
(38) IL		0,419	0,032	7,7	27	0						27		
(94) Stago		0,433	0,028	6,5	14	0						14		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		0,485	0,035	7,3	37	0						37		
(179) Siemens		0,496	0,04	8,1	28	0						28		
(193) HYPHEN BioMed		0,520	0,037	7,1	25	0						25		
Ostatní					4	0						4		
							1x 0, 1x 12, 2x 102							
Vzorek B		0,248	0,043	17	135	CVP	0,248	,0091	34%	0,163	0,333	135	129	96%
(38) IL		0,213	0,027	13	27	0						27		
(94) Stago		0,208	0,013	6,4	14	0						14		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		0,257	0,033	13	37	0						37		
(179) Siemens		0,261	0,032	12	28	0						28		
(193) HYPHEN BioMed		0,284	0,029	10	25	0						25		
Ostatní					4	0						4		
							1x 0, 1x 12, 2x 102							

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 11.04.2022