

## Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: výrobce reagentie)

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

## Cyklus EHK: LMWH1/22 - Nízkomolekulární heparin

Stop termín: 01.04.2022

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVe = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U <sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Srovnatelnost						
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>
<b>(103) Nízkomolekulární heparin</b>					17						17	16	94%
Vzorky a skupiny	[IU/mL]												
<b>Vzorek A</b>		0,501	0,049	9,8	17	CVP	0,474	0,011	25%	0,355	0,593	17	17 100%
Ostatní					17	0						17	
							1x 0, 1x 12, 2x 38, 1x 94, 4x 149, 4x 179, 4x 193						
<b>Vzorek B</b>		0,272	0,032	12	17	CVP	0,248	,0091	34%	0,163	0,333	17	16 94%
Ostatní					17	0						17	
							1x 0, 1x 12, 2x 38, 1x 94, 4x 149, 4x 179, 4x 193						

st\_kn\_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 11.04.2022