

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: LMWH2/22 - Nízkomolekulární heparin

Stop termín: 16.09.2022

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(103) Nízkomolekulární heparin					135							135	131	97%
Vzorky a skupiny	[IU/mL]													
Vzorek A		0,855	0,10	12	135	CVP	0,855	0,022	25%	0,641	1,07	135	133	99%
(38) IL		0,734	0,028	3,8	30	0						30		
(63) Sysmex		0,908	0,054	6,0	79	0						79		
(94) Stago		0,770	0,078	10	15	0						15		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		0,960	0,015	1,5	5	0						5		
Ostatní					6	0						6		
							1x 0, 1x 12, 1x 162, 1x 175, 2x 179							
Vzorek B		1,47	0,16	11	135	CVP	1,47	0,034	25%	1,1	1,84	135	133	99%
(38) IL		1,27	0,041	3,2	30	0						30		
(63) Sysmex		1,55	0,076	4,9	79	2						79		
(94) Stago		1,45	0,15	11	15	0						15		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		1,52	0,022	1,5	5	0						5		
Ostatní					6	0						6		
							1x 0, 1x 12, 1x 162, 1x 175, 2x 179							

st_kn_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 28.09.2022