

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: LMWH2/22 - Nízkomolekulární heparin

Stop termín: 16.09.2022

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(103) Nízkomolekulární heparin					135							135	131	97%
Vzorky a skupiny	[IU/mL]													
Vzorek A		0,855	0,10	12	135	CVP	0,855	0,022	25%	0,641	1,07	135	133	99%
(38) IL		0,734	0,028	3,8	30	0						30		
(94) Stago		0,749	0,046	6,2	13	0						13		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		0,901	0,051	5,6	38	0						38		
(179) Siemens		0,908	0,053	5,8	28	0						28		
(193) HYPHEN BioMed		0,933	0,05	5,3	23	0						23		
Ostatní					3	0						3		
							1x 0, 1x 12, 1x 102							
Vzorek B		1,47	0,16	11	135	CVP	1,47	0,034	25%	1,1	1,84	135	133	99%
(38) IL		1,27	0,041	3,2	30	0						30		
(94) Stago		1,41	0,10	7,4	13	0						13		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		1,52	0,031	2,0	38	0						38		
(179) Siemens		1,56	0,079	5,1	28	2						28		
(193) HYPHEN BioMed		1,60	0,089	5,5	23	0						23		
Ostatní					3	0						3		
							1x 0, 1x 12, 1x 102							

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 28.09.2022