

Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: výrobce reagentie)

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: LMWH2/22 - Nízkomolekulární heparin

Stop termín: 16.09.2022

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVe = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost													
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}	
(103) Nízkomolekulární heparin					17							17	15	88%	
Vzorky a skupiny	[IU/mL]														
Vzorek A		0,884	0,08	9,0	17	CVP	0,855	0,022	25%	0,641	1,07	17	16	94%	
Ostatní					17	0						17			
							1x 0, 1x 12, 3x 38, 1x 94, 3x 149, 4x 179, 4x 193								
Vzorek B		1,49	0,18	12	17	CVP	1,47	0,034	25%	1,1	1,84	17	16	94%	
Ostatní					17	1						17			
							1x 0, 1x 12, 3x 38, 1x 94, 3x 149, 4x 179, 4x 193								

st_kn_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 28.09.2022