

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(400) Močový sediment				
Foto 1	Všechny výsledky	>>> 260	Buňka dlaždicového epitelu	99 %
		1	Malá epitelová buňka (jiná než buňka dlaždicového epitelu)	0,38 %
		1	Buňka přechodného epitelu	0,38 %
		----- Celkem za vzorek: n = 262 ----- Úspěšnost: 99 % -----		
Foto 2	Všechny výsledky	2	Leukocyt	0,76 %
		7	Makrofág	2,7 %
		> 69	Malá epitelová buňka (jiná než buňka dlaždicového epitelu)	26 %
		>>> 151	Buňka přechodného epitelu	58 %
		32	Renální tubulární epitelová buňka	12 %
		1	Atypická epitelová buňka - bez další specifikace	0,38 %
		----- Celkem za vzorek: n = 262 ----- Úspěšnost: 84 % -----		
Foto 3	Všechny výsledky	63	Leukocyt	24 %
		11	Granulocyt	4,2 %
		1	Lymfocyt	0,38 %
		3	Makrofág	1,1 %
		> 1	Eozinofilní granulocyt	0,38 %
		> 57	Malá epitelová buňka (jiná než buňka dlaždicového epitelu)	22 %
		4	Buňka přechodného epitelu	1,5 %
		>>> 117	Renální tubulární epitelová buňka	45 %
		5	Atypická epitelová buňka - bez další specifikace	1,9 %
		----- Celkem za vzorek: n = 262 ----- Úspěšnost: 67 % -----		
Foto 4	Všechny výsledky	1	Lymfocyt	0,38 %
		1	Makrofág	0,38 %
		1	Malá epitelová buňka (jiná než buňka dlaždicového epitelu)	0,38 %
		1	Artefakt	0,38 %
		>>> 249	Krystal (blíže neurčený)	95 %
		2	Krystal - kyselina močová	0,76 %
		7	Krystal - urát amonný	2,7 %
		----- Celkem za vzorek: n = 262 ----- Úspěšnost: 95 % -----		
Celková úspěšnost: 86 %				