

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(400) Močový sediment				
Foto 1	Všechny výsledky	>>> 28	Buňka dlaždicového epitelu	100 %
----- Celkem za vzorek: n = 28		----- Úspěšnost: 100 %		
Foto 2	Všechny výsledky	> 7	Malá epitelová buňka (jiná než buňka dlaždicového epitelu)	25 %
		>>> 13	Buňka přechodného epitelu	46 %
		7	Renální tubulární epitelová buňka	25 %
		1	Atypická epitelová buňka - bez další specifikace	3,6 %
----- Celkem za vzorek: n = 28		----- Úspěšnost: 71 %		
Foto 3	Všechny výsledky	6	Leukocyt	21 %
		1	Granulocyt	3,6 %
		1	Makrofág	3,6 %
		> 1	Eozinofilní granulocyt	3,6 %
		> 3	Malá epitelová buňka (jiná než buňka dlaždicového epitelu)	11 %
		>>> 14	Renální tubulární epitelová buňka	50 %
		2	Atypická epitelová buňka - bez další specifikace	7,1 %
----- Celkem za vzorek: n = 28		----- Úspěšnost: 64 %		
Foto 4	Všechny výsledky	1	Lymfocyt	3,6 %
		1	Malá epitelová buňka (jiná než buňka dlaždicového epitelu)	3,6 %
		>>> 24	Krystal (blíže neurčený)	86 %
		1	Krystal - kyselina močová	3,6 %
		1	Krystal - urát amonný	3,6 %
----- Celkem za vzorek: n = 28		----- Úspěšnost: 86 %		
Celková úspěšnost: 68 %				