

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

1: TNBC

(604) Fyzické sklo (TNBC)

A1	Všechny výsledky	2	Negativní	8,0 %
		1	Neprůkazný výsledek	4,0 %
		>>> 22	Pozitivní	88 %
	Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost: 88 %	
B1	Všechny výsledky	± 4	Negativní	16 %
		± 1	Neprůkazný výsledek	4,0 %
		± 20	Pozitivní	80 %
	Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit	
C1	Všechny výsledky	± 4	Negativní	16 %
		± 1	Neprůkazný výsledek	4,0 %
		± 20	Pozitivní	80 %
	Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit	
D1	Všechny výsledky	± 5	Negativní	20 %
		± 4	Neprůkazný výsledek	16 %
		± 16	Pozitivní	64 %
	Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit	
	Celková úspěšnost: 88 %			

(605) Virtuální sklo (TNBC)

E1	(11) cut-off = 1	>>> 24	Pozitivní	96 %
	(12) cut-off = 10	± 1	Negativní	4,0 %
	Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): 100 %	
F1	Všechny výsledky	>>> 22	Negativní	88 %
		3	Pozitivní	12 %
	Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost: 88 %	
G1	Všechny výsledky	± 11	Negativní	44 %
		± 14	Pozitivní	56 %
	Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit	
H1	(11) cut-off = 1	>>> 24	Pozitivní	96 %
	(12) cut-off = 10	± 1	Pozitivní	4,0 %
	Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): 100 %	
	Celková úspěšnost: 88 %			

2: NSCLC

(609) Fyzické sklo (NSCLC)

A2	Všechny výsledky	>>> 52	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %	
B2	Všechny výsledky	>>> 52	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %	
C2	Všechny výsledky	± 22	Negativní	42 %
		± 1	Neprůkazný výsledek	1,9 %
		± 29	Pozitivní	56 %
	Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit	
D2	Všechny výsledky	>>> 50	Negativní	96 %
		2	Pozitivní	3,8 %
	Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 96 %	
	Celková úspěšnost: 96 %			

(610) Virtuální sklo (NSCLC)

E2	Všechny výsledky	± 13	Negativní	25 %
		± 1	Neprůkazný výsledek	2,0 %
		± 37	Pozitivní	73 %
	Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit	
F2	Všechny výsledky	4	Negativní	7,8 %
		1	Neprůkazný výsledek	2,0 %
		>>> 46	Pozitivní	90 %
	Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 90 %	
G2	Všechny výsledky	>>> 43	Negativní	84 %
		1	Neprůkazný výsledek	2,0 %
		7	Pozitivní	14 %
	Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 84 %	
H2	Všechny výsledky	2	Negativní	3,9 %
		>>> 49	Pozitivní	96 %
	Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 96 %	
	Celková úspěšnost: 82 %			

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
3: UC				
(614) Fyzické sklo (UC)				
A3	Všechny výsledky	>>> 36	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 36	Úspěšnost: 100 %		
B3	Všechny výsledky	>>> 36	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 36	Úspěšnost: 100 %		
C3	Všechny výsledky	>>> 33	Negativní	92 %
		3	Pozitivní	8,3 %
	Celkem za vzorek: n = 36	Úspěšnost: 92 %		
D3	Všechny výsledky	>>> 29	Negativní	81 %
		1	Neprůkazný výsledek	2,8 %
		6	Pozitivní	17 %
	Celkem za vzorek: n = 36	Úspěšnost: 81 %		
Celková úspěšnost: 94 %				
(615) Virtuální sklo (UC)				
E3	Všechny výsledky	1	Negativní	2,8 %
		>>> 35	Pozitivní	97 %
	Celkem za vzorek: n = 36	Úspěšnost: 97 %		
F3	Všechny výsledky	3	Negativní	8,3 %
		>>> 33	Pozitivní	92 %
	Celkem za vzorek: n = 36	Úspěšnost: 92 %		
G3	Všechny výsledky	>>> 33	Negativní	92 %
		3	Pozitivní	8,3 %
	Celkem za vzorek: n = 36	Úspěšnost: 92 %		
H3	Všechny výsledky	± 19	Negativní	53 %
		± 17	Pozitivní	47 %
	Celkem za vzorek: n = 36	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
Celková úspěšnost: 92 %				
4: HNSCC				
(619) Fyzické sklo (HNSCC)				
A4	Všechny výsledky	± 13	Negativní	35 %
		± 3	Neprůkazný výsledek	8,1 %
		± 21	Pozitivní	57 %
	Celkem za vzorek: n = 37	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
B4	Všechny výsledky	1	Negativní	2,7 %
		>>> 36	Pozitivní	97 %
	Celkem za vzorek: n = 37	Úspěšnost: 97 %		
C4	Všechny výsledky	± 24	Negativní	65 %
		± 1	Neprůkazný výsledek	2,7 %
		± 12	Pozitivní	32 %
	Celkem za vzorek: n = 37	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
D4	Všechny výsledky	>>> 37	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 37	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 97 %				
(620) Virtuální sklo (HNSCC)				
E4	Všechny výsledky	3	Negativní	8,1 %
		>>> 34	Pozitivní	92 %
	Celkem za vzorek: n = 37	Úspěšnost: 92 %		
F4	Všechny výsledky (bez samostatných skupin)	4	Negativní	11 %
		>>> 30	Pozitivní	81 %
	(13) cut-off = 20	± 1	Negativní	2,7 %
		± 2	Pozitivní	5,4 %
	Celkem za vzorek: n = 37	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): 88 %		
G4	Všechny výsledky	± 13	Negativní	35 %
		± 24	Pozitivní	65 %
	Celkem za vzorek: n = 37	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
H4	Všechny výsledky	± 25	Negativní	68 %
		± 1	Neprůkazný výsledek	2,7 %
		± 11	Pozitivní	30 %
	Celkem za vzorek: n = 37	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
Celková úspěšnost: 86 %				