

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: SEDI/22 - Sedimentační rychlost erytrocytů

Stop termín: 01.04.2022

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(541) Sedimentace erytrocytů za 1 h	[mm/1hod]				147							147	144	98%
Vzorok a skupiny														
Vzorek A		59,8	9,8	16	147	CVP	59,8	2,0	asym.	29	90	147	145	99%
(1) Přístroj		64,0	10	16	34	0						34		
(2) Manuálně		58,6	9,4	16	113	0						113		
Vzorek B		5,91	1,4	23	147	CVP	5,91	0,28	asym.	1	11,1	147	144	98%
(1) Přístroj		6,23	1,5	25	34	0						34		
(2) Manuálně		5,78	1,2	21	113	0						113		
(542) Sedimentace erytrocytů za 2 h	[mm/2hod]				142							142	135	95%
Vzorok a skupiny														
Vzorek A		113	15	14	142	CVP	113	3,2	asym.	56	170	142	140	99%
(1) Přístroj		118	15	12	29	0						29		
(2) Manuálně		112	15	13	113	0						113		
Vzorek B		12,8	2,6	20	142	CVP	12,8	0,53	asym.	6	20	142	136	96%
(1) Přístroj		12,8	3,4	27	29	0						29		
(2) Manuálně		12,8	2,4	19	113	0						113		

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 05.04.2022