

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: SED1/22 - Sedimentační rychlost erytrocytů

Stop termín: 01.04.2022

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(541) Sedimentace erytrocytů za 1 h	[mm/1hod]				147							147	144	98%
----- Vzorky a skupiny -----														
Vzorek A		59,8	9,8	16	147	CVP	59,8	2,0	asym.	29	90	147	145	99%
(0) neuvedeno		57,5	8,6	15	24	0						24		
(5) Dialab		54,5	14	26	8	0						8		
(88) Becton Dickinson		57,4	8,3	14	23	0						23		
(121) Greiner		57,2	8,5	15	36	0						36		
(123) Sarstedt		68,6	5,9	8,6	29	0						29		
(999) jiný výrobce		59,0	9,3	16	26	0						26		
Ostatní					1	0						1		
														1x 998
Vzorek B		5,91	1,4	23	147	CVP	5,91	0,28	asym.	1	11,1	147	144	98%
(0) neuvedeno		6,25	1,5	24	24	0						24		
(5) Dialab		5,00	1,5	30	8	0						8		
(88) Becton Dickinson		5,69	1,1	19	23	0						23		
(121) Greiner		5,48	1,1	19	36	0						36		
(123) Sarstedt		6,67	1,1	17	29	0						29		
(999) jiný výrobce		5,59	1,3	23	26	0						26		
Ostatní					1	0						1		
														1x 998
(542) Sedimentace erytrocytů za 2 h	[mm/2hod]				142							142	135	95%
----- Vzorky a skupiny -----														
Vzorek A		113	15	14	142	CVP	113	3,2	asym.	56	170	142	140	99%
(0) neuvedeno		109	11	10	24	0						24		
(5) Dialab		102	13	12	7	0						7		
(88) Becton Dickinson		110	11	9,9	23	0						23		
(121) Greiner		111	13	12	35	0						35		
(123) Sarstedt		134	22	17	27	0						27		
(999) jiný výrobce		109	10	9,6	25	0						25		
Ostatní					1	0						1		
														1x 998
Vzorek B		12,8	2,6	20	142	CVP	12,8	0,53	asym.	6	20	142	136	96%
(0) neuvedeno		13,8	2,8	20	24	0						24		
(5) Dialab		11,0	3,0	27	7	0						7		
(88) Becton Dickinson		12,5	2,1	17	23	0						23		
(121) Greiner		12,3	3,1	25	35	0						35		
(123) Sarstedt		13,6	1,6	12	27	0						27		
(999) jiný výrobce		12,3	2,5	20	25	0						25		
Ostatní					1	0						1		
														1x 998

st_kn_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 05.04.2022