

Cyklus EHK: AIH1/23 - Autoimunitní hepatopatie

Stop termín: 10.3.2023

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota
 CVP = konsenzus všech účastníků
 >>> ... očekávaný výsledek
 > ... akceptovatelný výsledek
 ± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
 N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
 N_{suc} = počet úspěšných výsledků
 S_{rel} = relativní úspěšnost

| Zkouška Vzorek Skupina | Četnosti výsledků | | | | Úspěšnost | | |
|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | AV | N _{tot} | N _{rel} [%] | Výsledek | N _{eva} | N _{suc} | S _{rel} [%] |
| (451) AMA | | 53 | | | 53 | 52 | 98 |
| Vzorek A | | 53 | | | 53 | 52 | 98 |
| Všechny výsledky | | 1 | 1,9 | Negativní | | | |
| | CVP >>> | 52 | 98 | Pozitivní | | | |
| Vzorek B | | 53 | | | 53 | 53 | 100 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 53 | 100 | Negativní | | | |
| (456) AMA-M2 | | 63 | | | 63 | 62 | 98 |
| Vzorek A | | 63 | | | 63 | 63 | 100 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 63 | 100 | Pozitivní | | | |
| Vzorek B | | 63 | | | 63 | 62 | 98 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 62 | 98 | Negativní | | | |
| | | 1 | 1,6 | Pozitivní | | | |
| (454) anti-gp210 | | 49 | | | 49 | 49 | 100 |
| Vzorek A | | 49 | | | 49 | 49 | 100 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 49 | 100 | Pozitivní | | | |
| Vzorek B | | 49 | | | 49 | 49 | 100 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 49 | 100 | Negativní | | | |
| (457) anti-LC-1 | | 58 | | | 58 | 58 | 100 |
| Vzorek A | | 58 | | | 58 | 58 | 100 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 58 | 100 | Negativní | | | |
| Vzorek B | | 58 | | | 58 | 58 | 100 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 58 | 100 | Negativní | | | |
| (452) anti-LKM | | 46 | | | 46 | 45 | 98 |
| Vzorek A | | 46 | | | 46 | 46 | 100 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 46 | 100 | Negativní | | | |
| Vzorek B | | 46 | | | 46 | 45 | 98 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 45 | 98 | Negativní | | | |
| | | 1 | 2,2 | Pozitivní | | | |
| (455) anti-LKM1 | | 62 | | | 62 | 62 | 100 |
| Vzorek A | | 62 | | | 62 | 62 | 100 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 62 | 100 | Negativní | | | |
| Vzorek B | | 62 | | | 62 | 62 | 100 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 62 | 100 | Negativní | | | |
| (458) anti-SLA | | 60 | | | 60 | 60 | 100 |
| Vzorek A | | 60 | | | 60 | 60 | 100 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 60 | 100 | Negativní | | | |
| Vzorek B | | 60 | | | 60 | 60 | 100 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 60 | 100 | Negativní | | | |
| (459) anti-sp100 | | 49 | | | 0 | | |
| Vzorek A | | 49 | | | 0 | | |
| Všechny výsledky | ± | 10 | 20 | Negativní | | | |
| | ± | 13 | 27 | Neprůkazný výsledek (hraniční) | | | |
| | ± | 26 | 53 | Pozitivní | | | |
| Vzorek B | | 49 | | | 0 | | |
| Všechny výsledky | ± | 38 | 78 | Negativní | | | |
| | ± | 7 | 14 | Neprůkazný výsledek (hraniční) | | | |
| | ± | 4 | 8,2 | Pozitivní | | | |
| (453) SMA | | 54 | | | 54 | 54 | 100 |
| Vzorek A | | 54 | | | 54 | 54 | 100 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 54 | 100 | Negativní | | | |
| Vzorek B | | 54 | | | 54 | 54 | 100 |
| Všechny výsledky | CVP >>> | 54 | 100 | Negativní | | | |