

Cyklus EHK: AIH1/23 - Autoimunitní hepatopatie

Stop termín: 10.3.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

AV = vztažná hodnota
 CVP = konsenzus všech účastníků
 >>> ... očekávaný výsledek
 > ... akceptovatelný výsledek
 ± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
 N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
 N_{suc} = počet úspěšných výsledků
 S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(451) AMA		53			53	52	98
Vzorek A		53			53	52	98
(52) Dynex	CVP >>>	1	1,9	Pozitivní			
(87) Euroimmun		1	1,9	Negativní			
	CVP >>>	26	49	Pozitivní			
(115) BioSystems	CVP >>>	5	9,4	Pozitivní			
(142) Immco Diagnostics	CVP >>>	1	1,9	Pozitivní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	3	5,7	Pozitivní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	15	28	Pozitivní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,9	Pozitivní			
Vzorek B		53			53	53	100
(52) Dynex	CVP >>>	1	1,9	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	27	51	Negativní			
(115) BioSystems	CVP >>>	5	9,4	Negativní			
(142) Immco Diagnostics	CVP >>>	1	1,9	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	3	5,7	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	15	28	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,9	Negativní			
(456) AMA-M2		63			63	62	98
Vzorek A		63			63	63	100
(2) GA Generic Assays	CVP >>>	5	7,9	Pozitivní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,6	Pozitivní			
(52) Dynex	CVP >>>	2	3,2	Pozitivní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	29	46	Pozitivní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	6	9,5	Pozitivní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	1	1,6	Pozitivní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	3	4,8	Pozitivní			
(191) D-tek	CVP >>>	13	21	Pozitivní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	3	4,8	Pozitivní			
Vzorek B		63			63	62	98
(2) GA Generic Assays	CVP >>>	5	7,9	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,6	Negativní			
(52) Dynex	CVP >>>	1	1,6	Negativní			
		1	1,6	Pozitivní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	29	46	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	6	9,5	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	1	1,6	Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	3	4,8	Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	13	21	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	3	4,8	Negativní			
(454) anti-gp210		49			49	49	100
Vzorek A		49			49	49	100
(2) GA Generic Assays	CVP >>>	5	10	Pozitivní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	2	Pozitivní			
(52) Dynex	CVP >>>	1	2	Pozitivní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	26	53	Pozitivní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	3	6,1	Pozitivní			
(191) D-tek	CVP >>>	11	22	Pozitivní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	2	4,1	Pozitivní			
Vzorek B		49			49	49	100
(2) GA Generic Assays	CVP >>>	5	10	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	2	Negativní			
(52) Dynex	CVP >>>	1	2	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	26	53	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	3	6,1	Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	11	22	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	2	4,1	Negativní			
(457) anti-LC-1		58			58	58	100
Vzorek A		58			58	58	100
(2) GA Generic Assays	CVP >>>	5	8,6	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(52) Dynex	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	31	53	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	2	3,4	Negativní			

Cyklus EHK: AIH1/23 - Autoimunitní hepatopatie

Stop termín: 10.3.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

Zkouška Vzorek Skupina	AV	N _{tot}	Četnosti výsledků		Výsledek	Úspěšnost		
			N _{rel} [%]			N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	2	3,4		Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	14	24		Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	2	3,4		Negativní			
Vzorek B		58				58	58	100
(2) GA Generic Assays	CVP >>>	5	8,6		Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,7		Negativní			
(52) Dynex	CVP >>>	1	1,7		Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	31	53		Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	2	3,4		Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	2	3,4		Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	14	24		Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	2	3,4		Negativní			
(452) anti-LKM		46				46	45	98
Vzorek A		46				46	46	100
(87) Euroimmun	CVP >>>	24	52		Negativní			
(115) BioSystems	CVP >>>	5	11		Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	1	2,2		Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	15	33		Negativní			
(998) vlastní výroba	CVP >>>	1	2,2		Negativní			
Vzorek B		46				46	45	98
(87) Euroimmun	CVP >>>	23	50		Negativní			
		1	2,2		Pozitivní			
(115) BioSystems	CVP >>>	5	11		Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	1	2,2		Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	15	33		Negativní			
(998) vlastní výroba	CVP >>>	1	2,2		Negativní			
(455) anti-LKM1		62				62	62	100
Vzorek A		62				62	62	100
(2) GA Generic Assays	CVP >>>	5	8,1		Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,6		Negativní			
(52) Dynex	CVP >>>	1	1,6		Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	29	47		Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	7	11		Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	2	3,2		Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	1	1,6		Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	12	19		Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	1	1,6		Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	3	4,8		Negativní			
Vzorek B		62				62	62	100
(2) GA Generic Assays	CVP >>>	5	8,1		Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,6		Negativní			
(52) Dynex	CVP >>>	1	1,6		Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	29	47		Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	7	11		Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	2	3,2		Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	1	1,6		Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	12	19		Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	1	1,6		Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	3	4,8		Negativní			
(458) anti-SLA		60				60	60	100
Vzorek A		60				60	60	100
(2) GA Generic Assays	CVP >>>	5	8,3		Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,7		Negativní			
(52) Dynex	CVP >>>	1	1,7		Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	29	48		Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	5	8,3		Negativní			
(147) AIDA	CVP >>>	1	1,7		Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	2	3,3		Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	14	23		Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	2	3,3		Negativní			
Vzorek B		60				60	60	100
(2) GA Generic Assays	CVP >>>	5	8,3		Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,7		Negativní			
(52) Dynex	CVP >>>	1	1,7		Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	29	48		Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	5	8,3		Negativní			
(147) AIDA	CVP >>>	1	1,7		Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	2	3,3		Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	14	23		Negativní			

Cyklus EHK: AIH1/23 - Autoimunitní hepatopatie

Stop termín: 10.3.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

Zkouška Vzorek Skupina	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	Úspěšnost		
					N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(999) jiný výrobce	CVP >>>	2	3,3	Negativní			
(459) anti-sp100		49					0
Vzorek A		49					0
(2) GA Generic Assays	±	3	6,1	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	±	2	4,1	Pozitivní			
(49) BioVendor	±	1	2	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
(52) Dynex	±	1	2	Pozitivní			
(87) Euroimmun	±	5	10	Negativní			
	±	4	8,2	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	±	17	35	Pozitivní			
(135) OrgenTec	±	3	6,1	Pozitivní			
(191) D-tek	±	5	10	Negativní			
	±	3	6,1	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	±	3	6,1	Pozitivní			
(999) jiný výrobce	±	2	4,1	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
Vzorek B		49					0
(2) GA Generic Assays	±	4	8,2	Negativní			
	±	1	2	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
(49) BioVendor	±	1	2	Negativní			
(52) Dynex	±	1	2	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
(87) Euroimmun	±	18	37	Negativní			
	±	4	8,2	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	±	4	8,2	Pozitivní			
(135) OrgenTec	±	2	4,1	Negativní			
	±	1	2	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
(191) D-tek	±	11	22	Negativní			
(999) jiný výrobce	±	2	4,1	Negativní			
(453) SMA		54			54	54	100
Vzorek A		54			54	54	100
(87) Euroimmun	CVP >>>	29	54	Negativní			
(115) BioSystems	CVP >>>	5	9,3	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	1	1,9	Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	1	1,9	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	16	30	Negativní			
(998) vlastní výroba	CVP >>>	1	1,9	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,9	Negativní			
Vzorek B		54			54	54	100
(87) Euroimmun	CVP >>>	29	54	Negativní			
(115) BioSystems	CVP >>>	5	9,3	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	1	1,9	Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	1	1,9	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	16	30	Negativní			
(998) vlastní výroba	CVP >>>	1	1,9	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,9	Negativní			