

Cyklus EHK: AT1/23 - Autoprotilátky u tyreopatií

Stop termín: 17.4.2023

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledků

CVP = konsenzus všech účastníků

N_{rel} = relativní počet výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledků

CVPG = konsenzus skupin účastníků

S_{rel} = relativní úspěšnost

>>> ... očekávaný výsledek

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
Sada 1							
(576) anti-mikrosomy (TPO)		198			198	193	97
Vzorek A1		198			198	196	99
Všechny výsledky		2	1	Negativní			
	CVP >>>	196	99	Pozitivní			
Vzorek B1		198			198	193	97
Všechny výsledky		193	97	Negativní			
		1	0,5	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
		4	2	Pozitivní			
(575) anti-tyreoglobulin		192			128	126	98
Vzorek A1		192			192	191	99
Všechny výsledky		1	0,5	Negativní			
	CVP >>>	191	99	Pozitivní			
Vzorek B1		192			128	127	99
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)		127	66	Negativní			
		1	0,5	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
(1) Abbott		± 10	5,2	Negativní			
		± 5	2,6	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
		± 49	26	Pozitivní			
Sada 2							
(590) anti-TSH receptor		99			99	93	94
Vzorek A2		99			99	96	97
Všechny výsledky		96	97	Negativní			
		1	1	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
		2	2	Pozitivní			
Vzorek B2		99			99	95	96
Všechny výsledky		4	4	Negativní			
	CVP >>>	95	96	Pozitivní			