

Cyklus EHK: AT1/23 - Autoprotilátky u tyreopatií

Stop termín: 17.4.2023

Nastavení: Slovensko

AV = vztažná hodnota

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledků

CVP = konsenzus všech účastníků

N_{rel} = relativní počet výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledků

CVPG = konsenzus skupin účastníků

S_{rel} = relativní úspěšnost

>>> ... očekávaný výsledek

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
Sada 1							
(576) anti-mikrosomy (TPO)		20			20	18	90
Vzorek A1		20			20	19	95
Všechny výsledky		1	5	Negativní			
	CVP >>>	19	95	Pozitivní			
Vzorek B1		20			20	18	90
Všechny výsledky		2	10	Pozitivní			
	CVP >>>	18	90	Negativní			
(575) anti-tyreoglobulin		19			13	13	100
Vzorek A1		19			19	19	100
Všechny výsledky		19	100	Pozitivní			
	CVP >>>	19	100	Pozitivní			
Vzorek B1		19			13	13	100
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)		13	68	Negativní			
(1) Abbott		±	1	5,3	Negativní		
		±	2	11	Neprůkazný výsledek (hraniční)		
		±	3	16	Pozitivní		
Sada 2							
(590) anti-TSH receptor		11			11	8	73
Vzorek A2		11			11	9	82
Všechny výsledky		9	82	Negativní			
	CVP >>>	1	9,1	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
		1	9,1	Pozitivní			
Vzorek B2		11			11	10	91
Všechny výsledky		1	9,1	Negativní			
	CVP >>>	10	91	Pozitivní			