

## Cyklus EHK: CRP2/23 - Stanovení CRP

Stop termín: 19.5.2023

Nastavení: skupiny - princip měření; Slovensko; minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr

SD = směrodatná odchylka

CV = variační koeficient

N<sub>tot</sub> = celkový počet výsledkůN<sub>out</sub> = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota

CVP = konsenzus všech účastníků

U<sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)D<sub>max</sub> = přijatelný rozdíl

LL = dolní mez

UL = horní mez

N<sub>eva</sub> = počet hodnocených výsledkůN<sub>suc</sub> = počet úspěšných výsledkůS<sub>rel</sub> = relativní úspěšnost

Zkouška							Srovnatelnost								
Vzorek		RoM	SD	CV	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>	
Skupina	[jednotka]			[%]										[%]	
(100) C-reaktivní protein	[mg/L]				34							34	33	97	
<b>Vzorek A</b>		26	2,2	8,3	34		CVP	26,1	0,37	24%	19,8	32,4	34	33	97
(2) Imunoturbidimetrie		26	2,2	8,3	33	0						33			
Ostatní					1	0						1			
							1x 3								
<b>Vzorek B</b>		58,3	5,4	9,2	34		CVP	55,1	0,84	24%	41,8	68,4	34	33	97
(2) Imunoturbidimetrie		58,1	5,3	9,1	33	0						33			
Ostatní					1	0						1			
							1x 3								