

Cyklus EHK: CSFK1/23 - Klinická analýza likvoru

Stop termín: 28.3.2023

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledků

CVP = konsenzus všech účastníků

N_{rel} = relativní počet výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledků

>>> ... očekávaný výsledek

S_{rel} = relativní úspěšnost

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(411) Intratek. synt. IgA		21			21	21	100
Vzorek K		21			21	21	100
Všechny výsledky	CVP >>>	21	100	Syntéza není přítomna			
(410) Intratek. synt. IgG		38			38	38	100
Vzorek K		38			38	38	100
Všechny výsledky	CVP >>>	38	100	Syntéza není přítomna			
(412) Intratek. synt. IgM		24			24	23	96
Vzorek K		24			24	23	96
Všechny výsledky	CVP >>>	23	96	Syntéza není přítomna			
		1	4,2	Syntéza je přítomna			
(413) Permeabilita bariéry		46			46	46	100
Vzorek K		46			46	46	100
Všechny výsledky	CVP >>>	46	100	Permeabilita BCB je zvýšená			