

Cyklus EHK: DGP1/23 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 17.2.2023

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledků

CVP = konsenzus všech účastníků

N_{rel} = relativní počet výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledků

CVPG = konsenzus skupin účastníků

S_{rel} = relativní úspěšnost

>>> ... očekávaný výsledek

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(268) Bilirubin		298			276	273	99
Vzorek A		298			298	296	99
Všechny výsledky		1	0,3	Neuvedeno			
	CVP >>>	296	99	Negativní			
		1	0,3	3+, 4+			
Vzorek B		298			276	274	99
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)		1	0,3	Neuvedeno			
		1	0,3	Negativní			
	>	9	3	1+, 2+			
	CVP >>>	265	89	3+, 4+			
(223) Iris iChem Velocity		±	10	3,4	Negativní		
		±	8	2,7	1+, 2+		
		±	4	1,3	3+, 4+		
(264) Celková bílkovina		300			300	289	96
Vzorek A		300			300	299	100
Všechny výsledky	CVP >>>	299	100	Negativní, < 0,3 g/L			
		1	0,3	> 2,5 g/L			
Vzorek B		300			300	289	96
Všechny výsledky		2	0,7	Negativní, < 0,3 g/L			
		9	3	0,3 - 0,5 g/L			
	>	106	35	0,51 - 2,5 g/L			
	CVP >>>	183	61	> 2,5 g/L			
(261) Glukóza		300			300	293	98
Vzorek A		300			300	299	100
Všechny výsledky	CVP >>>	299	100	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
		1	0,3	11,1 - 28 mmol/L			
Vzorek B		300			300	293	98
Všechny výsledky		1	0,3	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
		6	2	2,81 - 11 mmol/L			
	>	82	27	11,1 - 28 mmol/L			
	CVP >>>	211	70	> 28 mmol/L			
(275) hCG		13			13	13	100
Vzorek A		13			13	13	100
Všechny výsledky	CVP >>>	13	100	Negativní			
Vzorek B		13			13	13	100
Všechny výsledky	CVP >>>	13	100	Pozitivní			
(263) Ketony		299			299	295	99
Vzorek A		299			299	298	100
Všechny výsledky	CVP >>>	298	100	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
		1	0,3	1+, 2+			
Vzorek B		299			299	295	99
Všechny výsledky		1	0,3	Neuvedeno			
		3	1	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
	>	142	47	1+, 2+			
	CVP >>>	153	51	3+, 4+			
(272) Krev		300			300	294	98
Vzorek A		300			300	297	99
Všechny výsledky	CVP >>>	297	99	Negativní			
		1	0,3	5 - 12 ery/ μ L			
		1	0,3	13 - 50 ery/ μ L			
		1	0,3	> 50 ery/ μ L			
Vzorek B		300			300	296	99
Všechny výsledky		1	0,3	Negativní			
		3	1	5 - 12 ery/ μ L			
	>	56	19	13 - 50 ery/ μ L			
	CVP >>>	240	80	> 50 ery/ μ L			
(270) Leukocyty		265			265	253	95
Vzorek A		265			265	263	99
Všechny výsledky	CVP >>>	263	99	Negativní			
		1	0,4	10 - 50 leu/ μ L			
		1	0,4	> 250 leu/ μ L			
Vzorek B		265			265	254	96
Všechny výsledky		1	0,4	Negativní			

Cyklus EHK: DGP1/23 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 17.2.2023

Nastavení: všechna data

Zkouška Vzorek Skupina	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	Úspěšnost		
					N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
		10	3,8	10 - 50 leu/μL			
	>	73	28	51 - 250 leu/μL			
	CVP >>>	181	68	> 250 leu/μL			
(274) Nitrity		270			270	266	99
Vzorek A		270			270	269	100
Všechny výsledky	CVP >>>	269	100	Negativní			
		1	0,4	Pozitivní			
Vzorek B		270			270	266	99
Všechny výsledky		4	1,5	Negativní			
	CVP >>>	266	99	Pozitivní			
(273) pH		300			300	296	99
Vzorek A		300			300	297	99
Všechny výsledky	CVP >>>	171	57	5,0			
	>	90	30	5,5			
	>	36	12	6,0			
		2	0,7	6,5			
		1	0,3	7,0			
Vzorek B		300			300	298	99
Všechny výsledky		1	0,3	5,0			
		1	0,3	5,5			
	>	4	1,3	6,0			
	>	59	20	6,5			
	CVP >>>	160	53	7,0			
	>	68	23	7,5			
	>	7	2,3	8,0			
(266) Urobilinogen		300			300	298	99
Vzorek A		300			300	299	100
Všechny výsledky	CVP >>>	299	100	Negativní, < 17 μmol/L			
		1	0,3	1+, 2+			
Vzorek B		300			300	298	99
Všechny výsledky		2	0,7	Negativní, < 17 μmol/L			
	>	89	30	1+, 2+			
	CVP >>>	209	70	3+, 4+			