

Cyklus EHK: DGP1/23 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 17.2.2023

Nastavení: Slovensko

AV = vztažná hodnota

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledků

CVP = konsenzus všech účastníků

N_{rel} = relativní počet výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledků

CVPG = konsenzus skupin účastníků

S_{rel} = relativní úspěšnost

>>> ... očekávaný výsledek

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(268) Bilirubin		27			22	22	100
Vzorek A		27			27	27	100
Všechny výsledky	CVP >>>	27	100	Negativní			
Vzorek B		27			22	22	100
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)	>	1	3,7	1+, 2+			
	CVP >>>	21	78	3+, 4+			
(223) Iris iChem Velocity		2	7,4	Negativní			
	±	2	7,4	1+, 2+			
	±	1	3,7	3+, 4+			
(264) Celková bílkovina		27			27	27	100
Vzorek A		27			27	27	100
Všechny výsledky	CVP >>>	27	100	Negativní, < 0,3 g/L			
Vzorek B		27			27	27	100
Všechny výsledky	>	10	37	0,51 - 2,5 g/L			
	CVP >>>	17	63	> 2,5 g/L			
(261) Glukóza		27			27	26	96
Vzorek A		27			27	27	100
Všechny výsledky	CVP >>>	27	100	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
Vzorek B		27			27	26	96
Všechny výsledky		1	3,7	2,81 - 11 mmol/L			
	>	9	33	11,1 - 28 mmol/L			
	CVP >>>	17	63	> 28 mmol/L			
(275) hCG		4			4	4	100
Vzorek A		4			4	4	100
Všechny výsledky	CVP >>>	4	100	Negativní			
Vzorek B		4			4	4	100
Všechny výsledky	CVP >>>	4	100	Pozitivní			
(263) Ketony		26			26	26	100
Vzorek A		26			26	26	100
Všechny výsledky	CVP >>>	26	100	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
Vzorek B		26			26	26	100
Všechny výsledky	>	14	54	1+, 2+			
	CVP >>>	12	46	3+, 4+			
(272) Krev		27			27	27	100
Vzorek A		27			27	27	100
Všechny výsledky	CVP >>>	27	100	Negativní			
Vzorek B		27			27	27	100
Všechny výsledky	>	6	22	13 - 50 ery/μL			
	CVP >>>	21	78	> 50 ery/μL			
(270) Leukocyty		25			25	23	92
Vzorek A		25			25	25	100
Všechny výsledky	CVP >>>	25	100	Negativní			
Vzorek B		25			25	23	92
Všechny výsledky		2	8	10 - 50 leu/μL			
	>	5	20	51 - 250 leu/μL			
	CVP >>>	18	72	> 250 leu/μL			
(274) Nitrity		26			26	26	100
Vzorek A		26			26	26	100
Všechny výsledky	CVP >>>	26	100	Negativní			
Vzorek B		26			26	26	100
Všechny výsledky	CVP >>>	26	100	Pozitivní			
(273) pH		27			27	27	100
Vzorek A		27			27	27	100
Všechny výsledky	CVP >>>	13	48	5,0			
	>	10	37	5,5			
	>	4	15	6,0			
Vzorek B		27			27	27	100
Všechny výsledky	>	6	22	6,5			
	CVP >>>	13	48	7,0			
	>	7	26	7,5			
	>	1	3,7	8,0			

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(266) Urobilinogen		27			27	27	100
Vzorek A		27			27	27	100
Všechny výsledky	CVP >>>	27	100	Negativní, < 17 µmol/L			
Vzorek B		27			27	27	100
Všechny výsledky	>	13	48	1+, 2+			
	CVP >>>	14	52	3+, 4+			