

Cyklus EHK: HS1/23 - Hemokoagulace speciální

Stop termín: 16.6.2023

Nastavení: skupiny - princip měření; Slovensko

AV = vztažná hodnota

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledků

CVP = konsenzus všech účastníků

N_{rel} = relativní počet výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledků

>>> ... očekávaný výsledek

S_{rel} = relativní úspěšnost

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(488) APC - rezistence		7			7	6	86
Vzorek A3		7			7	6	86
(1) Koagulační stanovení	CVP >>>	6	86	Negativní			
		1	14	Pozitivní			