

Cyklus EHK: IH1/23 - Imunohematologie

Stop termín: 10.3.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

AV = vztažná hodnota

RV = referenční hodnota

>>> ... očekávaný výsledek

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{rel} = relativní počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledkůS_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
Sada 1 a 2								
(700) AB0 skupina		189			189	189	100	
Vzorky E1 a S1		189			189	189	100	
(6) APR	RV >>>	1	0,5	Krevní skupina: A				
(14) Bio-Rad	RV >>>	62	33	Krevní skupina: A				
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV >>>	1	0,5	Krevní skupina: A				
(52) Dynex	RV >>>	2	1,1	Krevní skupina: A				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	6	3,2	Krevní skupina: A				
(80) DiaMed	RV >>>	9	4,8	Krevní skupina: A				
(159) Grifols	RV >>>	67	35	Krevní skupina: A				
(171) Diagast	RV >>>	2	1,1	Krevní skupina: A				
(172) Immucor	RV >>>	23	12	Krevní skupina: A				
(173) Sanguin	RV >>>	4	2,1	Krevní skupina: A				
(174) IVT Imuno	RV >>>	4	2,1	Krevní skupina: A				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	2	1,1	Krevní skupina: A				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	1	0,5	Krevní skupina: A				
(999) jiný výrobce	RV >>>	5	2,6	Krevní skupina: A				
Vzorky E2 a S2		189			189	189	100	
(6) APR	RV >>>	1	0,5	Krevní skupina: 0				
(14) Bio-Rad	RV >>>	62	33	Krevní skupina: 0				
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV >>>	1	0,5	Krevní skupina: 0				
(52) Dynex	RV >>>	2	1,1	Krevní skupina: 0				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	6	3,2	Krevní skupina: 0				
(80) DiaMed	RV >>>	9	4,8	Krevní skupina: 0				
(159) Grifols	RV >>>	67	35	Krevní skupina: 0				
(171) Diagast	RV >>>	2	1,1	Krevní skupina: 0				
(172) Immucor	RV >>>	23	12	Krevní skupina: 0				
(173) Sanguin	RV >>>	4	2,1	Krevní skupina: 0				
(174) IVT Imuno	RV >>>	4	2,1	Krevní skupina: 0				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	2	1,1	Krevní skupina: 0				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	1	0,5	Krevní skupina: 0				
(999) jiný výrobce	RV >>>	5	2,6	Krevní skupina: 0				
(703) A podskupina		49			49	48	98	
Vzorky E1 a S1		49			49	48	98	
(0) neuvedeno	RV >>>	48	98	A podskupina A1				
		1	2	A podskupina A2				
Vzorky E2 a S2		49			49	49	100	
(0) neuvedeno	RV >>>	49	100	Neuvedeno				
(705) Rh D antigen (dárce)		113			113	111	98	
Vzorky E1 a S1		113			113	111	98	
(0) neuvedeno		1	0,9	Neuvedeno				
(14) Bio-Rad	RV >>>	41	36	Negativní (RhD-)				
(52) Dynex	RV >>>	3	2,7	Negativní (RhD-)				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	2	1,8	Negativní (RhD-)				
(80) DiaMed	RV >>>	3	2,7	Negativní (RhD-)				
(159) Grifols		1	0,9	Neuvedeno				
	RV >>>	32	28	Negativní (RhD-)				
(171) Diagast	RV >>>	2	1,8	Negativní (RhD-)				
(172) Immucor	RV >>>	20	18	Negativní (RhD-)				
(173) Sanguin	RV >>>	1	0,9	Negativní (RhD-)				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	0,9	Negativní (RhD-)				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	0,9	Negativní (RhD-)				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	3	2,7	Negativní (RhD-)				
(999) jiný výrobce	RV >>>	2	1,8	Negativní (RhD-)				
Vzorky E2 a S2		113			113	113	100	
(0) neuvedeno	RV >>>	1	0,9	Pozitivní (RhD+)				
(14) Bio-Rad	RV >>>	41	36	Pozitivní (RhD+)				
(52) Dynex	RV >>>	3	2,7	Pozitivní (RhD+)				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	2	1,8	Pozitivní (RhD+)				
(80) DiaMed	RV >>>	3	2,7	Pozitivní (RhD+)				
(159) Grifols	RV >>>	33	29	Pozitivní (RhD+)				
(171) Diagast	RV >>>	2	1,8	Pozitivní (RhD+)				
(172) Immucor	RV >>>	20	18	Pozitivní (RhD+)				
(173) Sanguin	RV >>>	1	0,9	Pozitivní (RhD+)				

Cyklus EHK: IH1/23 - Imunohematologie

Stop termín: 10.3.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	0,9	Pozitivní (RhD+)			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	0,9	Pozitivní (RhD+)			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	3	2,7	Pozitivní (RhD+)			
(999) jiný výrobce	RV	>>>	2	1,8	Pozitivní (RhD+)			
(709) Rh D antigen (příjemce/ těhotná/ novorozenec)			182			182	181	99
Vzorky E1 a S1			182			182	182	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	60	33	Negativní (RhD-)			
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV	>>>	1	0,5	Negativní (RhD-)			
(52) Dynex	RV	>>>	1	0,5	Negativní (RhD-)			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	6	3,3	Negativní (RhD-)			
(80) DiaMed	RV	>>>	7	3,8	Negativní (RhD-)			
(159) Grifols	RV	>>>	64	35	Negativní (RhD-)			
(170) Biotest	RV	>>>	1	0,5	Negativní (RhD-)			
(171) Diagast	RV	>>>	2	1,1	Negativní (RhD-)			
(172) Immucor	RV	>>>	26	14	Negativní (RhD-)			
(173) Sanguin	RV	>>>	4	2,2	Negativní (RhD-)			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	2	1,1	Negativní (RhD-)			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	0,5	Negativní (RhD-)			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	3	1,6	Negativní (RhD-)			
(999) jiný výrobce	RV	>>>	4	2,2	Negativní (RhD-)			
Vzorky E2 a S2			182			182	181	99
(14) Bio-Rad			1	0,5	Negativní (RhD-)			
	RV	>>>	59	32	Pozitivní (RhD+)			
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV	>>>	1	0,5	Pozitivní (RhD+)			
(52) Dynex	RV	>>>	1	0,5	Pozitivní (RhD+)			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	6	3,3	Pozitivní (RhD+)			
(80) DiaMed	RV	>>>	7	3,8	Pozitivní (RhD+)			
(159) Grifols	RV	>>>	64	35	Pozitivní (RhD+)			
(170) Biotest	RV	>>>	1	0,5	Pozitivní (RhD+)			
(171) Diagast	RV	>>>	2	1,1	Pozitivní (RhD+)			
(172) Immucor	RV	>>>	26	14	Pozitivní (RhD+)			
(173) Sanguin	RV	>>>	4	2,2	Pozitivní (RhD+)			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	2	1,1	Pozitivní (RhD+)			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	0,5	Pozitivní (RhD+)			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	3	1,6	Pozitivní (RhD+)			
(999) jiný výrobce	RV	>>>	4	2,2	Pozitivní (RhD+)			
(715) Antigen C			95			95	95	100
Vzorky E1 a S1			95			95	95	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	40	42	Negativní			
(50) Merck	RV	>>>	1	1,1	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	6	6,3	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	33	35	Negativní			
(171) Diagast	RV	>>>	1	1,1	Negativní			
(172) Immucor	RV	>>>	8	8,4	Negativní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	1,1	Negativní			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	1,1	Negativní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	3	3,2	Negativní			
(999) jiný výrobce	RV	>>>	1	1,1	Negativní			
Vzorky E2 a S2			95			95	95	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	40	42	Pozitivní			
(50) Merck	RV	>>>	1	1,1	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	6	6,3	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	33	35	Pozitivní			
(171) Diagast	RV	>>>	1	1,1	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	8	8,4	Pozitivní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	1,1	Pozitivní			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	1,1	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	3	3,2	Pozitivní			
(999) jiný výrobce	RV	>>>	1	1,1	Pozitivní			
(716) Antigen c			95			95	94	99
Vzorky E1 a S1			95			95	94	99
(14) Bio-Rad	RV	>>>	40	42	Pozitivní			
(50) Merck	RV	>>>	1	1,1	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	6	6,3	Pozitivní			
(159) Grifols			1	1,1	Negativní			
	RV	>>>	32	34	Pozitivní			
(171) Diagast	RV	>>>	1	1,1	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	8	8,4	Pozitivní			

Cyklus EHK: IH1/23 - Imunohematologie

Stop termín: 10.3.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	1,1	Pozitivní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	1,1	Pozitivní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	3	3,2	Pozitivní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	1,1	Pozitivní				
Vzorky E2 a S2		95			95	95	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	40	42	Negativní				
(50) Merck	RV >>>	1	1,1	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	6	6,3	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	33	35	Negativní				
(171) Diagast	RV >>>	1	1,1	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	8	8,4	Negativní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	1,1	Negativní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	1,1	Negativní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	3	3,2	Negativní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	1,1	Negativní				
(718) Antigen E		96			96	96	100	
Vzorky E1 a S1		96			96	96	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	41	43	Negativní				
(50) Merck	RV >>>	1	1	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	6	6,3	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	33	34	Negativní				
(171) Diagast	RV >>>	1	1	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	8	8,3	Negativní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	1	Negativní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	1	Negativní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	3	3,1	Negativní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	1	Negativní				
Vzorky E2 a S2		96			96	96	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	41	43	Negativní				
(50) Merck	RV >>>	1	1	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	6	6,3	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	33	34	Negativní				
(171) Diagast	RV >>>	1	1	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	8	8,3	Negativní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	1	Negativní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	1	Negativní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	3	3,1	Negativní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	1	Negativní				
(719) Antigen e		95			95	95	100	
Vzorky E1 a S1		95			95	95	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	39	41	Pozitivní				
(17) Biogema	RV >>>	1	1,1	Pozitivní				
(50) Merck	RV >>>	1	1,1	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	6	6,3	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	33	35	Pozitivní				
(171) Diagast	RV >>>	1	1,1	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	8	8,4	Pozitivní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	1,1	Pozitivní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	1,1	Pozitivní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	3	3,2	Pozitivní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	1,1	Pozitivní				
Vzorky E2 a S2		95			95	95	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	39	41	Pozitivní				
(17) Biogema	RV >>>	1	1,1	Pozitivní				
(50) Merck	RV >>>	1	1,1	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	6	6,3	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	33	35	Pozitivní				
(171) Diagast	RV >>>	1	1,1	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	8	8,4	Pozitivní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	1,1	Pozitivní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	1,1	Pozitivní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	3	3,2	Pozitivní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	1,1	Pozitivní				
(717) Antigen C^w		79			79	79	100	
Vzorky E1 a S1		79			79	79	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	28	35	Negativní				
(50) Merck	RV >>>	1	1,3	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	2	2,5	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	34	43	Negativní				

Cyklus EHK: IH1/23 - Imunohematologie

Stop termín: 10.3.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
(170) Biotest	RV >>>	1	1,3	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	7	8,9	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	2,5	Negativní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	2	2,5	Negativní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	1	1,3	Negativní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	1,3	Negativní				
Vzorky E2 a S2		79			79	79	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	28	35	Negativní				
(50) Merck	RV >>>	1	1,3	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	2	2,5	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	34	43	Negativní				
(170) Biotest	RV >>>	1	1,3	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	7	8,9	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	2,5	Negativní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	2	2,5	Negativní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	1	1,3	Negativní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	1,3	Negativní				
(720) Antigen K		103			103	103	100	
Vzorky E1 a S1		103			103	103	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	41	40	Negativní				
(50) Merck	RV >>>	1	1	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	7	6,8	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	40	39	Negativní				
(171) Diagast	RV >>>	1	1	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	8	7,8	Negativní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	1	Negativní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	1	Negativní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	2	1,9	Negativní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	1	Negativní				
Vzorky E2 a S2		103			103	103	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	41	40	Negativní				
(50) Merck	RV >>>	1	1	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	7	6,8	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	40	39	Negativní				
(171) Diagast	RV >>>	1	1	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	8	7,8	Negativní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	1	Negativní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	1	Negativní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	2	1,9	Negativní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	1	Negativní				
(721) Antigen k		43			43	43	100	
Vzorky E1 a S1		43			43	43	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	10	23	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	2	4,7	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	2	4,7	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	11	26	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	9	21	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	7	16	Pozitivní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	2,3	Pozitivní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	2,3	Pozitivní				
Vzorky E2 a S2		43			43	43	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	10	23	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	2	4,7	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	2	4,7	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	11	26	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	9	21	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	7	16	Pozitivní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	2,3	Pozitivní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	2,3	Pozitivní				
(738) Antigen Kp^a		19			19	17	89	
Vzorky E1 a S1		19			19	19	100	
(0) neuvedeno	RV >>>	3	16	Negativní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	5	26	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	5,3	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	9	47	Negativní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	5,3	Negativní				
Vzorky E2 a S2		19			19	17	89	
(0) neuvedeno		1	5,3	Neuvedeno				
	RV >>>	2	11	Negativní				

Cyklus EHK: IH1/23 - Imunohematologie

Stop termín: 10.3.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(14) Bio-Rad		1	5,3	Neuvedeno			
	RV >>>	4	21	Negativní			
(80) DiaMed	RV >>>	1	5,3	Negativní			
(159) Grifols	RV >>>	9	47	Negativní			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	5,3	Negativní			
(739) Antigen Kp^b		10			10	8	80
Vzorky E1 a S1		10			10	10	100
(0) neuvedeno	RV >>>	2	20	Pozitivní			
(14) Bio-Rad	RV >>>	2	20	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV >>>	1	10	Pozitivní			
(159) Grifols	RV >>>	4	40	Pozitivní			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	10	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2		10			10	8	80
(0) neuvedeno		1	10	Neuvedeno			
	RV >>>	1	10	Pozitivní			
(14) Bio-Rad		1	10	Neuvedeno			
	RV >>>	1	10	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV >>>	1	10	Pozitivní			
(159) Grifols	RV >>>	4	40	Pozitivní			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	10	Pozitivní			
(729) Antigen Jk^a		48			48	47	98
Vzorky E1 a S1		48			48	47	98
(0) neuvedeno	RV >>>	1	2,1	Pozitivní			
(6) APR	RV >>>	1	2,1	Pozitivní			
(14) Bio-Rad	RV >>>	13	27	Pozitivní			
(52) Dynex	RV >>>	1	2,1	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	2	4,2	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV >>>	2	4,2	Pozitivní			
(159) Grifols	RV >>>	16	33	Pozitivní			
(172) Immucor	RV >>>	6	13	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV >>>	5	10	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV >>>	1	2,1	Negativní			
Vzorky E2 a S2		48			48	48	100
(0) neuvedeno	RV >>>	1	2,1	Pozitivní			
(6) APR	RV >>>	1	2,1	Pozitivní			
(14) Bio-Rad	RV >>>	13	27	Pozitivní			
(52) Dynex	RV >>>	1	2,1	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	2	4,2	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV >>>	2	4,2	Pozitivní			
(159) Grifols	RV >>>	16	33	Pozitivní			
(172) Immucor	RV >>>	6	13	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV >>>	5	10	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV >>>	1	2,1	Pozitivní			
(730) Antigen Jk^b		47			47	47	100
Vzorky E1 a S1		47			47	47	100
(0) neuvedeno	RV >>>	1	2,1	Negativní			
(6) APR	RV >>>	1	2,1	Negativní			
(14) Bio-Rad	RV >>>	12	26	Negativní			
(52) Dynex	RV >>>	1	2,1	Negativní			
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	2	4,3	Negativní			
(80) DiaMed	RV >>>	2	4,3	Negativní			
(159) Grifols	RV >>>	16	34	Negativní			
(172) Immucor	RV >>>	6	13	Negativní			
(173) Sanguin	RV >>>	5	11	Negativní			
(203) ANTITOXIN	RV >>>	1	2,1	Negativní			
Vzorky E2 a S2		47			47	47	100
(0) neuvedeno	RV >>>	1	2,1	Negativní			
(6) APR	RV >>>	1	2,1	Negativní			
(14) Bio-Rad	RV >>>	12	26	Negativní			
(52) Dynex	RV >>>	1	2,1	Negativní			
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	2	4,3	Negativní			
(80) DiaMed	RV >>>	2	4,3	Negativní			
(159) Grifols	RV >>>	16	34	Negativní			
(172) Immucor	RV >>>	6	13	Negativní			
(173) Sanguin	RV >>>	5	11	Negativní			
(203) ANTITOXIN	RV >>>	1	2,1	Negativní			
(727) Antigen Fy^a		48			48	47	98
Vzorky E1 a S1		48			48	47	98
(0) neuvedeno		1	2,1	Neuvedeno			

Cyklus EHK: IH1/23 - Imunohematologie

Stop termín: 10.3.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
(14) Bio-Rad	RV	>>>	13	27	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	4,2	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	2	4,2	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	19	40	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	5	10	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	4	8,3	Pozitivní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	2,1	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	1	2,1	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			48			48	48	100
(0) neuvedeno	RV	>>>	1	2,1	Negativní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	13	27	Negativní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	4,2	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	2	4,2	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	19	40	Negativní			
(172) Immucor	RV	>>>	5	10	Negativní			
(173) Sanguin	RV	>>>	4	8,3	Negativní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	2,1	Negativní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	1	2,1	Negativní			
(728) Antigen Fy^b			48			48	47	98
Vzorky E1 a S1			48			48	47	98
(0) neuvedeno			1	2,1	Neuvedeno			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	13	27	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	4,2	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	2	4,2	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	18	38	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	5	10	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	4	8,3	Pozitivní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	2,1	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	4,2	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			48			48	48	100
(0) neuvedeno	RV	>>>	1	2,1	Pozitivní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	13	27	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	4,2	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	2	4,2	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	18	38	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	5	10	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	4	8,3	Pozitivní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	2,1	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	4,2	Pozitivní			
(722) Antigen M			46			46	46	100
Vzorky E1 a S1			46			46	46	100
(6) APR	RV	>>>	1	2,2	Pozitivní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	12	26	Pozitivní			
(52) Dynex	RV	>>>	1	2,2	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	2,2	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	3	6,5	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	14	30	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	7	15	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	3	6,5	Pozitivní			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	2,2	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	3	6,5	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			46			46	46	100
(6) APR	RV	>>>	1	2,2	Pozitivní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	12	26	Pozitivní			
(52) Dynex	RV	>>>	1	2,2	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	2,2	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	3	6,5	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	14	30	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	7	15	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	3	6,5	Pozitivní			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	2,2	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	3	6,5	Pozitivní			
(723) Antigen N			44			44	43	98
Vzorky E1 a S1			44			44	43	98
(6) APR	RV	>>>	1	2,3	Pozitivní			
(14) Bio-Rad			1	2,3	Negativní			
(52) Dynex	RV	>>>	11	25	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	2,3	Pozitivní			

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
(80) DiaMed	RV	>>>	3	6,8	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	14	32	Pozitivní			
(171) Diagast	RV	>>>	1	2,3	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	6	14	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	2	4,5	Pozitivní			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	2,3	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	4,5	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			44			44	43	98
(6) APR	RV	>>>	1	2,3	Pozitivní			
(14) Bio-Rad			1	2,3	Negativní			
	RV	>>>	11	25	Pozitivní			
(52) Dynex	RV	>>>	1	2,3	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	2,3	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	3	6,8	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	14	32	Pozitivní			
(171) Diagast	RV	>>>	1	2,3	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	6	14	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	2	4,5	Pozitivní			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	2,3	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	4,5	Pozitivní			
(724) Antigen S			47			47	47	100
Vzorky E1 a S1			47			47	47	100
(6) APR	RV	>>>	1	2,1	Negativní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	12	26	Negativní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	4,3	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	3	6,4	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	17	36	Negativní			
(172) Immucor	RV	>>>	6	13	Negativní			
(173) Sanguin	RV	>>>	3	6,4	Negativní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	3	6,4	Negativní			
Vzorky E2 a S2			47			47	47	100
(6) APR	RV	>>>	1	2,1	Negativní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	12	26	Negativní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	4,3	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	3	6,4	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	17	36	Negativní			
(172) Immucor	RV	>>>	6	13	Negativní			
(173) Sanguin	RV	>>>	3	6,4	Negativní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	3	6,4	Negativní			
(725) Antigen s			47			47	47	100
Vzorky E1 a S1			47			47	47	100
(6) APR	RV	>>>	1	2,1	Pozitivní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	12	26	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	4,3	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	3	6,4	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	17	36	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	5	11	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	4	8,5	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	4,3	Pozitivní			
(999) jiný výrobce	RV	>>>	1	2,1	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			47			47	47	100
(6) APR	RV	>>>	1	2,1	Pozitivní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	12	26	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	4,3	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	3	6,4	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	17	36	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	5	11	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	4	8,5	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	4,3	Pozitivní			
(999) jiný výrobce	RV	>>>	1	2,1	Pozitivní			
(733) Antigen Le^a			37			37	37	100
Vzorky E1 a S1			37			37	37	100
(0) neuvedeno	RV	>>>	1	2,7	Negativní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	12	32	Negativní			
(52) Dynex	RV	>>>	2	5,4	Negativní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	2,7	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	2,7	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	10	27	Negativní			
(172) Immucor	RV	>>>	4	11	Negativní			

Cyklus EHK: IH1/23 - Imunohematologie

Stop termín: 10.3.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
(173) Sanguin	RV	>>>	1	2,7	Negativní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	2,7	Negativní			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	2,7	Negativní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	3	8,1	Negativní			
Vzorky E2 a S2			37			37	37	100
(0) neuvedeno	RV	>>>	1	2,7	Negativní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	12	32	Negativní			
(52) Dynex	RV	>>>	2	5,4	Negativní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	2,7	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	2,7	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	10	27	Negativní			
(172) Immucor	RV	>>>	4	11	Negativní			
(173) Sanguin	RV	>>>	1	2,7	Negativní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	2,7	Negativní			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	2,7	Negativní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	3	8,1	Negativní			
(734) Antigen Le^p			37			37	32	86
Vzorky E1 a S1			37			37	32	86
(0) neuvedeno			1	2,7	Negativní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	12	32	Pozitivní			
(52) Dynex	RV	>>>	2	5,4	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	2,7	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	2,7	Pozitivní			
(159) Grifols			2	5,4	Negativní			
	RV	>>>	9	24	Pozitivní			
(172) Immucor			1	2,7	Negativní			
	RV	>>>	3	8,1	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	1	2,7	Pozitivní			
(174) IVT Imuno			1	2,7	Negativní			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	2,7	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	5,4	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			37			37	37	100
(0) neuvedeno	RV	>>>	1	2,7	Pozitivní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	12	32	Pozitivní			
(52) Dynex	RV	>>>	2	5,4	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	2,7	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	2,7	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	11	30	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	4	11	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	1	2,7	Pozitivní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	2,7	Pozitivní			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	2,7	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	5,4	Pozitivní			
(731) Antigen Lu^a			33			33	32	97
Vzorky E1 a S1			33			33	33	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	9	27	Negativní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	6,1	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	3	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	16	48	Negativní			
(172) Immucor	RV	>>>	2	6,1	Negativní			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	2	6,1	Negativní			
(999) jiný výrobce	RV	>>>	1	3	Negativní			
Vzorky E2 a S2			33			33	32	97
(14) Bio-Rad			1	3	Negativní			
	RV	>>>	8	24	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	6,1	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	3	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	16	48	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	2	6,1	Pozitivní			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	2	6,1	Pozitivní			
(999) jiný výrobce	RV	>>>	1	3	Pozitivní			
(732) Antigen Lu^p			31			31	30	97
Vzorky E1 a S1			31			31	30	97
(14) Bio-Rad	RV	>>>	7	23	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	6,5	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	3,2	Pozitivní			
(159) Grifols			1	3,2	Negativní			
	RV	>>>	13	42	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	2	6,5	Pozitivní			

Cyklus EHK: IH1/23 - Imunohematologie

Stop termín: 10.3.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(173) Sanguin	RV	>>>	1	3,2	Pozitivní		
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	3,2	Pozitivní		
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	6,5	Pozitivní		
(999) jiný výrobce	RV	>>>	1	3,2	Pozitivní		
Vzorky E2 a S2			31			31	31 100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	7	23	Pozitivní		
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	6,5	Pozitivní		
(80) DiaMed	RV	>>>	1	3,2	Pozitivní		
(159) Grifols	RV	>>>	14	45	Pozitivní		
(172) Immucor	RV	>>>	2	6,5	Pozitivní		
(173) Sanguin	RV	>>>	1	3,2	Pozitivní		
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	3,2	Pozitivní		
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	6,5	Pozitivní		
(999) jiný výrobce	RV	>>>	1	3,2	Pozitivní		
(726) Antigen P1			35			35	34 97
Vzorky E1 a S1			35			35	34 97
(6) APR	RV	>>>	1	2,9	Pozitivní		
(14) Bio-Rad	RV	>>>	10	29	Pozitivní		
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	5,7	Pozitivní		
(80) DiaMed	RV	>>>	2	5,7	Pozitivní		
(159) Grifols			1	2,9	Negativní		
	RV	>>>	8	23	Pozitivní		
(172) Immucor	RV	>>>	4	11	Pozitivní		
(173) Sanguin	RV	>>>	4	11	Pozitivní		
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	2,9	Pozitivní		
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	2,9	Pozitivní		
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	1	2,9	Pozitivní		
Vzorky E2 a S2			35			35	35 100
(6) APR	RV	>>>	1	2,9	Pozitivní		
(14) Bio-Rad	RV	>>>	10	29	Pozitivní		
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	5,7	Pozitivní		
(80) DiaMed	RV	>>>	2	5,7	Pozitivní		
(159) Grifols	RV	>>>	9	26	Pozitivní		
(172) Immucor	RV	>>>	4	11	Pozitivní		
(173) Sanguin	RV	>>>	4	11	Pozitivní		
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	2,9	Pozitivní		
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	2,9	Pozitivní		
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	1	2,9	Pozitivní		
(740) Antigen Wr^a			5			5	5 100
Vzorky E1 a S1			5			5	5 100
(159) Grifols	RV	>>>	1	20	Negativní		
(172) Immucor	RV	>>>	1	20	Negativní		
(173) Sanguin	RV	>>>	3	60	Negativní		
Vzorky E2 a S2			5			5	5 100
(159) Grifols	RV	>>>	1	20	Negativní		
(172) Immucor	RV	>>>	1	20	Negativní		
(173) Sanguin	RV	>>>	3	60	Negativní		
(737) Přímý Coombsův test			147			147	144 98
Vzorky E1 a S1			147			147	144 98
(14) Bio-Rad	RV	>>>	69	47	Negativní		
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV	>>>	1	0,7	Negativní		
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	1,4	Negativní		
(80) DiaMed	RV	>>>	17	12	Negativní		
(159) Grifols	RV	>>>	52	35	Negativní		
			3	2	Pozitivní		
(172) Immucor	RV	>>>	2	1,4	Negativní		
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	1	0,7	Negativní		
Vzorky E2 a S2			147			147	146 99
(14) Bio-Rad	RV	>>>	69	47	Negativní		
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV	>>>	1	0,7	Negativní		
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	1,4	Negativní		
(80) DiaMed	RV	>>>	17	12	Negativní		
(159) Grifols	RV	>>>	54	37	Negativní		
			1	0,7	Pozitivní		
(172) Immucor	RV	>>>	2	1,4	Negativní		
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	1	0,7	Negativní		
(741) Screening protilátek (NAT, dárce)			93			93	92 99
Vzorky E1 a S1			93			93	92 99
(0) neuvedeno			1	1,1	Neuvedeno		

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
(14) Bio-Rad	RV >>>	43	46	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	1,1	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	10	11	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	28	30	Pozitivní				
(171) Diagast	RV >>>	2	2,2	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	8	8,6	Pozitivní				
Vzorky E2 a S2		93			93	93	100	
(0) neuvedeno	RV >>>	1	1,1	Pozitivní				
(14) Bio-Rad	>	33	35	Negativní				
	RV >>>	10	11	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	1,1	Pozitivní				
(80) DiaMed	>	5	5,4	Negativní				
	RV >>>	5	5,4	Pozitivní				
(159) Grifols	>	1	1,1	Negativní				
	RV >>>	27	29	Pozitivní				
(171) Diagast	RV >>>	2	2,2	Pozitivní				
(172) Immucor	>	1	1,1	Negativní				
	RV >>>	7	7,5	Pozitivní				
(743) Screening protilátek (NAT, příjemce)		166			166	166	100	
Vzorky E1 a S1		166			166	166	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	75	45	Pozitivní				
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV >>>	1	0,6	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	18	11	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	66	40	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	6	3,6	Pozitivní				
Vzorky E2 a S2		166			166	166	100	
(14) Bio-Rad	>	43	26	Negativní				
	RV >>>	32	19	Pozitivní				
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV >>>	1	0,6	Pozitivní				
(80) DiaMed	>	9	5,4	Negativní				
	RV >>>	9	5,4	Pozitivní				
(159) Grifols	>	2	1,2	Negativní				
	RV >>>	64	39	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	6	3,6	Pozitivní				
(745) Screening protilátek (NAT, těhotná)		135			135	135	100	
Vzorky E1 a S1		135			135	135	100	
(0) neuvedeno	RV >>>	1	0,7	Pozitivní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	56	41	Pozitivní				
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV >>>	1	0,7	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	0,7	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	14	10	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	58	43	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	4	3	Pozitivní				
Vzorky E2 a S2		135			135	135	100	
(0) neuvedeno	RV >>>	1	0,7	Pozitivní				
(14) Bio-Rad	>	30	22	Negativní				
	RV >>>	26	19	Pozitivní				
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV >>>	1	0,7	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	0,7	Pozitivní				
(80) DiaMed	>	7	5,2	Negativní				
	RV >>>	7	5,2	Pozitivní				
(159) Grifols	>	2	1,5	Negativní				
	RV >>>	56	41	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	4	3	Pozitivní				
(747) Screening protilátek (enzymový test)		104			104	103	99	
Vzorky E1 a S1		104			104	103	99	
(0) neuvedeno	RV >>>	1	1	Pozitivní				
(14) Bio-Rad		1	1	Negativní				
	RV >>>	48	46	Pozitivní				
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV >>>	1	1	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	11	11	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	41	39	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	1	1	Pozitivní				
Vzorky E2 a S2		104			104	104	100	
(0) neuvedeno	>	1	1	Negativní				
(14) Bio-Rad	>	22	21	Negativní				
	RV >>>	27	26	Pozitivní				
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV >>>	1	1	Pozitivní				
(80) DiaMed	>	3	2,9	Negativní				

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
	RV >>>	8	7,7	Pozitivní			
(159) Grifols	RV >>>	41	39	Pozitivní			
(172) Immucor	>	1	1	Negativní			
(750) Identifikace protilátek		51			51	48	94
Vzorky E1 a S1		51			51	51	100
(0) neuvedeno	>	12	24	anti-D			
	RV >>>	39	76	anti-D; anti-Kpa			
Vzorky E2 a S2		51			51	48	94
(0) neuvedeno		2	3,9	Neuvedeno			
	RV >>>	48	94	anti-Jkb			
		1	2	anti-Lua			
(752) Titrace protilátek, Vzorek 1: 1. protilátka		43			0		
Vzorky E1 a S1		43			0		
(0) neuvedeno	±	1	2,3	titr 8			
	±	13	30	titr 16			
	±	10	23	titr 32			
	±	15	35	titr 64			
	±	4	9,3	titr 128			
(753) Titrace protilátek, Vzorek 1: 2. protilátka		30			0		
Vzorky E1 a S1		30			0		
(0) neuvedeno	±	4	13	titr 0 (neměřitelný)			
	±	23	77	titr 1			
	±	3	10	titr 2			
(756) Titrace protilátek, Vzorek 2: 1. protilátka		37			0		
Vzorky E2 a S2		37			0		
(0) neuvedeno	±	10	27	titr 0 (neměřitelný)			
	±	19	51	titr 1			
	±	7	19	titr 2			
	±	1	2,7	titr 4			
Sada 3							
(760) Zkouška kompatibility		137			137	117	85
Vzorek S1		137			137	117	85
Všechny výsledky		20	15	Zkouška kompatibility provedena neúspěšně			
	RV >>>	117	85	Zkouška kompatibility provedena úspěšně			
Vzorek S2		137			137	137	100
Všechny výsledky	RV >>>	137	100	Zkouška kompatibility provedena úspěšně			
(761) Zkouška kompatibility (segment K1)		137			137	117	85
Vzorek S1		137			137	117	85
(0) neuvedeno		20	15	Negativní zkouška			
	RV >>>	117	85	Pozitivní zkouška			
Vzorek S2		137			137	137	100
(0) neuvedeno	RV >>>	122	89	Negativní zkouška			
	RV >>>	15	11	Pozitivní zkouška			
(762) Podat transfuzní přípravek? (segment K1) (transfuze v neurgentním režimu)		137			0		
Vzorek S1		137			0		
(0) neuvedeno	±	114	83	Nelze podat, riziko hemolýzy			
	±	11	8	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí			
	±	6	4,4	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky			
	±	6	4,4	Lze podat			
Vzorek S2		137			0		
(0) neuvedeno	±	45	33	Nelze podat, riziko hemolýzy			
	±	52	38	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí			
	±	6	4,4	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky			
	±	34	25	Lze podat			
(764) Zkouška kompatibility (segment K2)		137			137	137	100
Vzorek S1		137			137	137	100
(0) neuvedeno	RV >>>	137	100	Pozitivní zkouška			
Vzorek S2		137			137	137	100
(0) neuvedeno	RV >>>	137	100	Negativní zkouška			
(765) Podat transfuzní přípravek? (segment K2) (transfuze v neurgentním režimu)		137			0		
Vzorek S1		137			0		
(0) neuvedeno	±	136	99	Nelze podat, riziko hemolýzy			

Cyklus EHK: IH1/23 - Imunohematologie

Stop termín: 10.3.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků			Výsledek	Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]		N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
	±	1	0,7	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí			
Vzorek S2		137					0
(0) neuvedeno	±	3	2,2	Nelze podat, riziko hemolýzy			
	±	54	39	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí			
	±	17	12	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky			
	±	63	46	Lze podat			