

Nastavení: Slovensko

AV = vztažná hodnota	N <sub>tot</sub> = celkový počet výsledků	N <sub>eva</sub> = počet hodnocených výsledků
RV = referenční hodnota	N <sub>rel</sub> = relativní počet výsledků	N <sub>suc</sub> = počet úspěšných výsledků
>>> ... očekávaný výsledek		S <sub>rel</sub> = relativní úspěšnost
> ... akceptovatelný výsledek		
± ... nehodnocený výsledek		

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek		N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]

Sada 1 a 2

(700) <b>AB0 skupina</b>			73				73	73	100
<b>Vzorky E1 a S1</b>			73				73	73	100
Všechny výsledky	RV	>>>	73	100	Krevní skupina: A				
<b>Vzorky E2 a S2</b>			73				73	73	100
Všechny výsledky	RV	>>>	73	100	Krevní skupina: 0				
(703) <b>A podskupina</b>			15				15	15	100
<b>Vzorky E1 a S1</b>			15				15	15	100
Všechny výsledky	RV	>>>	15	100	A podskupina A1				
<b>Vzorky E2 a S2</b>			15				15	15	100
Všechny výsledky	RV	>>>	15	100	Neuvedeno				
(705) <b>Rh D antigen (dárce)</b>			46				46	44	96
<b>Vzorky E1 a S1</b>			46				46	44	96
Všechny výsledky			2	4,3	Neuvedeno				
	RV	>>>	44	96	Negativní (RhD-)				
<b>Vzorky E2 a S2</b>			46				46	46	100
Všechny výsledky	RV	>>>	46	100	Pozitivní (RhD+)				
(709) <b>Rh D antigen (příjemce/ těhotná/ novorozенец)</b>			71				71	71	100
<b>Vzorky E1 a S1</b>			71				71	71	100
Všechny výsledky	RV	>>>	71	100	Negativní (RhD-)				
<b>Vzorky E2 a S2</b>			71				71	71	100
Všechny výsledky	RV	>>>	71	100	Pozitivní (RhD+)				
(715) <b>Antigen C</b>			39				39	39	100
<b>Vzorky E1 a S1</b>			39				39	39	100
Všechny výsledky	RV	>>>	39	100	Negativní				
<b>Vzorky E2 a S2</b>			39				39	39	100
Všechny výsledky	RV	>>>	39	100	Pozitivní				
(716) <b>Antigen c</b>			39				39	38	97
<b>Vzorky E1 a S1</b>			39				39	38	97
Všechny výsledky			1	2,6	Negativní				
	RV	>>>	38	97	Pozitivní				
<b>Vzorky E2 a S2</b>			39				39	39	100
Všechny výsledky	RV	>>>	39	100	Negativní				
(718) <b>Antigen E</b>			40				40	40	100
<b>Vzorky E1 a S1</b>			40				40	40	100
Všechny výsledky	RV	>>>	40	100	Negativní				
<b>Vzorky E2 a S2</b>			40				40	40	100
Všechny výsledky	RV	>>>	40	100	Negativní				
(719) <b>Antigen e</b>			39				39	39	100
<b>Vzorky E1 a S1</b>			39				39	39	100
Všechny výsledky	RV	>>>	39	100	Pozitivní				
<b>Vzorky E2 a S2</b>			39				39	39	100
Všechny výsledky	RV	>>>	39	100	Pozitivní				
(717) <b>Antigen C<sup>w</sup></b>			27				27	27	100
<b>Vzorky E1 a S1</b>			27				27	27	100
Všechny výsledky	RV	>>>	27	100	Negativní				
<b>Vzorky E2 a S2</b>			27				27	27	100
Všechny výsledky	RV	>>>	27	100	Negativní				
(720) <b>Antigen K</b>			42				42	42	100
<b>Vzorky E1 a S1</b>			42				42	42	100
Všechny výsledky	RV	>>>	42	100	Negativní				
<b>Vzorky E2 a S2</b>			42				42	42	100
Všechny výsledky	RV	>>>	42	100	Negativní				
(721) <b>Antigen k</b>			12				12	12	100
<b>Vzorky E1 a S1</b>			12				12	12	100
Všechny výsledky	RV	>>>	12	100	Pozitivní				
<b>Vzorky E2 a S2</b>			12				12	12	100
Všechny výsledky	RV	>>>	12	100	Pozitivní				
(738) <b>Antigen Kp<sup>a</sup></b>			10				10	9	90
<b>Vzorky E1 a S1</b>			10				10	10	100
Všechny výsledky	RV	>>>	10	100	Negativní				
<b>Vzorky E2 a S2</b>			10				10	9	90
Všechny výsledky			1	10	Neuvedeno				

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek		N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
	RV	>>>	9	90	Negativní			
(739) Antigen Kp <sup>b</sup>			5			5	4	80
Vzorky E1 a S1			5			5	5	100
Všechny výsledky	RV	>>>	5	100	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			5			5	4	80
Všechny výsledky			1	20	Neuvedeno			
	RV	>>>	4	80	Pozitivní			
(729) Antigen Jk <sup>a</sup>			18			18	17	94
Vzorky E1 a S1			18			18	17	94
Všechny výsledky			1	5,6	Negativní			
	RV	>>>	17	94	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			18			18	18	100
Všechny výsledky	RV	>>>	18	100	Pozitivní			
(730) Antigen Jk <sup>b</sup>			18			18	18	100
Vzorky E1 a S1			18			18	18	100
Všechny výsledky	RV	>>>	18	100	Negativní			
Vzorky E2 a S2			18			18	18	100
Všechny výsledky	RV	>>>	18	100	Negativní			
(727) Antigen Fy <sup>a</sup>			19			19	18	95
Vzorky E1 a S1			19			19	18	95
Všechny výsledky			1	5,3	Neuvedeno			
	RV	>>>	18	95	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			19			19	19	100
Všechny výsledky	RV	>>>	19	100	Negativní			
(728) Antigen Fy <sup>b</sup>			19			19	18	95
Vzorky E1 a S1			19			19	18	95
Všechny výsledky			1	5,3	Neuvedeno			
	RV	>>>	18	95	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			19			19	19	100
Všechny výsledky	RV	>>>	19	100	Pozitivní			
(722) Antigen M			18			18	18	100
Vzorky E1 a S1			18			18	18	100
Všechny výsledky	RV	>>>	18	100	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			18			18	18	100
Všechny výsledky	RV	>>>	18	100	Pozitivní			
(723) Antigen N			18			18	17	94
Vzorky E1 a S1			18			18	17	94
Všechny výsledky			1	5,6	Negativní			
	RV	>>>	17	94	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			18			18	17	94
Všechny výsledky			1	5,6	Negativní			
	RV	>>>	17	94	Pozitivní			
(724) Antigen S			18			18	18	100
Vzorky E1 a S1			18			18	18	100
Všechny výsledky	RV	>>>	18	100	Negativní			
Vzorky E2 a S2			18			18	18	100
Všechny výsledky	RV	>>>	18	100	Negativní			
(725) Antigen s			18			18	18	100
Vzorky E1 a S1			18			18	18	100
Všechny výsledky	RV	>>>	18	100	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			18			18	18	100
Všechny výsledky	RV	>>>	18	100	Pozitivní			
(733) Antigen Le <sup>a</sup>			16			16	16	100
Vzorky E1 a S1			16			16	16	100
Všechny výsledky	RV	>>>	16	100	Negativní			
Vzorky E2 a S2			16			16	16	100
Všechny výsledky	RV	>>>	16	100	Negativní			
(734) Antigen Le <sup>b</sup>			16			16	13	81
Vzorky E1 a S1			16			16	13	81
Všechny výsledky			3	19	Negativní			
	RV	>>>	13	81	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			16			16	16	100
Všechny výsledky	RV	>>>	16	100	Pozitivní			
(731) Antigen Lu <sup>a</sup>			15			15	15	100
Vzorky E1 a S1			15			15	15	100
Všechny výsledky	RV	>>>	15	100	Negativní			
Vzorky E2 a S2			15			15	15	100
Všechny výsledky	RV	>>>	15	100	Pozitivní			

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek		N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
(732) Antigen Lu <sup>b</sup>		15				15	14	93
Vzorky E1 a S1		15				15	14	93
Všechny výsledky		1	6,7	Negativní				
	RV	>>>	14	93	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2		15				15	15	100
Všechny výsledky	RV	>>>	15	100	Pozitivní			
(726) Antigen P1		13				13	12	92
Vzorky E1 a S1		13				13	12	92
Všechny výsledky		1	7,7	Negativní				
	RV	>>>	12	92	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2		13				13	13	100
Všechny výsledky	RV	>>>	13	100	Pozitivní			
(740) Antigen Wr <sup>a</sup>		1				1	1	100
Vzorky E1 a S1		1				1	1	100
Všechny výsledky	RV	>>>	1	100	Negativní			
Vzorky E2 a S2		1				1	1	100
Všechny výsledky	RV	>>>	1	100	Negativní			
(737) Přímý Coombsův test		71				71	70	99
Vzorky E1 a S1		71				71	70	99
Všechny výsledky	RV	>>>	70	99	Negativní			
		1	1,4	Pozitivní				
Vzorky E2 a S2		71				71	71	100
Všechny výsledky	RV	>>>	71	100	Negativní			
(741) Screening protilátek (NAT, dárce)		38				38	38	100
Vzorky E1 a S1		38				38	38	100
Všechny výsledky	RV	>>>	38	100	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2		38				38	38	100
Všechny výsledky	RV	>	10	26	Negativní			
	RV	>>>	28	74	Pozitivní			
(743) Screening protilátek (NAT, příjemce)		73				73	73	100
Vzorky E1 a S1		73				73	73	100
Všechny výsledky	RV	>>>	73	100	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2		73				73	73	100
Všechny výsledky	RV	>	14	19	Negativní			
	RV	>>>	59	81	Pozitivní			
(745) Screening protilátek (NAT, těhotná)		47				47	47	100
Vzorky E1 a S1		47				47	47	100
Všechny výsledky	RV	>>>	47	100	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2		47				47	47	100
Všechny výsledky	RV	>	6	13	Negativní			
	RV	>>>	41	87	Pozitivní			
(747) Screening protilátek (enzymový test)		25				25	25	100
Vzorky E1 a S1		25				25	25	100
Všechny výsledky	RV	>>>	25	100	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2		25				25	25	100
Všechny výsledky	RV	>	7	28	Negativní			
	RV	>>>	18	72	Pozitivní			
(750) Identifikace protilátek		15				15	13	87
Vzorky E1 a S1		15				15	15	100
Všechny výsledky		>	6	40	anti-D			
	RV	>>>	9	60	anti-D; anti-Kpa			
Vzorky E2 a S2		15				15	13	87
Všechny výsledky		2	13	Neuvedeno				
	RV	>>>	13	87	anti-Jkb			
(752) Titrace protilátek, Vzorek 1: 1. protilátka		15				0		
Vzorky E1 a S1		15				0		
Všechny výsledky		±	1	6,7	titr 8			
		±	4	27	titr 16			
		±	3	20	titr 32			
		±	5	33	titr 64			
		±	2	13	titr 128			
(753) Titrace protilátek, Vzorek 1: 2. protilátka		8				0		
Vzorky E1 a S1		8				0		
Všechny výsledky		±	7	88	titr 1			
		±	1	13	titr 2			
(756) Titrace protilátek, Vzorek 2: 1. protilátka		13				0		
Vzorky E2 a S2		13				0		
Všechny výsledky		±	8	62	titr 1			
		±	4	31	titr 2			

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek		N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
	±	1	7,7	titr 4				
Sada 3								
(760) Zkouška kompatibility			62			62	51	82
Vzorek S1			62			62	51	82
Všechny výsledky			11	18	Zkouška kompatibility provedena neúspěšně			
	RV	>>>	51	82	Zkouška kompatibility provedena úspěšně			
Vzorek S2			62			62	62	100
Všechny výsledky	RV	>>>	62	100	Zkouška kompatibility provedena úspěšně			
(761) Zkouška kompatibility (segment K1)			62			62	51	82
Vzorek S1			62			62	51	82
Všechny výsledky			11	18	Negativní zkouška			
	RV	>>>	51	82	Pozitivní zkouška			
Vzorek S2			62			62	62	100
Všechny výsledky	RV	>>>	58	94	Negativní zkouška			
	RV	>>>	4	6,5	Pozitivní zkouška			
(762) Podat transfuzní přípravek? (segment K1) (transfuze v neurgentním režimu)			62			0		
Vzorek S1			62			0		
Všechny výsledky		±	49	79	Nelze podat, riziko hemolýzy			
		±	5	8,1	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí			
		±	5	8,1	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky			
		±	3	4,8	Lze podat			
Vzorek S2			62			0		
Všechny výsledky		±	12	19	Nelze podat, riziko hemolýzy			
		±	33	53	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí			
		±	2	3,2	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky			
		±	15	24	Lze podat			
(764) Zkouška kompatibility (segment K2)			62			62	62	100
Vzorek S1			62			62	62	100
Všechny výsledky	RV	>>>	62	100	Pozitivní zkouška			
Vzorek S2			62			62	62	100
Všechny výsledky	RV	>>>	62	100	Negativní zkouška			
(765) Podat transfuzní přípravek? (segment K2) (transfuze v neurgentním režimu)			62			0		
Vzorek S1			62			0		
Všechny výsledky		±	62	100	Nelze podat, riziko hemolýzy			
Vzorek S2			62			0		
Všechny výsledky		±	1	1,6	Nelze podat, riziko hemolýzy			
		±	33	53	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí			
		±	1	1,6	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky			
		±	27	44	Lze podat			