

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota  
 CVP = konsenzus všech účastníků  
 >>> ... očekávaný výsledek  
 > ... akceptovatelný výsledek  
 ± ... nehodnocený výsledek

N<sub>tot</sub> = celkový počet výsledků  
 N<sub>rel</sub> = relativní počet výsledků

N<sub>eva</sub> = počet hodnocených výsledků  
 N<sub>suc</sub> = počet úspěšných výsledků  
 S<sub>rel</sub> = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
<b>1: TNBC</b>							
(604) Fyzické sklo (TNBC SP142)		12			12	11	92
<b>A1</b>		12			12	10	83
Všechny výsledky	CVP >>>	10	83	Negativní			
		2	17	Neprůkazný výsledek			
<b>B1</b>		12			12	11	92
Všechny výsledky		1	8,3	Neprůkazný výsledek			
	CVP >>>	11	92	Pozitivní			
<b>C1</b>		12			12	10	83
Všechny výsledky	CVP >>>	10	83	Negativní			
		1	8,3	Neprůkazný výsledek			
		1	8,3	Pozitivní			
<b>D1</b>		12			12	11	92
Všechny výsledky		1	8,3	Neprůkazný výsledek			
	CVP >>>	11	92	Pozitivní			
(624) Fyzické sklo (TNBC 22C3)		18			18	17	94
<b>A1</b>		18			18	16	89
Všechny výsledky	CVP >>>	16	89	Negativní			
		2	11	Pozitivní			
<b>B1</b>		18			18	18	100
Všechny výsledky	CVP >>>	18	100	Pozitivní			
<b>C1</b>		18			18	17	94
Všechny výsledky	CVP >>>	17	94	Negativní			
		1	5,6	Pozitivní			
<b>D1</b>		18			18	18	100
Všechny výsledky	CVP >>>	18	100	Pozitivní			
(605) Virtuální sklo (TNBC)		28			28	27	96
<b>E1</b>		28			28	28	100
Všechny výsledky	CVP >>>	28	100	Negativní			
<b>F1</b>		28			28	27	96
Všechny výsledky		1	3,6	Negativní			
	CVP >>>	27	96	Pozitivní			
<b>G1</b>		28			0		
Všechny výsledky		± 9	32	Negativní			
		± 19	68	Pozitivní			
<b>H1</b>		28			28	27	96
Všechny výsledky		1	3,6	Negativní			
	CVP >>>	27	96	Pozitivní			
<b>2: NSCLC</b>							
(609) Fyzické sklo (NSCLC)		48			48	48	100
<b>A2</b>		48			48	48	100
Všechny výsledky		> 4	8,3	Pozitivní (TPS 1 - 49)			
	CVP >>>	44	92	Pozitivní (TPS >= 50)			
<b>B2</b>		48			48	48	100
Všechny výsledky		> 1	2,1	Pozitivní (TPS 1 - 49)			
	CVP >>>	47	98	Pozitivní (TPS >= 50)			
<b>C2</b>		48			48	48	100
Všechny výsledky	CVP >>>	17	35	Pozitivní (TPS 1 - 49)			
	CVP >>>	31	65	Pozitivní (TPS >= 50)			
<b>D2</b>		48			48	46	96
Všechny výsledky	CVP >>>	46	96	Negativní (TPS < 1)			
		2	4,2	Pozitivní (TPS 1 - 49)			
(610) Virtuální sklo (NSCLC)		48			48	47	98
<b>E2</b>		48			0		
Všechny výsledky		± 38	79	Negativní (TPS < 1)			
		± 1	2,1	Neprůkazný výsledek			
		± 9	19	Pozitivní (TPS 1 - 49)			
<b>F2</b>		48			48	47	98
Všechny výsledky	CVP >>>	47	98	Negativní (TPS < 1)			
		1	2,1	Pozitivní (TPS 1 - 49)			
<b>G2</b>		48			48	48	100
Všechny výsledky		> 3	6,3	Pozitivní (TPS 1 - 49)			
	CVP >>>	45	94	Pozitivní (TPS >= 50)			

Nastavení: všechna data

Zkouška Vzorek Skupina	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Četnosti výsledků Výsledek	Úspěšnost		
					N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
<b>H2</b>		48			48	48	100
Všechny výsledky	CVP >>>	46	96	Pozitivní (TPS 1 - 49)			
	>	2	4,2	Pozitivní (TPS >= 50)			
<b>3: UC</b>							
<b>(614) Fyzické sklo (UC)</b>		39			39	29	74
<b>A3</b>		39			39	39	100
Všechny výsledky	CVP >>>	39	100	Negativní			
<b>B3</b>		39			39	35	90
Všechny výsledky	CVP >>>	4	10	Negativní			
		35	90	Pozitivní			
<b>C3</b>		39			39	33	85
Všechny výsledky	CVP >>>	33	85	Negativní			
		6	15	Pozitivní			
<b>D3</b>		39			0		
Všechny výsledky	±	13	33	Negativní			
	±	26	67	Pozitivní			
<b>(615) Virtuální sklo (UC)</b>		39			39	39	100
<b>E3</b>		39			39	36	92
Všechny výsledky		2	5,1	Negativní			
		1	2,6	Neprůkazný výsledek			
	CVP >>>	36	92	Pozitivní			
<b>F3</b>		39			39	39	100
Všechny výsledky	CVP >>>	39	100	Pozitivní			
<b>G3</b>		39			39	39	100
Všechny výsledky	CVP >>>	39	100	Negativní			
<b>H3</b>		39			39	39	100
Všechny výsledky	CVP >>>	39	100	Pozitivní			
<b>4: HNSCC</b>							
<b>(619) Fyzické sklo (HNSCC)</b>		36			36	36	100
<b>A4</b>		36			36	36	100
Všechny výsledky	CVP >>>	36	100	Pozitivní			
<b>B4</b>		36			36	36	100
Všechny výsledky	CVP >>>	36	100	Pozitivní			
<b>C4</b>		36			36	36	100
Všechny výsledky	CVP >>>	36	100	Pozitivní			
<b>D4</b>		36			36	31	86
Všechny výsledky		5	14	Negativní			
	CVP >>>	31	86	Pozitivní			
<b>(620) Virtuální sklo (HNSCC)</b>		36			36	34	94
<b>E4</b>		36			0		
Všechny výsledky	±	13	36	Negativní			
	±	23	64	Pozitivní			
<b>F4</b>		36			36	34	94
Všechny výsledky		2	5,6	Negativní			
	CVP >>>	34	94	Pozitivní			
<b>G4</b>		36			36	36	100
Všechny výsledky	CVP >>>	36	100	Pozitivní			
<b>H4</b>		36			36	36	100
Všechny výsledky	CVP >>>	36	100	Pozitivní			