

Cyklus EHK: AT1/24 - Autoprotilátky u tyreopatií

Stop termín: 12.4.2024

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledků

CVP = konsenzus všech účastníků

N_{rel} = relativní počet výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledků

CVPG = konsenzus skupin účastníků

S_{rel} = relativní úspěšnost

>>> ... očekávaný výsledek

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
Sada 1							
(576) anti-mikrosomy (TPO)		201			135	133	99
Vzorek A1		201			135	133	99
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)	CVP >>>	123	61	Negativní			
		1	0,5	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
(1) Abbott	±	3	1,5	Negativní			
	±	13	6,5	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	±	50	25	Pozitivní			
(29) Siemens (Immulite)		1	0,5	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	>	10	5	Pozitivní			
Vzorek B1		201			201	201	100
Všechny výsledky	CVP >>>	201	100	Pozitivní			
(575) anti-tyreoglobulin		195			131	130	99
Vzorek A1		195			131	130	99
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)	CVP >>>	130	67	Negativní			
		1	0,5	Pozitivní			
(1) Abbott	±	30	15	Negativní			
	±	19	9,7	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	±	15	7,7	Pozitivní			
Vzorek B1		195			195	195	100
Všechny výsledky	CVP >>>	195	100	Pozitivní			
Sada 2							
(590) anti-TSH receptor		103			103	102	99
Vzorek A2		103			103	102	99
Všechny výsledky	CVP >>>	102	99	Negativní			
		1	1	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
Vzorek B2		103			103	103	100
Všechny výsledky	CVP >>>	103	100	Pozitivní			