

Cyklus EHK: AT1/24 - Autoprotilátky u tyreopatií

Stop termín: 12.4.2024

Nastavení: Slovensko

AV = vztažná hodnota

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledků

CVP = konsenzus všech účastníků

N_{rel} = relativní počet výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledků

CVPG = konsenzus skupin účastníků

S_{rel} = relativní úspěšnost

>>> ... očekávaný výsledek

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
Sada 1							
(576) anti-mikrosomy (TPO)		21			15	15	100
Vzorek A1		21			15	15	100
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)	CVP >>>	15	71	Negativní			
(1) Abbott		± 1	4,8	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
		± 5	24	Pozitivní			
Vzorek B1		21			21	21	100
Všechny výsledky	CVP >>>	21	100	Pozitivní			
(575) anti-tyreoglobulin		21			15	15	100
Vzorek A1		21			15	15	100
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)	CVP >>>	15	71	Negativní			
(1) Abbott		± 3	14	Negativní			
		± 1	4,8	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
		± 2	9,5	Pozitivní			
Vzorek B1		21			21	21	100
Všechny výsledky	CVP >>>	21	100	Pozitivní			
Sada 2							
(590) anti-TSH receptor		14			14	13	93
Vzorek A2		14			14	13	93
Všechny výsledky	CVP >>>	13	93	Negativní			
		1	7,1	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
Vzorek B2		14			14	14	100
Všechny výsledky	CVP >>>	14	100	Pozitivní			