

## Cyklus EHK: CSFF1/24 - Izoelektrická fokusace likvoru

Stop termín: 22.3.2024

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota

N<sub>tot</sub> = celkový počet výsledkůN<sub>eva</sub> = počet hodnocených výsledků

CVP = konsenzus všech účastníků

N<sub>rel</sub> = relativní počet výsledkůN<sub>suc</sub> = počet úspěšných výsledků

&gt;&gt;&gt; ... očekávaný výsledek

S<sub>rel</sub> = relativní úspěšnost

&gt; ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
<b>(289) Počet pásů IgG v likvoru</b>		18				0	
<b>Vzorky F1+F2</b>		18				0	
Všechny výsledky	±	1	5,6	9 pásů			
	±	17	94	více než 10 pásů			
<b>(290) Počet pásů IgG v plazmě</b>		18				0	
<b>Vzorky F1+F2</b>		18				0	
Všechny výsledky	±	17	94	0 (pásy nejsou přítomny)			
	±	1	5,6	3 pásy			
<b>(291) Výsledný vzorec</b>		18			18	18	100
<b>Vzorky F1+F2</b>		18			18	18	100
Všechny výsledky	CVP >>>	17	94	Vzorec II			
	>	1	5,6	Vzorec III			
<b>(292) Intratekální syntéza IgG</b>		18			18	18	100
<b>Vzorky F1+F2</b>		18			18	18	100
Všechny výsledky	CVP >>>	18	100	Přítomna			