

## Cyklus EHK: DGP1/24 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 16.2.2024

Nastavení: Slovensko

AV = vztažná hodnota  
 CVP = konsenzus všech účastníků  
 >>> ... očekávaný výsledek  
 > ... akceptovatelný výsledek  
 ± ... nehodnocený výsledek

N<sub>tot</sub> = celkový počet výsledků  
 N<sub>rel</sub> = relativní počet výsledků

N<sub>eva</sub> = počet hodnocených výsledků  
 N<sub>suc</sub> = počet úspěšných výsledků  
 S<sub>rel</sub> = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
(268) <b>Bilirubin</b>		27			27	26	96
<b>Vzorek A</b>		27			27	26	96
Všechny výsledky	CVP >>>	26	96	Negativní			
		1	3,7	1+, 2+			
<b>Vzorek B</b>		27			27	27	100
Všechny výsledky	CVP >>>	27	100	Negativní			
(264) <b>Celková bílkovina</b>		27			27	27	100
<b>Vzorek A</b>		27			27	27	100
Všechny výsledky	CVP >>>	27	100	Negativní, < 0,3 g/L			
<b>Vzorek B</b>		27			27	27	100
Všechny výsledky	CVP >>>	11	41	Negativní, < 0,3 g/L			
	CVP >>>	16	59	0,3 - 0,5 g/L			
(261) <b>Glukóza</b>		27			27	23	85
<b>Vzorek A</b>		27			27	23	85
Všechny výsledky	CVP >>>	11	41	2,81 - 11 mmol/L			
	CVP >>>	12	44	11,1 - 28 mmol/L			
		4	15	> 28 mmol/L			
<b>Vzorek B</b>		27			27	27	100
Všechny výsledky	CVP >>>	27	100	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
(275) <b>hCG</b>		4			4	4	100
<b>Vzorek A</b>		4			4	4	100
Všechny výsledky	CVP >>>	4	100	Negativní			
<b>Vzorek B</b>		4			4	4	100
Všechny výsledky	CVP >>>	4	100	Pozitivní			
(263) <b>Ketony</b>		26			26	26	100
<b>Vzorek A</b>		26			26	26	100
Všechny výsledky	CVP >>>	26	100	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
<b>Vzorek B</b>		26			26	26	100
Všechny výsledky	CVP >>>	26	100	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
(272) <b>Krev</b>		27			27	25	93
<b>Vzorek A</b>		27			27	26	96
Všechny výsledky		1	3,7	5 - 12 ery/μL			
	>	6	22	13 - 50 ery/μL			
	CVP >>>	20	74	> 50 ery/μL			
<b>Vzorek B</b>		27			27	26	96
Všechny výsledky	CVP >>>	17	63	Negativní			
	>	9	33	5 - 12 ery/μL			
		1	3,7	13 - 50 ery/μL			
(270) <b>Leukocyty</b>		26			26	26	100
<b>Vzorek A</b>		26			26	26	100
Všechny výsledky	CVP >>>	26	100	Negativní			
<b>Vzorek B</b>		26			26	26	100
Všechny výsledky	CVP >>>	26	100	Negativní			
(274) <b>Nitrity</b>		27			27	27	100
<b>Vzorek A</b>		27			27	27	100
Všechny výsledky	CVP >>>	27	100	Negativní			
<b>Vzorek B</b>		27			27	27	100
Všechny výsledky	CVP >>>	27	100	Negativní			
(273) <b>pH</b>		27			27	27	100
<b>Vzorek A</b>		27			27	27	100
Všechny výsledky	>	6	22	5,0			
	CVP >>>	17	63	5,5			
	>	4	15	6,0			
<b>Vzorek B</b>		27			27	27	100
Všechny výsledky	>	2	7,4	7,0			
	>	6	22	7,5			
	CVP >>>	15	56	8,0			
	>	4	15	8,5			
(266) <b>Urobilinogen</b>		27			27	27	100
<b>Vzorek A</b>		27			27	27	100
Všechny výsledky	CVP >>>	27	100	Negativní, < 17 μmol/L			
<b>Vzorek B</b>		27			27	27	100
Všechny výsledky	CVP >>>	27	100	Negativní, < 17 μmol/L			