

Cyklus EHK: FC1/24 - Kalprotektin ve stolici

Stop termín: 1.3.2024

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota

CVP = konsenzus všech účastníků

>>> ... očekávaný výsledek

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{rel} = relativní počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledkůS_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(223) Kalprotektin		71			71	64	90
Vzorek A		71			71	70	99
Všechny výsledky		1	1,4	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	CVP >>>	70	99	Pozitivní			
Vzorek B		71			71	65	92
Všechny výsledky	CVP >>>	65	92	Negativní			
		3	4,2	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
		3	4,2	Pozitivní			