

Cyklus EHK: FC1/24 - Kalprotektin ve stolici

Stop termín: 1.3.2024

Nastavení: Slovensko

AV = vztažná hodnota

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledků

CVP = konsenzus všech účastníků

N_{rel} = relativní počet výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledků

>>> ... očekávaný výsledek

S_{rel} = relativní úspěšnost

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(223) Kalprotektin		11			11	9	82
Vzorek A		11			11	10	91
Všechny výsledky		1	9,1	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	CVP >>>	10	91	Pozitivní			
Vzorek B		11			11	10	91
Všechny výsledky	CVP >>>	10	91	Negativní			
		1	9,1	Neprůkazný výsledek (hraniční)			