

Cyklus EHK: RF1/24 - Diagnostika revmatoidní artritidy a ASLO

Stop termín: 15.3.2024

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagensů)

AV = vztažná hodnota
 CVP = konsenzus všech účastníků
 >>> ... očekávaný výsledek
 > ... akceptovatelný výsledek
 ± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
 N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
 N_{suc} = počet úspěšných výsledků
 S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(277) anti-CCP IgG		80			80	80	100
Vzorek A1		80			80	80	100
(1) Abbott	CVP >>>	20	25	Negativní			
(14) Bio-Rad	CVP >>>	1	1,3	Negativní			
(29) Siemens (Immulite)	CVP >>>	4	5	Negativní			
(60) Roche	CVP >>>	10	13	Negativní			
(66) DRG	CVP >>>	1	1,3	Negativní			
(73) Snibe	CVP >>>	1	1,3	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	8	10	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	3	3,8	Negativní			
(140) TestLine	CVP >>>	9	11	Negativní			
(147) AIDA	CVP >>>	1	1,3	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	2	2,5	Negativní			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	3	3,8	Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	7	8,8	Negativní			
(179) Siemens	CVP >>>	1	1,3	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	6	7,5	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	3	3,8	Negativní			
Vzorek B1		80			80	80	100
(1) Abbott	CVP >>>	20	25	Pozitivní			
(14) Bio-Rad	CVP >>>	1	1,3	Pozitivní			
(29) Siemens (Immulite)	CVP >>>	4	5	Pozitivní			
(60) Roche	CVP >>>	10	13	Pozitivní			
(66) DRG	CVP >>>	1	1,3	Pozitivní			
(73) Snibe	CVP >>>	1	1,3	Pozitivní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	8	10	Pozitivní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	3	3,8	Pozitivní			
(140) TestLine	CVP >>>	9	11	Pozitivní			
(147) AIDA	CVP >>>	1	1,3	Pozitivní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	2	2,5	Pozitivní			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	3	3,8	Pozitivní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	7	8,8	Pozitivní			
(179) Siemens	CVP >>>	1	1,3	Pozitivní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	6	7,5	Pozitivní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	3	3,8	Pozitivní			
(282) anti-MCV		24			24	24	100
Vzorek A1		24			24	24	100
(34) Sebia	CVP >>>	1	4,2	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	22	92	Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	1	4,2	Negativní			
Vzorek B1		24			24	24	100
(34) Sebia	CVP >>>	1	4,2	Pozitivní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	22	92	Pozitivní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	1	4,2	Pozitivní			
(231) RF (screening)		174			174	174	100
Vzorek A1		174			174	174	100
(1) Abbott	CVP >>>	42	24	Negativní			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	4	2,3	Negativní			
(58) Beckman Coulter (AU)	CVP >>>	26	15	Negativní			
(60) Roche	CVP >>>	48	28	Negativní			
(91) Binding Site	CVP >>>	3	1,7	Negativní			
(115) BioSystems	CVP >>>	2	1,1	Negativní			
(116) Sentinel Diagnostics	CVP >>>	1	0,6	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	2	1,1	Negativní			
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)	CVP >>>	8	4,6	Negativní			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	19	11	Negativní			
(177) Mindray	CVP >>>	6	3,4	Negativní			
(178) DiaSys	CVP >>>	3	1,7	Negativní			
(179) Siemens	CVP >>>	9	5,2	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	0,6	Negativní			
Vzorek B1		174			174	174	100
(1) Abbott	CVP >>>	42	24	Pozitivní			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	4	2,3	Pozitivní			
(58) Beckman Coulter (AU)	CVP >>>	26	15	Pozitivní			

Cyklus EHK: RF1/24 - Diagnostika revmatoidní artritidy a ASLO

Stop termín: 15.3.2024

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagensů)

Zkouška Vzorek Skupina	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	Úspěšnost		
					N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(60) Roche	CVP >>>	48	28	Pozitivní			
(91) Binding Site	CVP >>>	3	1,7	Pozitivní			
(115) BioSystems	CVP >>>	2	1,1	Pozitivní			
(116) Sentinel Diagnostics	CVP >>>	1	0,6	Pozitivní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	2	1,1	Pozitivní			
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)	CVP >>>	8	4,6	Pozitivní			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	19	11	Pozitivní			
(177) Mindray	CVP >>>	6	3,4	Pozitivní			
(178) DiaSys	CVP >>>	3	1,7	Pozitivní			
(179) Siemens	CVP >>>	9	5,2	Pozitivní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	0,6	Pozitivní			
(234) Revmat. faktor IgA		43			43	43	100
Vzorek A1		43			43	43	100
(5) Dialab	CVP >>>	1	2,3	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	11	26	Negativní			
(140) TestLine	CVP >>>	18	42	Negativní			
(147) AIDA	CVP >>>	2	4,7	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	4	9,3	Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	6	14	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	1	2,3	Negativní			
Vzorek B1		43			43	43	100
(5) Dialab	CVP >>>	1	2,3	Pozitivní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	11	26	Pozitivní			
(140) TestLine	CVP >>>	18	42	Pozitivní			
(147) AIDA	CVP >>>	2	4,7	Pozitivní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	4	9,3	Pozitivní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	6	14	Pozitivní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	1	2,3	Pozitivní			
(233) Revmat. faktor IgG		44			44	43	98
Vzorek A1		44			44	44	100
(1) Abbott	CVP >>>	1	2,3	Negativní			
(5) Dialab	CVP >>>	1	2,3	Negativní			
(58) Beckman Coulter (AU)	CVP >>>	1	2,3	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	11	25	Negativní			
(140) TestLine	CVP >>>	18	41	Negativní			
(147) AIDA	CVP >>>	2	4,5	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	4	9,1	Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	5	11	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	1	2,3	Negativní			
Vzorek B1		44			44	43	98
(1) Abbott	CVP >>>	1	2,3	Pozitivní			
(5) Dialab	CVP >>>	1	2,3	Pozitivní			
(58) Beckman Coulter (AU)	CVP >>>	1	2,3	Pozitivní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	11	25	Pozitivní			
(140) TestLine	CVP >>>	18	41	Pozitivní			
(147) AIDA	CVP >>>	2	4,5	Pozitivní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	4	9,1	Pozitivní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	5	11	Pozitivní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	1	2,3	Negativní			
(235) Revmat. faktor IgM		44			44	44	100
Vzorek A1		44			44	44	100
(5) Dialab	CVP >>>	1	2,3	Negativní			
(91) Binding Site	CVP >>>	1	2,3	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	11	25	Negativní			
(140) TestLine	CVP >>>	18	41	Negativní			
(147) AIDA	CVP >>>	2	4,5	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	4	9,1	Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	6	14	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	1	2,3	Negativní			
Vzorek B1		44			44	44	100
(5) Dialab	CVP >>>	1	2,3	Pozitivní			
(91) Binding Site	CVP >>>	1	2,3	Pozitivní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	11	25	Pozitivní			
(140) TestLine	CVP >>>	18	41	Pozitivní			
(147) AIDA	CVP >>>	2	4,5	Pozitivní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	4	9,1	Pozitivní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	6	14	Pozitivní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	1	2,3	Pozitivní			