

Cyklus EHK: RF1/24 - Diagnostika revmatoidní artritidy a ASLO

Stop termín: 15.3.2024

Nastavení: Slovensko

AV = vztažná hodnota
 CVP = konsenzus všech účastníků
 >>> ... očekávaný výsledek
 > ... akceptovatelný výsledek
 ± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
 N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
 N_{suc} = počet úspěšných výsledků
 S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N_{tot}	N_{rel} [%]	Výsledek	N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
(277) anti-CCP IgG		13			13	13	100
Vzorek A1		13			13	13	100
Všechny výsledky	CVP >>>	13	100	Negativní			
Vzorek B1		13			13	13	100
Všechny výsledky	CVP >>>	13	100	Pozitivní			
(282) anti-MCV		4			4	4	100
Vzorek A1		4			4	4	100
Všechny výsledky	CVP >>>	4	100	Negativní			
Vzorek B1		4			4	4	100
Všechny výsledky	CVP >>>	4	100	Pozitivní			
(231) RF (screening)		17			17	17	100
Vzorek A1		17			17	17	100
Všechny výsledky	CVP >>>	17	100	Negativní			
Vzorek B1		17			17	17	100
Všechny výsledky	CVP >>>	17	100	Pozitivní			
(233) Revmat. faktor IgG		1			1	1	100
Vzorek A1		1			1	1	100
Všechny výsledky	CVP >>>	1	100	Negativní			
Vzorek B1		1			1	1	100
Všechny výsledky	CVP >>>	1	100	Pozitivní			