

Cyklus EHK: SED1/24 - Sedimentační rychlost erytrocytů

Stop termín: 29.3.2024

Nastavení: skupiny - P (výrobce přístroje); minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr

SD = směrodatná odchylka

CV = variační koeficient

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{out} = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota

CVP = konsenzus všech účastníků

U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)D_{max} = přijatelný rozdíl

LL = dolní mez

UL = horní mez

N_{eva} = počet hodnocených výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledkůS_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška							Srovnatelnost								
Vzorek		RoM	SD	CV	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}	
Skupina	[jednotka]			[%]										[%]	
(541) Sedimentace erytrocytů za 1 h					144							144	141	98	
Vzorek A		61	11	18	144		CVP	61	2,2	asym.	30	92	144	142	99
(0) neuvedeno		59,2	12	20	26	0							26		
(5) Dialab		59,5	8,2	14	6	0							6		
(88) Becton Dickinson		58,5	12	21	12	0							12		
(121) Greiner		60,2	9,8	16	46	0							46		
(123) Sarstedt		71,3	4	5,7	27	0							27		
(999) jiný výrobce		55,5	5,4	9,7	25	0							25		
Ostatní					2	0							2		
							1x 177, 1x 998								
Vzorek B		7,7	1,7	22	144		CVP	7,7	0,35	asym.	2	13	144	142	99
(0) neuvedeno		7,91	1,7	22	26	0							26		
(5) Dialab		7,5	2,2	30	6	0							6		
(88) Becton Dickinson		6,4	1,6	25	12	0							12		
(121) Greiner		7,59	1,6	21	46	0							46		
(123) Sarstedt		8,63	0,84	9,7	27	0							27		
(999) jiný výrobce		7,17	1,9	26	25	0							25		
Ostatní					2	0							2		
							1x 177, 1x 998								
(542) Sedimentace erytrocytů za 2 h					138							138	133	96	
Vzorek A		116	17	15	138		CVP	116	3,6	50%	58	174	138	137	99
(0) neuvedeno		113	20	18	26	0							26		
(5) Dialab		110	6,7	6,1	5	0							5		
(88) Becton Dickinson		111	15	14	12	0							12		
(121) Greiner		114	15	13	44	0							44		
(123) Sarstedt		131	23	17	25	0							25		
(999) jiný výrobce		112	11	9,6	25	0							25		
Ostatní					1	0							1		
							1x 998								
Vzorek B		17,1	2,8	17	138		CVP	17,1	0,59	asym.	8	26	138	133	96
(0) neuvedeno		17,2	2,4	14	26	0							26		
(5) Dialab		16,5	2,2	13	5	0							5		
(88) Becton Dickinson		15,3	2,6	17	12	0							12		
(121) Greiner		16,9	2,7	16	44	0							44		
(123) Sarstedt		18,9	1,4	7,5	25	0							25		
(999) jiný výrobce		16	4	25	25	0							25		
Ostatní					1	0							1		
							1x 998								