Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: AIH2/26 - Autoimunitní hepatopatie

Stop termín: 16.10.2026

Nastavení: skupiny - M (princip měření)

AV = vztažná hodnota
CVP = konsenzus všech účastníků
>>> ... očekávaný výsledek
> ... akceptovatelný výsledek
± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
N_{suc} = počet úspěšných výsledků
S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška / Vzorek / Skupina	AV	N_{tot}	N_{rel} [%]	Četnosti výsledků: Výsledek	Úspěšnost: N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
(451) **AMA**		53			53	49	92
Vzorek A		53			53	53	100
(0) Neuvedeno	CVP >>>	53	100	Negativní			
Vzorek B		53			53	49	92
(0) Neuvedeno		4	7,5	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	CVP >>>	49	92	Pozitivní			
(456) **AMA-M2**		66			66	66	100
Vzorek A		66			66	66	100
(1) Fluorescenční metody	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
(2) EIA metody	CVP >>>	13	20	Negativní			
(5) Imunobloting	CVP >>>	51	77	Negativní			
(99) Jiný princip měření	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
Vzorek B		66			66	66	100
(1) Fluorescenční metody	CVP >>>	1	1,5	Pozitivní			
(2) EIA metody	CVP >>>	13	20	Pozitivní			
(5) Imunobloting	CVP >>>	51	77	Pozitivní			
(99) Jiný princip měření	CVP >>>	1	1,5	Pozitivní			
(454) **anti-gp210**		60			60	59	98
Vzorek A		60			60	60	100
(2) EIA metody	CVP >>>	4	6,7	Negativní			
(5) Imunobloting	CVP >>>	55	92	Negativní			
(99) Jiný princip měření	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
Vzorek B		60			60	59	98
(2) EIA metody	CVP >>>	4	6,7	Negativní			
(5) Imunobloting	CVP >>>	54	90	Negativní			
		1	1,7	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
(99) Jiný princip měření	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(457) **anti-LC-1**		63			63	63	100
Vzorek A		63			63	63	100
(2) EIA metody	CVP >>>	7	11	Negativní			
(5) Imunobloting	CVP >>>	55	87	Negativní			
(99) Jiný princip měření	CVP >>>	1	1,6	Negativní			
Vzorek B		63			63	63	100
(2) EIA metody	CVP >>>	7	11	Negativní			
(5) Imunobloting	CVP >>>	55	87	Negativní			
(99) Jiný princip měření	CVP >>>	1	1,6	Negativní			
(452) **anti-LKM**		46			46	46	100
Vzorek A		46			46	46	100
(0) Neuvedeno	CVP >>>	46	100	Negativní			
Vzorek B		46			46	46	100
(0) Neuvedeno	CVP >>>	46	100	Negativní			
(455) **anti-LKM1**		66			66	66	100
Vzorek A		66			66	66	100
(1) Fluorescenční metody	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
(2) EIA metody	CVP >>>	12	18	Negativní			
(5) Imunobloting	CVP >>>	51	77	Negativní			
(99) Jiný princip měření	CVP >>>	2	3	Negativní			
Vzorek B		66			66	66	100
(1) Fluorescenční metody	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
(2) EIA metody	CVP >>>	12	18	Negativní			
(5) Imunobloting	CVP >>>	51	77	Negativní			
(99) Jiný princip měření	CVP >>>	2	3	Negativní			
(458) **anti-SLA**		65			65	65	100
Vzorek A		65			65	65	100
(2) EIA metody	CVP >>>	11	17	Negativní			
(5) Imunobloting	CVP >>>	53	82	Negativní			
(99) Jiný princip měření	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
Vzorek B		65			65	65	100
(2) EIA metody	CVP >>>	11	17	Negativní			
(5) Imunobloting	CVP >>>	53	82	Negativní			
(99) Jiný princip měření	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
(459) **anti-sp100**		60			60	59	98
Vzorek A		60			60	59	98
(2) EIA metody	CVP >>>	4	6,7	Negativní			

Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: AIH2/26 - Autoimunitní hepatopatie

Stop termín: 16.10.2026

Nastavení: skupiny - M (princip měření)

Zkouška / Vzorek / Skupina	AV	N_{tot}	N_{rel} [%]	Výsledek	Úspěšnost N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
(5) Imunobloting	CVP >>>	54	90	Negativní			
		1	1,7	Pozitivní			
(99) Jiný princip měření	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
Vzorek B		60			60	60	100
(2) EIA metody	CVP >>>	4	6,7	Negativní			
(5) Imunobloting	CVP >>>	55	92	Negativní			
(99) Jiný princip měření	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(453) **SMA**		56			56	56	100
Vzorek A		56			56	56	100
(0) Neuvedeno	CVP >>>	56	100	Negativní			
Vzorek B		56			56	56	100
(0) Neuvedeno	CVP >>>	56	100	Negativní			