Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: AIH2/26 - Autoimunitní hepatopatie

Stop termín: 16.10.2026

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií)

AV = vztažná hodnota
CVP = konsenzus všech účastníků
>>> ... očekávaný výsledek
> ... akceptovatelný výsledek
± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
N_{suc} = počet úspěšných výsledků
S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška / Vzorek / Skupina	AV	N_{tot}	N_{rel} [%]	Výsledek	Úspěšnost N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
(451) **AMA**		53			53	49	92
Vzorek A		53			53	53	100
(38) Werfen (IL)	CVP >>>	1	1,9	Negativní			
(52) Dynex	CVP >>>	1	1,9	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	37	70	Negativní			
(115) BioSystems	CVP >>>	3	5,7	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	2	3,8	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	9	17	Negativní			
Vzorek B		53			53	49	92
(38) Werfen (IL)	CVP >>>	1	1,9	Pozitivní			
(52) Dynex	CVP >>>	1	1,9	Pozitivní			
(87) Euroimmun		2	3,8	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	CVP >>>	35	66	Pozitivní			
(115) BioSystems	CVP >>>	3	5,7	Pozitivní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	2	3,8	Pozitivní			
(211) INOVA Diagnostics		2	3,8	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	CVP >>>	7	13	Pozitivní			
(456) **AMA-M2**		66			66	66	100
Vzorek A		66			66	66	100
(2) GA Generic Assays	CVP >>>	2	3	Negativní			
(34) Sebia	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
(52) Dynex	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	36	55	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	5	7,6	Negativní			
(140) TestLine	CVP >>>	5	7,6	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	2	3	Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	4	6,1	Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	8	12	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
Vzorek B		66			66	66	100
(2) GA Generic Assays	CVP >>>	2	3	Pozitivní			
(34) Sebia	CVP >>>	1	1,5	Pozitivní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,5	Pozitivní			
(52) Dynex	CVP >>>	1	1,5	Pozitivní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	36	55	Pozitivní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	5	7,6	Pozitivní			
(140) TestLine	CVP >>>	5	7,6	Pozitivní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	2	3	Pozitivní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	4	6,1	Pozitivní			
(191) D-tek	CVP >>>	8	12	Pozitivní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,5	Pozitivní			
(454) **anti-gp210**		60			60	59	98
Vzorek A		60			60	60	100
(2) GA Generic Assays	CVP >>>	2	3,3	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(52) Dynex	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	39	65	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	2	3,3	Negativní			
(140) TestLine	CVP >>>	5	8,3	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	9	15	Negativní			
Vzorek B		60			60	59	98
(2) GA Generic Assays	CVP >>>	2	3,3	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(52) Dynex	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	38	63	Negativní			
		1	1,7	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
(135) OrgenTec	CVP >>>	2	3,3	Negativní			
(140) TestLine	CVP >>>	5	8,3	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	9	15	Negativní			

Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: AIH2/26 - Autoimunitní hepatopatie

Stop termín: 16.10.2026

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií)

Zkouška / Vzorek / Skupina	AV	N_{tot}	N_{rel} [%]	Výsledek	Úspěšnost N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
(457) **anti-LC-1**		63			63	63	100
Vzorek A		63			63	63	100
(2) GA Generic Assays	CVP >>>	2	3,2	Negativní			
(34) Sebia	CVP >>>	1	1,6	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,6	Negativní			
(52) Dynex	CVP >>>	1	1,6	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	39	62	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	2	3,2	Negativní			
(140) TestLine	CVP >>>	5	7,9	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	3	4,8	Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	9	14	Negativní			
Vzorek B		63			63	63	100
(2) GA Generic Assays	CVP >>>	2	3,2	Negativní			
(34) Sebia	CVP >>>	1	1,6	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,6	Negativní			
(52) Dynex	CVP >>>	1	1,6	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	39	62	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	2	3,2	Negativní			
(140) TestLine	CVP >>>	5	7,9	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	3	4,8	Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	9	14	Negativní			
(452) **anti-LKM**		46			46	46	100
Vzorek A		46			46	46	100
(38) Werfen (IL)	CVP >>>	1	2,2	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	32	70	Negativní			
(115) BioSystems	CVP >>>	3	6,5	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	2	4,3	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	7	15	Negativní			
(998) vlastní výroba	CVP >>>	1	2,2	Negativní			
Vzorek B		46			46	46	100
(38) Werfen (IL)	CVP >>>	1	2,2	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	32	70	Negativní			
(115) BioSystems	CVP >>>	3	6,5	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	2	4,3	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	7	15	Negativní			
(998) vlastní výroba	CVP >>>	1	2,2	Negativní			
(455) **anti-LKM1**		66			66	66	100
Vzorek A		66			66	66	100
(2) GA Generic Assays	CVP >>>	2	3	Negativní			
(34) Sebia	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
(52) Dynex	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	36	55	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	4	6,1	Negativní			
(140) TestLine	CVP >>>	5	7,6	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	3	4,5	Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	3	4,5	Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	8	12	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
Vzorek B		66			66	66	100
(2) GA Generic Assays	CVP >>>	2	3	Negativní			
(34) Sebia	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
(52) Dynex	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	36	55	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	4	6,1	Negativní			
(140) TestLine	CVP >>>	5	7,6	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	3	4,5	Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	3	4,5	Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	8	12	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
(458) **anti-SLA**		65			65	65	100
Vzorek A		65			65	65	100
(2) GA Generic Assays	CVP >>>	2	3,1	Negativní			
(34) Sebia	CVP >>>	2	3,1	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
(52) Dynex	CVP >>>	1	1,5	Negativní			

Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

Cyklus EHK: AIH2/26 - Autoimunitní hepatopatie

Stop termín: 16.10.2026

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií)

Zkouška / Vzorek / Skupina	AV	N_{tot}	N_{rel} [%]	Výsledek	N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
				Četnosti výsledků			**Úspěšnost**
(87) Euroimmun	CVP >>>	37	57	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	4	6,2	Negativní			
(140) TestLine	CVP >>>	5	7,7	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	3	4,6	Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	9	14	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
Vzorek B		65			65	65	100
(2) GA Generic Assays	CVP >>>	2	3,1	Negativní			
(34) Sebia	CVP >>>	2	3,1	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
(52) Dynex	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	37	57	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	4	6,2	Negativní			
(140) TestLine	CVP >>>	5	7,7	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	3	4,6	Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	9	14	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
(459) **anti-sp100**		60			60	59	98
Vzorek A		60			60	59	98
(2) GA Generic Assays	CVP >>>	2	3,3	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(52) Dynex	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	39	65	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	2	3,3	Negativní			
(140) TestLine	CVP >>>	5	8,3	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	8	13	Negativní			
		1	1,7	Pozitivní			
Vzorek B		60			60	60	100
(2) GA Generic Assays	CVP >>>	2	3,3	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(52) Dynex	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	39	65	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	2	3,3	Negativní			
(140) TestLine	CVP >>>	5	8,3	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	9	15	Negativní			
(453) **SMA**		56			56	56	100
Vzorek A		56			56	56	100
(38) Werfen (IL)	CVP >>>	1	1,8	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	39	70	Negativní			
(115) BioSystems	CVP >>>	3	5,4	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	1	1,8	Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	1	1,8	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	10	18	Negativní			
(998) vlastní výroba	CVP >>>	1	1,8	Negativní			
Vzorek B		56			56	56	100
(38) Werfen (IL)	CVP >>>	1	1,8	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	39	70	Negativní			
(115) BioSystems	CVP >>>	3	5,4	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	1	1,8	Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	1	1,8	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	10	18	Negativní			
(998) vlastní výroba	CVP >>>	1	1,8	Negativní			